

Consultas Realizadas

Licitación 488131 - LPN N° 59/26 ADQUISICION DE SETS PARA BOMBAS DE INFUSION CONTINUA A JERINGA (BIC) Y VOLUMETRICAS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL H.C. DEL IPS

Consulta 1 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la Convocante evaluar la adjudicación por ítem en lugar de por el Total. Los tres ítems corresponden a productos de características distintas (una jeringa con línea de extensión, un set fotoprotegido para drogas fotosensibles y un set de administración con filtro). La adjudicación por ítem permitiría la participación de oferentes que cuenten con alguno de estos productos, favorecería la libre concurrencia y la comparación objetiva de ofertas, y podría ofrecer a la Convocante condiciones técnicas y económicas más convenientes en cada ítem, sin afectar la finalidad del llamado.		

Consulta 2 - Modelo de bombas Terumo

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Según el PBC, los productos deben ser compatibles con las bombas Terumo del Servicio de Neonatología; el listado de equipos del pliego enumera 90 bombas ("bomba de infusión de alta calidad", marca Terumo) sin indicar modelo ni tipo. Solicitamos amablemente a la Convocante informar el modelo y el tipo (de jeringa o volumétrica) de cada una de las 90 bombas Terumo del listado, para que los oferentes puedan verificar la compatibilidad de los productos ofertados.		

Consulta 3 - Sets de otros fabricantes compatibles ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
En las EETT de los tres ítems se solicita compatibilidad con las bombas Terumo; las pautas del propio pliego indican evitar referencias que limiten el suministro a un fabricante particular. Considerando que la compatibilidad es un requisito esencial para el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad de los pacientes neonatales, y a fin de garantizar una evaluación objetiva y en igualdad de condiciones, solicitamos respetuosamente a la Convocante: Exigir la presentación de un certificado emitido por el fabricante del producto ofertado, en el que conste expresamente que el set de su fabricación es compatible con las bombas de infusión marca Terumo que posee la Convocante. A su vez, establecer que la falta de presentación de dicho certificado será causal de descalificación de la oferta en cada ítem. Lo solicitado no restringe la competencia, ya que cualquier fabricante cuyos productos sean efectivamente compatibles puede emitir el certificado. Además, responde a una necesidad técnica objetiva ya fijada por la propia Convocante en sus EETT.		

Consulta 4 - Cantidades estimadas por ítem

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
En el PBC se indica que se trata de un contrato abierto por monto mínimo y máximo, con entregas a demanda mediante órdenes de entrega; la planilla de trabajo consigna los montos (Gs. 3.734.398.800 y Gs. 7.468.797.600) y no indica cantidades por ítem. Solicitamos amablemente a la Convocante informar las cantidades estimadas, mínimas y máximas, de cada ítem y de acuerdo con un consumo histórico anual del Servicio; esto permitirá realizar los cálculos de precios de forma adecuada y programar el abastecimiento en tiempo y forma, una vez que la licitación sea adjudicada, ya que el plan de entregas no especifica un cronograma.		

Consulta 5 - Ítem 1: capacidad de la jeringa (60 mL o 50 mL)

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Requisito del pliego: la EETT pide jeringa de 60 mL; la justificación del pliego menciona la "tendencia al uso de jeringas de 50 mL". Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si se requiere jeringa de 60 mL o de 50 mL, dado que las EETT y la justificación difieren, o si aceptarán indistintamente como equivalentes las jeringas identificadas como 50 mL o 60 mL que sean compatibles con las bombas a jeringa del Servicio.		

Consulta 6 - Ítems 1 y 3: material libre de DEHP

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
En las EETT del ítem 2 se exige "tubo PVC libre de DEHP"; en tanto, las EETT de los ítems 1 y 3 no lo mencionan y el ítem 3 solo dice "tubo de PVC". Solicitamos aclarar si se exige material libre de DEHP en los ítems 1 y 3, como se indica expresamente para el ítem 2, o si no es un requisito en estos ítems.		

Consulta 7 - Ítem 3: siglas "LMC" y "AFFS"

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
En el ítem 3 figura como "Sets de administración de soluciones p/bomba LMC/filtro AFFS/puerto de inyección", mientras la tabla de EETT lo llama "Sets descartables Parenteral". Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar el significado de las siglas "LMC" y "AFFS" y los modelos de bomba o componentes a los que se refieren, y confirmar que la descripción del llamado corresponde a la EETT "Sets descartables Parenteral".		

Consulta 8 - Plazo para reponer insumos rechazados

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Según el PBC, el plazo de reposición de bienes es de 2 días hábiles desde la notificación de la irregularidad, y en el apartado de inspecciones y pruebas, el contratista debe reemplazar los insumos rechazados en 15 días desde la recepción de la notificación del administrador del contrato. Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar cuál de los dos plazos rige para reponer insumos rechazados o defectuosos (2 días hábiles o 15 días) y a qué casos se aplica cada uno.		