

## Consultas Realizadas

# Licitación 487651 - LPN 87/26 "ADQUISICION PROTESIS E INSUMOS DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA PARA EL IPS SOLPED 1140000501"

### Consulta 1 - Experiencia requerida

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 05-10-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que en el apartado de EXPERIENCIA REQUERIDA, específicamente para los ítems 13 y 14 sea el mismo producto que lo ofertado teniendo en cuenta la alta complejidad de este insumo y el protocolo especial de estas prótesis. No aceptando experiencia de "insumo medico" o "material descartable". |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 12-10-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aclara que los requisitos de capacidad técnica del pliego exigen, en los términos allí establecidos, que los productos ofertados cuenten con certificaciones o aprobaciones de organismos reguladores como respaldo de su calidad y seguridad. En consecuencia, se mantiene el requisito de experiencia para los ítems 13 y 14, sin incorporar una exigencia adicional que lo limite al mismo tipo de producto o a productos equivalentes.<br>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

### Consulta 2 - LOTE 9 Y 10

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 07-10-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Los ítem 9, PROTESIS VASCULAR RECTA DE PTFE; y 10, PROTESIS VASCULAR RECTA DE PTFE, definen sus medidas de la siguiente forma:<br>Item 9: "de 0,6x70mm"<br>Item 10: "de 0,8x70mm"<br>Se pregunta si las expresiones "0,6" y "0,8" significan, respectivamente "6 mm" y "8mm" |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 12-10-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aclara que, para el ítem 9 - Prótesis Recta de PTFE (Politetrafluoretileno) de 0,6 x 70 mm, la medida "0,6" corresponde al calibre de la prótesis expresado en centímetros, equivalente a 6 mm, y "70 mm" a su longitud; y que, para el ítem 10 - Prótesis Recta de PTFE (Politetrafluoretileno) de 0,8 x 70 mm, la medida "0,8" corresponde al calibre expresado en centímetros, equivalente a 8 mm, y "70 mm" a su longitud.<br>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |