Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 483132 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PLURIANUAL

Consulta 1 - Lote 1: PROTESIS DE CADERA ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026

En relación con la especificación correspondiente a “Prótesis Total de Cadera de Revisión No Cementada Modular en Titanio”, donde se establece que el componente proximal deberá contar con fijación press-fit, solicitamos considerar la posibilidad de que se permita, como alternativa, la fijación proximal, aceptándose cualquiera de las dos modalidades: press-fit o fijación proximal.

Asimismo, respecto a la exigencia de “Anillo de refuerzo modelo Müller”, solicitamos que dicho componente pueda ser considerado opcional, de acuerdo con las características del sistema y la necesidad de la reconstrucción.

Cabe señalar que ambas condiciones se encontraban contempladas en las especificaciones técnicas del llamado correspondiente al año pasado. Por tal motivo, solicitamos respetuosamente que se considere mantener el mismo criterio en el presente llamado, a fin de permitir la participación de sistemas que cumplan con los requerimientos técnicos y funcionales solicitados.

Por lo expuesto, solicitamos se considere:

Fijación del componente proximal: aceptar press-fit o fijación proximal, como alternativas.

Anillo de refuerzo modelo Müller: considerar opcional, al igual que en las especificaciones del llamado del año pasado.

Consulta 2 - LOTE 2 ITEM 1 – Tornillo de Interferencia

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026

Donde dice: Tornillo de Interferencia de Titanio, con Filo y Romo para LCA. Diámetros de 7mm a 10mm y Longitud de 20mm Hasta 35mm (* en Pares).

Se sugiere a la convocante modificar a “Tornillo de Interferencia de Titanio, con Filo y Romo para LCA. Diámetros de 7mm a 10mm y Longitud de 20mm Hasta 35mm (±5mm en Pares)”. – La longitud estándar en los tornillos para fijación de LCA oscilan entre 20mm hasta 30mm, además la inclusión de tolerancia de ±5mm no altera el objeto contractual ni la eficacia del servicio prestado.

Consulta 3 - LOTE 2 ITEM 2 – Set de fijación para ligamento con tornillo

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026

Donde dice: Mas tornillo de interferencia ROMO PEEK para fijación distal de diámetros de 8 a 11mm y longitud 20 y 35mm de longitud.

Se sugiere a la convocante modificar a “Mas tornillo de interferencia ROMO PEEK para fijación distal de diámetros de 8 a 11mm y longitud 20 a 35mm (±5mm) de longitud”. – La longitud estándar en los tornillos para fijación de LCA oscilan entre 20mm hasta 30mm, además la inclusión de tolerancia de ±5mm no altera el objeto contractual ni la eficacia del servicio prestado.

Consulta 4 - LOTE 2 ITEM 6 – Aguja Para Sutura

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026

Donde dice: Aguja para Sutura todo adentro para fijación en la zona periférica del menisco de 7 puntos.

Se sugiere a la convocante modificar a “Aguja para Sutura todo adentro para fijación en la zona periférica del menisco que entregue un (1) punto por dispositivo individualizado” – Garantizar el suministro justo de puntos requeridos, la mayoría de las técnicas quirúrgicas actuales no utilizan más de 2 o 3 puntos de sutura por rodilla. Exigir un dispositivo cerrado de 7 puntos genera un sobrecosto excesivo e innecesario, ya que las 4 o 5 suturas restantes se desechan obligatoriamente porque pierden su esterilidad y es imposible reutilizarlos. Adicionalmente el dispositivo de un solo punto posee una aguja mucho más delgada y ligera que permite al médico acceder fácilmente a zonas estrechas sin dañar el cartílago sano.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026

No se acepta la modificación sugerida y se mantiene la especificación del PBC, ya que el Servicio se aboca principalmente al tratamiento de lesiones meniscales extensas y complejas que requieren múltiples puntos de fijación distribuidos a lo largo de toda la lesión para lograr una reparación estable. En este tipo de casos, la totalidad de los puntos del dispositivo se utiliza efectivamente, por lo que no existe el desperdicio señalado. Por el contrario, el uso de dispositivos de un solo punto obligaría a abrir varias unidades por cirugía, con mayor costo por procedimiento, más tiempo quirúrgico y repetidas inserciones a través del portal artroscópico, lo que incrementa el riesgo acumulado de lesión del cartílago sano. Por lo tanto, la especificación responde a las necesidades reales y justificadas del Servicio y se mantiene sin cambios.

Consulta 5 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Solicitamos la eliminación de las Muestras en lo que refiere a los Lotes 1, 2, 6 y 7 por ser implantes de costos muy elevados que vienen en una presentación estéril con un envase sellado que hace que sea imposible su verificación física. Son materiales con certificaciones CE/FDA que están regulados justamente en su presentación y la misma es de origen. Dichos implantes deben ser evaluados con catálogos o fichas técnicas de los mismos y por su uso en el mercado. Favor confirmar

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, las muestras son solicitadas para verificar el cumplimiento efectivo de las EETT.

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas Lote 2 Items 3,4 y 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítems 3, 4 y 5 Sistemas de anclaje roscado, donde dice para cirugía de hombro artroscopica (pinzas, óptica, cánula), no solicitan la bomba artroscopica y tampoco el posicionador de hombro, dos materiales costosos que afectarían de manera importante al costo del implante. Por lo expuesto mas arriba solicitamos aclaracion con respecto a su presentación o no en cirugía y por ende en la oferta economica

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026

Se aclara que el oferente deberá proveer la bomba artroscópica y el posicionador de hombro para cada procedimiento, ya que ambos equipos son indispensables para realizar la cirugía artroscópica de hombro. Su costo se considerará incluido en el precio ofertado del implante, sin cargo adicional para la Convocante.

Consulta 7 - Detalle de bienes requeridos Lote 2 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Detalle de bienes requeridos Lote 2 - Item 6 Aguja de sutura, solicitamos la eliminación de este Item del Lote 2 por ser un Item de un único oferente, por lo cual todo el Lote estaría direccionado al mismo. No existe otra competencia con esas especificaciones técnicas en el mercado, esta información es fácil de verificar en la DNVS y como antecedente en los llamados anteriores realizados de dicho Item por la Convocante. Por lo expuesto mas arriba urge y corresponde que dicho Item sea eliminado del Lote 2

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026

No se acepta la modificación solicitada y se mantienen las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, por responder a una necesidad asistencial concreta y directamente vinculada con las prestaciones realizadas por el Servicio. El Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero" atiende procedimientos traumatológicos y artroscópicos de diversa complejidad, incluyendo lesiones meniscales extensas que requieren múltiples puntos de fijación para lograr una reparación estable e integral. En este contexto, los dispositivos con múltiples puntos de sutura permiten realizar el procedimiento de manera adecuada y eficiente, evitando la necesidad de utilizar varias unidades de menor capacidad, lo que podría incrementar el consumo de insumos, los costos, el tiempo quirúrgico y las inserciones artroscópicas, con potencial afectación de estructuras anatómicas.
Por tanto, la especificación cuestionada responde a criterios objetivos de necesidad, funcionalidad, seguridad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y adecuación a las prácticas asistenciales del Servicio, y no a una preferencia arbitraria.
Respecto a la solicitud de eliminar el Ítem 6 por la eventual existencia de un único oferente, se aclara que la conformación del Lote 2 responde a la planificación integral de las necesidades asistenciales y presupuestarias institucionales. Los bienes requeridos guardan relación funcional con los procedimientos a realizar, y su incorporación permite asegurar el abastecimiento oportuno, racionalizar los recursos y evitar contrataciones adicionales que podrían generar mayores costos administrativos y riesgos de discontinuidad en la disponibilidad de insumos.
En consecuencia, la estructura del lote no tiene por finalidad favorecer o limitar a determinado proveedor, sino satisfacer necesidades reales del Servicio conforme a la programación presupuestaria institucional. La eventual existencia de un número limitado de oferentes no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para excluir un bien técnicamente necesario, siempre que su especificación se encuentre objetiva y debidamente vinculada con el objeto de la contratación.
Por lo expuesto, se mantiene el Ítem 6 del Lote 2 y las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, no aceptándose la modificación solicitada.

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas Lote 1 Item 1 Protesis total de rodilla

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Especificaciones Técnicas Lote 1 Item 1 Prótesis total de rodilla, donde dice el componente femoral deberá contar con 20 medidas y el componente tibial con 13 medidas, solicitamos una re evaluación de la cantidad solicitada, ya que el mismo no corresponde ni tiene sentido alguno. Por lo general no son mas de 4 o 5 las medidas utilizadas en cirugía, ademas deben tener en cuenta que para el Item 2 del mismo Lote se requiere una prótesis de revisión de rodilla (implante mucho mas complejo y con mas componentes que la primaria) y unicamente solicitan 6 medidas para el componente femoral y 5 medidas para el componente tibial. Por lo expuesto mas arriba solicitamos que se equiparen dichas medidas (a lo solicitado en la revisión) ya que el único sentido y explicación de la adjudicación por Lote en estos Items (protesis total de rodilla) es justamente su compatibilidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026

Se solicita amablemente a los potenciales oferentes considerar los términos y condiciones inicialmente establecidos por la Convocante, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas fueron elaboradas conforme a las necesidades y requerimientos del servicio objeto de la presente contratación.

Consulta 9 - Detalle de bienes requeridos Lote 6 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Detalle de bienes requeridos Lote 6 - Item 1, donde dice vástagos no cementados en diámetros 8,10,12,14 y 16mm y vastagos cementados 6-8-10 y 12mmsolicitamos que en dicho punto unicamente exijan una cantidad mínima de medidas de vástagos, así como lo vienen haciendo en los demás Lotes 1 y 7 correspondientes a las prótesis. De esta manera estarían teniendo el mismo criterio y no se daría ventaja al oferente de cuyo catalogo se obtuvieron dichos especificaciones tecnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Se solicita amablemente a los potenciales oferentes considerar los términos y condiciones inicialmente establecidos por la Convocante, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas fueron elaboradas conforme a las necesidades y requerimientos del servicio objeto de la presente contratación.		

Consulta 10 - Detalle de bienes requeridos Lote 6 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Detalle de bienes requeridos Lote 6 - Item 2, donde dice vástagos no cementados en diámetros 8,10,12,14 y 16mm y vastagos cementados 6-8-10 y 12mmsolicitamos que en dicho punto unicamente exijan una cantidad mínima de medidas de vástagos, así como lo vienen haciendo en los demás Lotes 1 y 7 correspondientes a las prótesis. De esta manera estarían teniendo el mismo criterio y no se daría ventaja al oferente de cuyo catalogo se obtuvieron dichas especificaciones tecnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Se solicita amablemente a los potenciales oferentes considerar los términos y condiciones inicialmente establecidos por la Convocante, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas fueron elaboradas conforme a las necesidades y requerimientos del servicio objeto de la presente contratación.		