

Consultas Realizadas

Licitación 488141 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ÚTILES Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Favor considerar 60 días para los ítems que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2026
Apreciado Oferente en relación a su consulta de ampliación de plazo de entrega, se aclara que la misma no es viable debido a que los equipos, materiales e insumos requeridos revisten un carácter de urgencia institucional e impostergable, puesto que están destinados al equipamiento de los laboratorios para el desarrollo oportuno de las actividades formativas y prácticas de la Carrera de Medicina de la UNAMIS y que las documentaciones para el pago deben ser procesadas dentro del periodo fiscal 2026.		

Consulta 2 - Solicitud de aclaración y flexibilización sobre el periodo de validez para la Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Buenos días Estimados, Nos dirigimos a ustedes con el fin de realizar una consulta respecto a las condiciones establecidas en la sección "Experiencia requerida" del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). En dicho apartado se señala que la experiencia en provisión de bienes similares debe ser demostrada mediante facturaciones, contratos o recepciones finales correspondientes exclusivamente a los años 2023, 2024 y 2025. Al respecto, considerando que nuestra empresa es de reciente creación (constituida en el año 2026), la limitación temporal a ejercicios anteriores nos imposibilita participar, aun contando con la capacidad técnica, financiera y operativa requerida, así como con la debida documentación respaldatoria de provisiones ejecutadas durante el año en curso. A fin de fomentar la mayor participación de oferentes, la libre competencia y la igualdad de oportunidades en el marco del presente proceso, solicitamos respetuosamente a la convocante evaluar y aclarar lo siguiente: Solicitud de Adenda / Inclusión del año 2026: ¿Será posible emitir una adenda que incluya el ejercicio 2026 dentro del periodo válido para acreditar la experiencia requerida, permitiendo así a empresas constituidas en 2026 presentar sus facturaciones, contratos ejecutados o actas de recepción formalizadas durante el transcurso del presente año, siempre que se alcance el porcentaje mínimo del monto total ofertado? Quedamos atentos a su respuesta y a la eventual emisión de la aclaración o adenda correspondiente. Saludos cordiales,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2026
Apreciado Oferente en relación a su consulta aclaramos que la misma no es viable debido a que el año 2026 se encuentra en ejecución, por lo cual no constituye un ejercicio fiscal cerrado con estados financieros comparativos formalizados ni declaraciones juradas definitivas presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El Pliego de Bases y Condiciones exige evaluar la solvencia económica y financiera de los oferentes sobre la base de los balances de los ejercicios cerrados 2023, 2024 y 2025. Existe una estricta congruencia y correlación entre los periodos contables requeridos para la Capacidad Financiera y los exigidos para la Experiencia Comercial. Al tratarse de un periodo no concluido, las operaciones del año 2026 no resultan idóneas aun para demostrar una trayectoria empresarial consolidada en la provisión del tipo de bienes requeridos. Por ende, no garantizan que la firma cuente con la experiencia debida ni con la solvencia técnica/logística comprobada para cumplir con la entrega en tiempo y forma de las especificaciones y volúmenes licitados.		

Consulta 3 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
En relación con lo establecido en la sección «Plan de entrega de los bienes» del Pliego de Bases y Condiciones, donde se dispone un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar su ampliación a cuarenta y cinco (45) días hábiles para todos los lotes. La presente solicitud se fundamenta en la diversidad y las características técnicas de los bienes requeridos, considerando que algunos equipos, materiales e instrumentales de laboratorio podrían requerir procesos de adquisición, importación, verificación de calidad y logística de distribución. Entendemos que un plazo de entrega más amplio permitiría garantizar el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas exigidas, además de favorecer una mayor participación de potenciales oferentes, promoviendo la libre competencia y la obtención de mejores condiciones económicas para la institución. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante evaluar favorablemente la modificación del plazo establecido mediante la correspondiente adenda al Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2026
Apreciado Oferente en relación a su consulta de ampliación de plazo de entrega, se aclara que la misma no es viable debido a que los equipos, materiales e insumos requeridos revisten un carácter de urgencia institucional e impostergable, puesto que están destinados al equipamiento de los laboratorios para el desarrollo oportuno de las actividades formativas y prácticas de la Carrera de Medicina de la UNAMIS y que las documentaciones para el pago deben ser procesadas dentro del periodo fiscal 2026.		

Consulta 4 - Lote 1 Ítem 1: Espectrofotómetro

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
Con respecto a la exigencia de un "software básico de lectura". Solicitamos a la convocante confirmar si será aceptado el software integrado en el propio equipo, o si es obligatorio proveer un software externo para instalar en una PC		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2026
Apreciado Oferente, en relación a su consulta se aclara que se acepta el software integrado en el propio equipo, siempre que permita realizar las lecturas y visualización de absorbancia y concentración requeridas y cumplir con las funciones operativas especificadas en el pliego, por lo que no será obligatoria la provisión de un software externo para su instalación en una PC.		

Consulta 5 - lote 3 Ítem 1 Balanza Analítica

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
Con respecto a la especificación de la balanza que solicita una "cubierta protectora contra corrientes de aire", solicitamos a la convocante confirmar si será aceptada de forma válida una cubierta protectora cilíndrica/redonda de altura mediana, entendiéndose que cumple plenamente con la función de mitigar las corrientes de aire para la resolución de 1 mg requerida		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2026
Apreciado Oferente, en relación a su consulta, se aclara que será aceptada cualquier configuración, incluida la cilíndrica o redonda, siempre que cumpla efectivamente con la función de mitigar las corrientes de aire y permita garantizar el desempeño de la balanza con la resolución de 0,001 g (1 mg) requerida.		