

Consultas Realizadas

Licitación 208271 - LPN 01/2011 - Adquisición de Insumos y Reactivos Especiales

Consulta 1 - Desglose

Consulta	Fecha de Consulta	18-03-2011
Con el propósito de posibilitar el mayor ingreso de oferentes, les solicitamos amablemente procedan a desglosar algunos Lotes que contienen una mezcla muy variada, como ser: Instrumental médico, artículos de laboratorio, Reactivos para análisis clínicos y químicos, Drogas etc...		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
La oferta deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 2 - Lotes

Consulta	Fecha de Consulta	18-03-2011
Hemos notado que existen Lotes cuya cantidad y variedad de productos hacen que dificulte la mayor participación de oferentes. Dichos Lotes son los números, : 6,9,18,51,52,64,65. Teniendo en cuenta que el espíritu de la SBE es la mayor participación y por ende el mejor precio, solicitamos tengan a bien desglosar mejor los Lotes teniendo en cuenta agrupar los productos conforme a la familia a que corresponden.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
La oferta deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 3 - lote 59

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2011
A que Institución corresponde los ítems del lote 59?. Esta consulta es a fin de ofertar el ítem 3 del lote mencionado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
Corresponden al Centro de Emergencias Médicas.-		

Consulta 4 - L.P.N.º 01/2010 - LOTE 20 Ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2011
1- LOTE 20 - Ítem Nº 5: En el momento de la entrega de las muestras, ¿ Se podrá remitir Bolsa de Transferencia para sangre de 350 ml (vacías), al solo efecto de su evaluación por parte de la convocante?.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
Sí; el volumen requerido es de 300 ml es como mínimo.		

Consulta 5 - L.P.N.Nº 01/2011 - LOTE 20 Ítem 6 y 7

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2011
2- LOTE 20 - Ítem Nº 6 y 7: En el momento de la entrega de las muestras. ¿Se podrá remitir Bolsa doble y triple para extracción de sangre con anticoagulante CPDA ? 1 de 450 ml, al solo efecto de su evaluación por parte de la convocante?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
No; las bolsas colectoras de sangre de los mencionados ítem deben ser probadas y validadas por uso de un lote en los servicios de sangre.		

Consulta 6 - Lote N°20 - Equipos en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2011
Favor Aclarar la cantidad Exacta de Equipos en Comodato para el Lote 20. Para el Item N°3 Solicitan 1 (Un) Equipo conector Estéril y para el Item N° 4 de igual manera Solicitan - 1 (un) Equipo conector Estéril. Favor Aclarar Si lo Solicitado son la suma de los dos Items la cual seria obligatorio la entrega de 2 (dos) Equipos Conectores Esteriles ó solo seran entregados para los dos item mensioados N°3 y N°4 la cantidad de equipos: 1 (un) Equipos Conectores Eteriles Para El Item N°6 Solicitan 2 (dos) Equipos Automatizados Fraccionadores 8 (ocho) Equipos Homogenizadores 8 (ocho) Selladores portatiles y Para El Item N°7 Solicitan 2 (dos) Equipos Automatizados Fraccionadores 8 (ocho) Equipos Homogenizadores 8 (ocho) Selladores portatiles Favor Aclarar Si lo Solicitado es la suma de los dos Items N°6 y N°7 la cual seria obligatorio la entrega de 4 (Cuatro) Equipos Automatizados Fraccionadores 16 (dies y seis) Equipos Homogenizadores 16 (dies y seis) Selladores portatiles ó solo seran entregados para los dos item mensioados N°6 y N°7 la cantidad de equipos: 2 (dos) Equipos Automatizados Fraccionadores 8 (ocho) Equipos Homogenizadores 8 (ocho) Selladores portatiles No esta de mas Recordad que en los Items mencionados las cantidades solicitadas no justifican la inversion en comodato de los equipos mensionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
1. Para los ítems 3 y 4: ambos ítems deben ser adjudicados al mismo proveedor a los efectos de solicitar 1 equipo conector estéril por ambos ítems. 2. Para los ítems 6 y 7: ambos serán adjudicados como uno solo a los efectos de solicitar los equipos en comodato que son: a) 2(dos) equipos automatizados fraccionadores de componentes sanguíneos adaptables a todos los tipos de bolsas (dobles, triples, y cuádruples), con cabezas para obturar y sellar, debe estar acondicionado para ser usado con voltaje de 220 V, entre 50-60 HZ. a ser instalados en el centro productor central CNTS; b) 8(ocho) equipos homogeneizadores para colecta de sangre, con sistema de control de volumen o peso final, detención automática de la extracción y alarma, piezas lavables y por lo menos 1 equipo debe ser operado con batería para colecta externa. Estos equipos serán distribuidos de la siguiente manera: 4 (cuatro) CNTS, 1 (uno) Centro Productor Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. c) 8(ocho) selladores portátiles para tubuladura de las bolsas. Estos equipos serán distribuidos de la siguiente manera 4 (cuatro) CNTS, 1 (uno) Centro Productor Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. Esta cantidad de equipos es por ambos ítems		

Consulta 7 - LOTE 20 Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2011
LOTE 20 - Item 6. En el momento de la entrega de las muestras. ¿Se podrá remitir Bolsa doble para extracción de sangre con anticoagulante CPDA ? 1 de 450 ml, al solo efecto de su evaluación por parte de la convocante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
No las bolsas colectoras de sangre de los mencionados ítem deben ser probadas y validadas por uso de un lote en los servicios de sangre		

Consulta 8 - LOTE 20 Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2011
2- LOTE 20 - Ítem Nº 7: En el momento de la entrega de las muestras. ¿Se podrá remitir Bolsa triple para extracción de sangre con anticoagulante CPDA ? 1 de 450 ml, al solo efecto de su evaluación por parte de la convocante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2011
: No las bolsas colectoras de sangre de los mencionados ítem deben ser probadas y validadas por uso de un lote en los servicios de sangre.		