

## Consultas Realizadas

### Licitación 221456 - LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Consulta 1 - Item N°44 y 45 Cateter p/ via venosa central de 2 y 3 lumen

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Listado de Bienes Requeridos, Item N°44 y 45 Cateter p/via venosa central de 2 y 3 lumen de 7 Fr. (Kit completo), se podría ampliar y aceptar dichos cateteres con un margen de 7 a 7.5Fr como lo vienen solicitando en licitaciones anteriores? Favor confirmar |                   |            |

| Respuesta                                                                  | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| en los items N° 44 y 45 se podran ofertar indistintamente de 7 Fr o 7.5 Fr |                    |            |

Consulta 2 - Item N°47 Cateter p/via venosa central de 2 vias 4Fr.

| Consulta                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-06-2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Listado de Bienes Requeridos, Item N°47 Cateter p/via venosa central de 2 lumen 4.5Fr, se podría ofertar de 4 Fr?. seria importante si pueden ampliar el margen para este cateter de 4-4.5Fr. Favor confirmar. |                   |            |

| Respuesta                                                         | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| en los items N° 46 y 47 se podran ofertar indistintamente de 4 Fr |                    |            |

Consulta 3 - Anexo III Punto 1 Criterios de Evaluación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Considerando que el registro Sanitario individualiza procedencia, más no así contenido nacional o importado, enumere in extenso cuales serán los documentos que se deberán presentar para calcular que la mano de obra, materias primas y los insumos provenientes del Paraguay representan un 20% del precio EXW puesto en la fábrica de producción. |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se tendra en cuenta el Registro Sanitario Vigente segun Nota DNVS N° 1396/11 |                    |            |

Consulta 4 - Anexo III Punto 1 Criterios de Evaluación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Conforme al Decreto N° 6225/11 y 6674/11, enumere in extenso cuales serán los documentos que se deberán presentar para demostrar que la fabrica en que se producirán o armaran tales bienes ha estado produciendo o armando los productos de ese tipo por lo menos desde la época en que el oferente presento su oferta. |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se tendra en cuenta el Registro Sanitario Vigente segun Nota DNVS N° 1396/11 |                    |            |

## Consulta 5 - Anexo III Punto 1 Criterios de Evaluación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Conforme al Decreto Nº 6225/11 y 6674/11, enumere in extenso cuales serán los documentos que se deberán presentar para demostrar que el producto final es obtenido íntegramente a partir de materias primas de origen nacional o empleando materias primas importadas, siempre que estas últimas experimenten una transformación en su composición, forma o estructura original. |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se tendra en cuenta el Registro Sanitario Vigente segun Nota DNVS Nº 1396/11 |                    |            |

## Consulta 6 - Anexo III Punto 1 Criterios de Evaluación

| Consulta                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Conforme al Decreto Nº 6225/11 y 6674/11, enumere in extenso cuales serán los documentos que se deberán presentar para demostrar que el proceso de transformación confirió una nueva individualidad al producto final. |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se tendra en cuenta el Registro Sanitario Vigente segun Nota DNVS Nº 1396/11 |                    |            |

## Consulta 7 - Anexo III Punto 1 Criterios de Evaluación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Conforme al Decreto Nº 6225/11 y 6674/11, enumere in extenso cuales serán los documentos que se deberán presentar para demostrar que la nueva individualidad del producto final se encuentre caracterizada por el hecho de estar clasificado en una partida arancelaria (primeros cuatro (4) dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR NCM) diferente a la de los insumos y materiales importados (salto de partida arancelaria). |                   |            |
| Y en qué condiciones legales de vigencia, inscripción y otro deben ser presentados los documentos más arriba individualizados, para que el comité evaluador considere su validez?                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |

| Respuesta                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se tendra en cuenta el Registro Sanitario Vigente segun Nota DNVS Nº 1396/11 |                    |            |

## Consulta 8 - ID Correcto

| Consulta                                                                                   | Fecha de Consulta | 22-06-2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor corregir, en la primera página del Pliego dice: ID 221.457, y debería ser ID 221456. |                   |            |

| Respuesta    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|--------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda 1 |                    |            |

## Consulta 9 - Item 41 y 42

| Consulta                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 23-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En los Items 41 y 42 Cateter intravenoso periferico Nº 18 Y Nº 20 se podra ofertar Cateter intravenoso periferico de poliuretano cumpliendo con el resto de las especificacion tecnicas solicitadas y SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD |                   |            |

| Respuesta                                        | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Si se podra ofertar sin dispositivo de seguridad |                    |            |

## Consulta 10 - Ítem 41, 42 y 43

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta  | 23-06-2011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En los cateteres intravenosos perifericos el material politetrafluoretileno es un material de inferior prestaciones y calidad que los cateteres que son de material de poliuretano, (ej. tiempo de duracion en venas el poliuretano es superior), por lo tanto por esa diferencia de calidad tambien la cotizacion es mas cara, por lo cual solicitamos la apertura de las cantidades de acuerdo a cada material del cateter |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2011 |
| las cantidades solicitadas seran iguales para cualquiera de los dos tipos de materiales, siendo adjudicado el que cumpla con las Especificaciones Tecnicas minimas y presente el precio mas bajo                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |