

Consultas Realizadas

Licitación 223689 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA VIII REGIÓN SANITARIA - MISIONES

Consulta 1 - Consultas Generales

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 1: Solicitamos por favor aclarar si este proceso de Subasta a la Baja Electrónica ? Licitación Pública Nacional es el número LPN N° 31/11 como lo expresa el contenido del PBC ó es LPN N° 30/11, como lo indica el encabezado del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2011
Se aclara que es Licitación Pública Nacional N° 31/2011 y no Licitación Pública Nacional N° 30/2011.		

Consulta 2 - Copia del Pliego

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 2: Pág. 6 del PBC ? Plazos de presentación de los Documentos de la Oferta: ??Las tres empresas con el precio más bajo ubicadas en el primer, segundo y tercer lugar, deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado 1 (un) Original y 2 (dos) Copias?? Solicitamos: Por favor aclarar si es necesaria la copia impresa del PBC en la carpeta de presentación de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2011
Se aclara que no es necesario la copia impresa en la carpeta de presentación de la oferta.		

Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 3: Pág. 7 ? ??Autorización del Fabricante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, si no sea importador y/o distribuidor de los bienes?? Solicitamos: Por favor aclarar si el documento Certificado de Representación Exclusiva de la marca es documento suficiente para reemplazar el documento modelo: Formulario N° 4 establecido en la página 53 del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2011
SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LA MARCA ES DOCUMENTO SUFICIENTE PARA REEMPLAZAR EL DOCUMENTO MODELO.		

Consulta 4 - Documentos Requeridos junto con la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 4: Pág. 7 del PBC, solicitan: ??Habilitación para importar equipos médicos emitido por el MSPYBS, Habilitación de Importador de Dispositivos Médicos emitido por el MSPYBS, y Constancia de Habilitación del Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el MSPYBS</p> <p>Sugerimos: Además de los documentos mencionados más arriba, solicitamos para las empresas que presenten oferta para el ítem n° 2 la presentación de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Licencia de la empresa Importadora y Prestadora de Servicios de Equipos de Radiología Diagnóstica Médica y Odontológica. 2. Listado de empresas que cuentan con la Licencia y habilitación del MSPYBS. 3. Constancia de Autorización de Importación y Comercialización emitida por el MSPYBS. <p>Esta solicitud se debe a que los potenciales oferentes deben contar con todos los permisos y habilitación respectiva emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el fin de garantizar una óptima prestación de los servicios requeridos por la Convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2011
<p>LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN PARA LA EVALUACION DEL ITEM DOS, SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 5 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:</p> <p>?Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 kHU como mínimo?</p> <p>Solicitamos que permitan cotizar equipos portátiles con ánodo con capacidad de almacenamiento térmico de 107 kHU. Favor considerar que es una diferencia muy pequeña con el valor solicitado de capacidad térmica del ánodo y estos equipos móviles no trabajan con potencias muy altas, y con este valor se asegura la protección contra sobre calentamientos del sistema.</p> <p>De esta manera se podrá dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes con marcas de elevado nivel tecnológico y que además poseen una capacidad térmica de la carcasa del tubo de un valor muy superior (de 1.100.000 HU) lo que es una absorción extraordinaria. Eso implica más tiempo de duración del tubo.</p> <p>De lo contrario estarían limitando la participación de dichas marcas en este concurso.</p>		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 6</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:</p> <p>Referente al colimador: ?Rotación de +/-90°?</p> <p>Solicitamos que permitan cotizar equipos portátiles con ?Rotación +/- 45°?</p> <p>Como el colimador tiene forma cuadrada, la rotación +/- 45° hace toda la rotación necesaria. No hay necesidad de tener más rotación que 45°.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 7</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:</p> <p>?Foco fino de aproximadamente 1,0 mm2 y foco grueso de aprox. 2,0 mm2?</p> <p>Solicitamos que se permita cotizar equipos de rayos X móviles con foco único, pues con un solo foco de dimensiones suficientemente pequeñas se logra obtener una mejor definición de imágenes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 8</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:</p> <p>?Brazo portatubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación axial principal de +/- 90° y rotación axial longitudinal de +/- 180°. Con sistema de freno manual o eléctrico.</p> <p>Rotación del tubo en torno al eje transversal +90°/-15°"</p> <p>Solicitamos que para estos ítems se permita cotizar equipos con:</p> <p>?Brazo porta tubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación del tubo en su eje frontal (para arriba/abajo) de más 180° / menos 30° y rotación en su eje lateral (derecha / izquierda) de más / menos 90°. Con sistema de freno manual o eléctrico.?</p> <p>Por favor considerar que como el equipo es móvil y puede girar en torno de su eje, no hay sentido solicitar rotación del tubo en su eje. Para hacer los procedimientos los equipos precisan tener movilidad en su tubo, para arriba / abajo / izquierda / derecha. Con eso se garantiza toda su movilidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 9</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan:</p> <p>Favor considerar lo siguiente por un lado, ¿Potencia de salida mínima 30 Kw?, y por otro lado solicitan: ¿Rango de 40 a 125 kV y de 25 a 100 mA aproximadamente como mínimo?</p> <p>Deseamos hacer notar que la potencia solicitada no corresponde con el mencionado rango de mA, ya que para una potencia de ese nivel, lo indicado sería también un rango mayor de mA, de manera a disponer de un equipo que cubra las aplicaciones habituales de un equipo de rayos X móvil.</p> <p>Es decir, que para un equipo móvil los 100mA solicitados es un valor muy bajo que limitaría las aplicaciones del equipo.</p> <p>Solicitamos elevar el rango de mA requerido, hasta por lo menos 300mA. Y permitir cotizar equipos con potencia de salida mínima de 20 kW, con estos valores se podrán realizar todas las aplicaciones a las cuales se destina normalmente un equipo móvil.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 10</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan: ¿Alimentación eléctrica: 220-380 V 50Hz?.</p> <p>Solicitamos modificar a lo siguiente: ¿Alimentación eléctrica: 200-240 V 50Hz?</p> <p>Considerar que el equipo móvil será trasladado por todo el hospital y utilizará la alimentación normal de 220V. No hay necesidad de tener una alimentación trifásica de 380V para este equipo.</p>		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 10</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X portátil solicitan: ¿Alimentación eléctrica: 220-380 V 50Hz?.</p> <p>Solicitamos modificar a lo siguiente: ¿Alimentación eléctrica: 200-240 V 50Hz?</p> <p>Considerar que el equipo móvil será trasladado por todo el hospital y utilizará la alimentación normal de 220V. No hay necesidad de tener una alimentación trifásica de 380V para este equipo.</p>		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 11 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 Equipo de rayos X Portátil solicitan: ?Manual de operación y Servicio Técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado? Solicitamos por favor que se acepten los manuales de Servicio Técnico en inglés y que sí se requieran los Manuales de Uso en idioma español.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 12 Sugerimos que se solicite como un requisito para el equipo de rayos X portátil del Ítem N° 2 lo siguiente: ?Equipo con generador de alta tensión y tubo en un mismo recipiente (Tubo monobloque)?. La ventaja de esta característica es que con generador y transformador en un único bloque, no hay necesidad de tener un cable de alta tensión conectando los dos dispositivos. Eso permite que no tenga interferencia de electromagnetismo en equipos sensibles de la UTI (ICU), como ventiladores pulmonares, monitores cardiacos, etc.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 13 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan: ?Consola o Repisa para instrumental en acero inoxidable y base montada sobre cuatro ruedas, dirigibles y antiestáticas? Aclarar si se refiere al elemento del dentista tipo carro o se refiere a una repisa independiente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2011
CONSULTA: solicitamos cotizar equipos con Repisa o consola Incorporada a la unidad Dental;RESPUESTA: se aclara que se refiere a una consola (mesita con bandejas) para instrumental en acero inoxidable.		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 14</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan:</p> <p>?caja de conexiones y tanque de presión con manómetro y control de presión?</p> <p>Sugerimos que la caja de conexión sea opcional, teniendo en cuenta que no todos los modelos de Sillones lo necesitan. Por otra parte, nos gustaría saber si el tanque de presión se refiere a un compresor odontológico que se puede cotizar en el conjunto, o se refiere a un compresor para el Sillón; de ser el último caso, sugerimos aceptar la opción de cotizar un compresor odontológico por cada sillón.</p>		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 15</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 20 Sillón Odontológico, solicitan:</p> <p>?instalación del equipo en la institución designada??</p> <p>Consultamos si las salas designadas ya se cuentan al pie del equipo con las conexiones necesarias de electricidad, agua y desagüe. Este dato es importante para el cálculo de la instalación, de no contar con esto, sugerimos que la contratante acondicione la sala con las conexiones necesarias para cada equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.</p>		

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>Consulta 16</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem N° 22 Autoclave de esterilización, solicitan:</p> <p>?Estructura de acero Inoxidable AISI o satinada en pintura secada al horno con pulido sanitario. Tuberías, válvulas y conexiones de material anticorrosivo?</p> <p>Sugerimos pedir que el acero sea AISI 316 L para la estructura del Autoclave, que sea de mejor resistencia a la corrosión además mayor calidad/durabilidad para este tipo de equipos. Las tuberías y conexiones deberían de ser de acero inoxidable por los motivos expuestos anteriormente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 17 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 22 Autoclave de Esterilización, solicitan: ?Realizar la preinstalación necesaria del equipo esto incluye todos los materiales necesarios? Consultamos si ya está designada una sala para este efecto, y de ser así solicitamos por favor incluir los planos pertinentes del lugar, de manera a tener los cálculos en forma segura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.		

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 18 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 43 Autoclave de esterilización, solicitan: ?Estructura de acero Inoxidable AISI o satinada en pintura secada al horno con pulido sanitario. Tuberías, válvulas y conexiones de material anticorrosivo? Sugerimos pedir que el acero sea AISI 316 L para la estructura del Autoclave, que sea de mejor resistencia a la corrosión además mayor calidad/durabilidad para este tipo de equipos. Las tuberías y conexiones deberían de ser de acero inoxidable por los motivos expuestos anteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
Consulta 19 En las especificaciones técnicas del Ítem N° 43 Autoclave de Esterilización, solicitan: ?instalación del equipo en la institución designada?? Consultamos si las salas designadas ya se cuentan al pie del equipo con las conexiones necesarias de electricidad, agua y desagüe. Este dato es importante para el cálculo de la instalación, de no contar con esto, sugerimos que la contratante acondicione la sala con las conexiones necesarias para cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que el equipo se instalará en una Institución Hospitalaria del M.S.P. y B.S. de la VIII región sanitaria, y pueden ir a verificar el lugar de destino del equipo, favor contactar con la VIII región sanitaria, para una mejor coordinación.		

Consulta 21 - ITEM 2 ? Equipo de Rayos X portátil

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>- Donde Dice ?Rotación del tubo en torno al eje transversal más 90°/menos15°?solicitamos que se puedan ofertar equipos con rotación de 90°/0° por lo menos, considerando que esta característica no afectará de manera sustancial al funcionamiento ni las aplicaciones del equipo.</p> <p>- Considerando la potencia solicitada, recomendamos aumentar el rango de mA a por lo menos 50 a 300mA de manera a contar con un equipo que permita realizar la mayor cantidad de aplicaciones.</p> <p>- Considerando que es un equipo portátil para estudios en sala de Rayos X , urgencias e internados, se recomienda solicitar al menos 1(un) delantal plomado para protección del tecnico radiólogo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 22 - Item 32 ? Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>1) La pantalla LCD solicitada cuántos canales debería desplegar en forma simultánea? 2) El electrocardiógrafo deberá contar con batería?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>RESPUESTA: 2) Se aclara que se requiere batería recargable con por lo menos 2 horas de autonomía. ;RESPUESTA: Se aclara que se requiere que se visualicen 3 canales en la pantalla LCD.</p>		

Consulta 23 - Item 34 ? Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>1) Teniendo en cuenta las tendencias de los últimos años consultamos si para este ítem se requiere que el monitor tenga pantalla color con valores grandes de fácil visualización del tipo touchscreen</p> <p>2) Se requiere que el equipo cuente con tres transductores: Dos del tipo ultrasonido para detección de gemelares y uno del tipo toco?</p> <p>3) Los transductores deberán ser resistentes al agua? Deberán contar con cinturones reusables para su fijación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>RESPUESTA: 3)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.;RESPUESTA: 1)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>2)Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 24 - Item 4: Autoclave Vertical 100 litros como mínimo.

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>1) Además de los programas automáticos que ya se piden, y que solicitan el equipo con Bomba de Vacío, consideramos muy importante para el nivel de seguridad del equipo, que el mismo cuente con el programa de Test Bowie and Dick y el Ciclo Leak Test.</p> <p>2) Donde solicita: Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135 °C, solicitamos permitan cotizar con Temperatura de vapor en cámara regulable entre 105 y 135°C, o utilicen el término de aproximado de manera que permitan una mayor participación de oferentes.</p> <p>3) Solicitamos para una mejor operativa del equipo que el mismo cuente con Comando electrónico micro procesado, Display alfa numérico en cristal líquido permitiendo la visualización en tiempo real de los parámetros y acompañamiento de las fases del ciclo; Teclado multifunción para selección de parámetros y programación directa; que permita la lectura y verificación de los programas; que exhiba mensajes de status; con teclas salientes de tacto sensible; con facilidad de programación de los tiempos de esterilización y secado; que ejecute medición digital de temperatura y tiempos;</p> <p>4) Creemos muy importante que el equipo cuente con impresora matricial de cuarenta columnas con intervalo de impresión pre-programable, con comando on/off, que permita el registro de los parámetros del ciclo, fecha, hora, identificación del usuario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Se aclara que el ítem 4 corresponde a un equipo MACROCENTRÍFUGA, el Autoclave vertical de 100 litros corresponde al ítem 22, favor verificar.</p>		

Consulta 25 - Item 53 ? Mesa de Cirugía:

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2011
<p>1. Consideramos que las especificaciones técnicas corresponden a una Mesa de Cirugía obsoleta, por tanto consideramos oportuno solicitar nuevas tecnologías para un mayor rendimiento y mejor prestación, por tanto creemos conveniente que se solicite un equipo con la siguiente descripción ?Mesa Quirúrgica Radiotransparente de operaciones movil comandado por sistema de control remoto, para aplicaciones en cirugía general, traumatología, ortopedia, neurocirugía, vascular y/u otros.</p> <p>2. En cuyo caso se debería incluir en la especificación: ?Bateria interna para uso ante la falta de energía? y se debería modificar ?Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico? por ?Ajuste eléctrico de altura del tablero con sistema de control remoto y en el mismo lecho?, además de que todos los movimientos del equipo sean eléctrico y no con activación por manivelas mecánicas para las distintas posiciones, con control remoto y en el mismo lecho.</p> <p>3. Donde solicitan ?Estructura en varios segmentos? favor indicar la cantidad de segmentos, que por lo habitual y según normas de calidad son como mínimo 5 segmentos.</p> <p>4. Con relación a la colchoneta, consideramos que mínimamente debería de ser de un espesor como minimo 80mm, de material ignifugo (poliuretano inyectado) con retardador de llamas, antiestático e hipoalergénico.</p> <p>5. No se especifica la capacidad de carga que estimamos como mínimo de 180 kilos y con un largo mínimo de 2,00 metros.</p> <p>6. Favor aclarar precisamente a que se refiere con ?Porta piernas Goepel (2)? creemos que corresponde al nombre específico de una única marca.</p> <p>7. Donde solicitan ?Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelemburg, renal, etc.? Podrían citar los accesorios necesarios del set, por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.</p> <p>8. Favor citar los accesorios solicitados en ?Juego de accesorios para cirugía general? por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.</p> <p>9. Favor citar los accesorios solicitados en ?Juego de accesorios para cirugía ginecológica? por que un proveedor puede cotizar una cosa y otro proveedor con otros accesorios, lo que hace diferencia de precios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 26 - ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
<p>En donde menciona: Capacidad de contención de bandejas : 6 a 8 bandejas, atendiendo a experiencias anteriores observamos que la mayoría de las estufas poseen 3 (tres) rieles para bandejas, a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados</p>		

Consulta 27 - ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
<p>En donde menciona: Volumen de la camara de esterilizacion de 50 a 60 litros. Tengan a bien aceptar con variacion del rango de +/- 3 litros, a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 28 - ITEM 11 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
<p>En donde menciona: 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo. Tengan a bien aclarar si seran aceptados como juego de bandejas a partir de de 2 (dos) unidades</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Se aclara que se pueden aceptar como juego a partir de 2 unidades.</p>		

Consulta 29 - Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
<p>Solicitamos tengan a bien aclarar lo siguiente: El autoclave cuenta con bomba de vacio, por lo que sugerimos y consideramos muy importante para el nivel de seguridad del equipo, que el mismo cuente con Sistema automático de homogenización de temperatura y presión en cámara con válvula de alivio de seguridad. Programa para test de fugas y Bowie & Dick.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 30 - Item 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
<p>Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara cuadrada, además que en una cámara cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Por lo expuesto anteriormente sugerimos y recomendamos solicitar una cámara cuadrada o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		

Consulta 31 - Ítem 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
-----------------	--------------------------	------------

En donde menciona: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
------------------	---------------------------	------------

El equipo deberá ser empotrado en la pared, para el efecto favor visitar la VIII Región Sanitaria, a modo de coordinar la verificación del lugar de instalación.

Consulta 32 - Ítem 22 - AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
-----------------	--------------------------	------------

En donde menciona: Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135°. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 5°. De esta manera se dará oportunidad de participación a una mayor cantidad oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 33 - ÍTEM 25 - ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
-----------------	--------------------------	------------

Tenga a bien aclarar seran aceptado electrobisturi con potencia de corte puro de 200 w como minimo, realizamos esta petición a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 34 - ÍTEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
-----------------	--------------------------	------------

En donde menciona: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD o directamente sobre la impresion térmica. Sugerimos y recomendamos que el equipo posea pantalla abatible y que los tres canales sean presentados en el display en tiempo real, de esta forma se podra corregir cualquier error en alguna de la derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel, de esta forma se economiza errores de impresion y por lo tanto papel.

Consulta 35 - ÍTEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
-----------------	--------------------------	------------

En donde menciona: Velocidad de barrido 25 y 50 mm/s, seleccionable, consideramos y recomendamos que posea, Velocidad de barrido seleccionable a partir de 5mm/s; 6,25 mm/s; 10 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s y 50 mm/s o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 36 - ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Solicitamos tengan a bien aclarar en las especificaciones técnicas dadas, no se visualiza si el equipo deberá contar con batería recargable de 3 horas de autonomía como mínimo, permitiendo la plena continuidad en el uso del equipo ante la falta de corriente eléctrica		

Consulta 37 - ITEM 32 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Favor aclarar si todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padron con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora chorro de tinta, a traves de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante la falta de papel, utilizando un papel y una impresora padron		

Consulta 38 - ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: Inclinación de la placa de respaldo menor/igual 60º/50º (subida/Bajada), entendemos que es muy pronunciado la inclinación de bajada de 50º, y no hay mesa de operaciones con esa inclinación, favor tomar un rango de inclinación entre +/- 20º, realizamos esta petición a fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados..-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 39 - ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: JUEGO DE ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL. Tengan a bien aclarar este punto el juego debe contar con: 1 (UN) ARCO DE NARCOSE 1 (UN) PAR DE HOMBRERAS 1 (UN) PAR DE POSA PIES 1 (UN) JUEGO DE COLCHONES LABABLE 1 (UN) PAR DE APOYO MANO		

Consulta 40 - ITEM 53 - MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: JUEGO DE ACCESORIOS PARA CIRUGIA GINECOLOGICA, tengan a bien aclarar este punto el juego debe contar con: 1 (UN) PAR DE PIECERA 1 (UNA) GAVETA COLECTORA.		

Consulta 41 - ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Consulta: Solicitamos tenga a bien permitir la cotizacion de de ecógrafos con "monitor de escaneo progresivo en blanco y negro", permitiendo de esta forma dar oportunidad de participacion a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 42 - ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde dice monitor plano LCD color de 15 pulgadas medidas diagonalmente como mínimo. Solicitamos se pueda cotizar monitor TFT LCD DE 12,1 pulgadas, no entrelazado, monitor de escaneo progresivo en blanco y negro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 43 - ÍTEM 1 ? ECÓGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Con brazo articulado para maniobrabilidad. Solicito se puedan cotizar equipos portátiles con teclado retráctil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 44 - ÍTEM 7 - MICROSCOPIO BINOCULAR C/ ACEITE DE INMERSION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En las especificaciones no figuran las siguientes especificaciones necesarias para una buena evaluación e igualdad de competencia, solicitamos tengan a bien incluir lo siguiente: Platina 142 x 132 mm y desplazamiento de la platina 75x55mm; como exigencias minimas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 45 - ÍTEM 16 - CAJA DE DIAGNOSTICO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Donde dice: Lentes pequeños en el brazo y juego de lentes de aumento. Creemos que esta especificación no corresponde, solicitamos a la convocante tenga a bien eliminar esta exigencia.		

Consulta 46 - ÍTEM 19 ? PORTASUERO

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar como norma de calidad: Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay porque se trata de un bien que no es equipo biomedico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán portasueros con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.		

Consulta 47 - ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar como norma de calidad: Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay porque se trata de un bien que no es equipo biomedico.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.	

Consulta 48 - ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
Se podría cotizar "Talonera y piñonera en acero cromado?"	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.	

Consulta 49 - ÍTEM 23 - CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
Solicitamos a la convocante tenga a bien incluir como característica lo siguiente: "Construida en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm. Entendemos que esta es una medida minima para la camilla, ya que medidas inferiores a la misma restarían resistencia y vida útil a la misma.	

Consulta 50 - ÍTEM 24 - CAJA DE CIRUGIA PARA CIRUGIA ODONTOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
Donde dice: Dos tijera para cirugía recta y curva. Podrían aclarar si solicitan dos de recta y dos de curva o uno de cada uno?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-10-2011
Se aclara que se solicitan dos de recta y dos de curva.	

Consulta 51 - ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan ?base con 4 ruedas?, y más abajo solicitan pedestal en forma de T, aclaramos que la base en forma de T posee solamente tres ruedas. Favor aclarar este punto.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán con 3 ó 4 ruedas.	

Consulta 52 - ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta
	29-09-2011
Solicitamos tengan a bien aceptar con base de 3 o 4 ruedas	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán con 3 ó 4 ruedas.	

Consulta 53 - ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
----------	-------------------	------------

En donde dice potencia máxima de 150 watts, solicitamos tenga un rango de variación +/- 10 watts

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 54 - ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
----------	-------------------	------------

En donde dice regulación de altura aproximada entre 1,20 a 1,80 metros, solicitamos tenga un rango de variación de +/- 0,20 metro

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 55 - ÍTEM 28 - LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
----------	-------------------	------------

En donde dice: Integrada por lámparas tubos fluorescentes. Solicitamos se puedan cotizar equipos de luminoterapia con tecnología LED.

En caso afirmativo solicitamos se puedan cotizar con estas características:

- ? Construida en caja plástica de alto impacto
- ? Contiene un modulo con 5 super leds, con expectativa media de vida de 20.000 horas aproximadamente
- ? Display alfanumérico
- ? Teclado para programación de funciones
- ? Micro ventilador para el módulo super leds, ubicado en la parte superior de la caja.
- ? Controlador microprocesado
- ? Montado sobre base con tres ruedas de 3? para facilitar su transporte
- ? Columna con asta de altura ajustable permitiendo mejor posicionamiento en los equipos
- ? Brazo con articulación ajustable
- ? Cuerpo con ajuste de rotación para un mejor ajuste del foco de luz sobre el paciente

Características Técnicas

? Tensión de alimentación y potencia:

o Voltaje: 220V

o Frecuencia: 50 / 60 Hz.

o Potencia: 50VA.

o Corriente: 1 I (A)

? Irradiancia espectral: en intervalos de 400 a 500 nm.

? Dimensiones:

o Ancho: 11,6 cm.

o Profundidad: 23,0 cm

o Altura: 5,0 cm.

? Irradiancia media a 30 cm:

o Centro del foco Luminoso: 40 $\mu\text{w}/\text{cm}^2.\text{nm}$ ($\pm 10\%$)

o Dimensiones del foco: 250 x 230 mm

o Rango de ajuste de irradiación: 20% a 100% de máxima irradiación ($\pm 10\%$)

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.

Consulta 56 - ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar como norma de calidad: Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay porque se trata de un bien que no es equipo biomedico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.		

Consulta 57 - ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Solicitamos a la convocante tenga a bien incluir como característica lo siguiente: "Construida en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm. Entendemos que esta es una medida minima para la cama, ya que medidas inferiores a la misma restarían resistencia y vida útil a la misma.		

Consulta 58 - ÍTEM 31 ? CAMA PARA INTERNADOS (HOSPITALARIO DE UN MOVIMIENTO)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde dice: Lecho de un solo movimiento ¿Podrían aclarar si quieren que el movimiento se realice con Manivela?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que no es necesario el movimiento con manivela.		

Consulta 59 - ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Solicitamos tengan a bien permitir cotizar instrumentales con rango de variación +/- 2 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas, por norma en la esterilización del juego de instrumentales.		

Consulta 60 - ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Por favor, especificar la medida de la pinza de Aro. Podría ser una de 25 cm.? que es el adecuado para ginecología segun nuestro conocimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 61 - ÍTEM 37 - CAJA DE CIRUGIA GINECO-AMEU

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
Donde dice Pinza Kocher sin dientes 16 cm. Solicitamos tengan a bien solicitar "con diente" de conformidad con los distintos fabricantes de instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 62 - Item 40 - Laringoscopio Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: pilas pequeñas tipo A, Creemos que por un error de tipeo de la convocante la descripción pueda ser doble AA o tipo C, son pilas normales a utilizar en estos equipo, favor aclarar. Se podrán cotizar con pilas tipo doble AA o tipo C.		

Consulta 63 - Item 44 - CAMILLA DE INSPECCION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinado con pintura epoxi secada al horno, Considerando experiencias anteriores se contizan camas de inspecciones de estructura muy frágil y no duraderas, recomendamos a la convocante solicitar Camilla en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm o mejor para una vida útil de utilidad y que Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas más económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados y poder competir de igual con los diferentes potenciales oferentes .		

Consulta 64 - Item 45 -LAMPARA DE INSPECCION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En este ítem solicitan: Construcción acorde a normas internacionales. Teniendo en cuenta que el bien solicitado es LAMPARA DE INSPECCION, y no un equipo boomedico solicitamos tengan a bien aceptar producto de origen nacional con su respectivo registro de marca vigente expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que se aceptarán con Registro de Marca expedido por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay.		

Consulta 65 - Item 46 - NEBULIZADOR ULTRASONICO uso Hospitalario

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: Sistema ultrasonico con diametro de nebulizacion entre 0,5 a 5 micras. Solicitamos tengan a bien aceptar con nebulizacion de hasta 4,2 micras o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Se aclara que el equipo es de uso hospitalario, y se mantiene el sistema ultrasónico solicitado, porque en esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 66 - Item 46 - NEBULIZADOR ULTRASONICO uso Hopistalarío

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2011
En donde menciona: Flujo de nebulización entre 0 a 7,5 ml/min. Regulable. Solicitamos tengan a bien aceptar con Flujo de nebulización entre 0 a 4ml/min. Regulable o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 67 - Item 25 electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
CONSULTA: Favor aclarar la potencia en modo de corte monopolar, que es la potencia que define el electrobisturí, se recomienda para cirugía general mínimo 250W.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.		
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie dividida para la medición de la impedancia de contacto.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.		
CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul)		
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe realizar corte y coagulación por gas Argón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
CONSULTA: : Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. respuesta:La respuesta será publicada en la Adenda 4 de la licitación.		
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie dividida para la medición de la impedancia de contacto		
RESPUESTA: Se requiere que los electrodos neutros solicitados para pacientes adultos y pediátricos son de superficie dividida.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido. Respuesta:Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		
CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul); Se consulta si el equipo debe realizar corte y coagulación por gas Argón.		
RESPUESTA:Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 68 - Item 43 Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
Solicitamos verificar las especificaciones técnicas de este item pues solicitan un autoclave con camara de 23 litros aproximadamente y las especificaciones son para autoclaves de mas de 75 litros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 69 - Item 45 Nebulizador Hospitalario

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
<p>CONSULTA: Favor aclarar si las mascarillas y los circuitos de nebulización (tubuladura conectada al paciente) deben ser reutilizables y autoclavables.</p> <p>CONSULTA: Por definición el nebulizador del tipo hospitalario, es para utilizar en forma continua durante 24hs. Por favor aclarar si se trata de este tipo de nebulizadores, porque los nebulizadores para tratamiento domiciliario comunes no poseen un sistema eficiente de disipación de calor del cristal: son de uso intermitente porque no tienen carga automática de agua estéril, luego no es posible evitar el calentamiento del cristal durante periodos superiores a 20 minutos y por lo tanto no pueden ser utilizados las 24hs. También no poseen filtro antibacterias y tubos reutilizables y autoclavables lo que posibilitan evitar las infecciones cruzadas.</p> <p>CONSULTA: Favor aclarar si el nebulizador debe incluir carrito de transporte y brazo articulado, originales del fabricante, para sostener el circuito de nebulización y para fijar la altura del circuito de nebulización independiente de la altura del paciente</p> <p>CONSULTA: Favor indicar si el nebulizador debe poseer filtro bacteriano para filtrar el aire que va al paciente y filtro interno que impide la contaminación interna del equipo.</p> <p>CONSULTA: Favor indicar cuantos depósitos de medicamentos adicionales deberán ser entregados con cada equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>Se aclara que las mascarillas deben ser reutilizables y autoclavables</p> <p>Se aclara que las mascarillas deben tener filtro antibacterias.</p> <p>Se aclara que el equipo debe incluir carrito de transporte y brazo articulado originales.</p> <p>Se aclara que el equipo debe tener filtro bacteriano para filtrar el aire.</p> <p>Se aclara que deben ser entregados 1 depósito adicional por equipo.</p>		

Consulta 70 - ítem 34 Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
CONSULTA: Favor aclarar cuantos transductores se necesitan. Se recomienda como mínimo dos: un para las contracciones y otro para los frecuencia cardiaca fetal (FCF).		
CONSULTA: Favor indicar si se solicita un transductor de ultrasonido adicional para gemelos.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder imprimir la FCF de gemelos en dos escalas diferentes		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder medir el ECG fetal		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe tener Detección automática del movimiento fetal.		
CONSULTAS: Favor aclarar si el equipo debe poseer alertas de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poder medir PIU		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		
*se aclara que el equipo debe medir ECG fetal		
*Se aclara que el equipo debe tener Detección automática del movimiento fetal.		
*Se aclara que el equipo debe tener alertas de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto.		
*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.		

Consulta 71 - ítem 32 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
CONSULTA: Favor aclarar si los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real. De esta forma se podrá corregir cualquier error en alguna de las derivadas antes de imprimir todo el electrocardiograma en papel. De esta forma se economiza errores de impresión y por lo tanto papel.		
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente. Recomendado para economizar tiempo de conexión y errores de impresión.		
CONSULTA: Favor aclarar si es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz). Este filtro elimina el ruido de la alimentación eléctrica.		
CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.		
CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz que son utilizados para filtrar el desvío de la línea de base horizontal en el trazado del electrocardiograma cuando existe se utiliza un buen contacto entre los electrodos, provocado por un gel deficiente, piel o pelos del paciente.		
CONSULTA: Favor indicar si es necesario que el equipo cuente con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.		

CONSULTA: Favor indicar si el electrocardiograma debe ser almacenado en la memoria interna del equipo. Esto permite que el médico pueda hacer una revisión de los electrocardiogramas adquiridos por el equipo.

CONSULTA: Favor aclarar si las todas derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora de chorro de tinta, a través de un puerto USB. Esto permite la continuidad en el uso del equipo ante una falta de papel, utilizando un papel y una impresora padrón.

CONSULTA: Favor indicar la respuesta en frecuencia del equipo (ancho de banda para el electrocardiograma). Se recomienda 0,05 a 150Hz o mejor rango.

CONSULTA: Favor indicar la resolución de la conversión Analógica-Digital, se recomienda 10 bits o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la tasa o frecuencia de muestreo de la señal del ECG, se recomienda 1000Hz o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la velocidad de impresión del papel, se recomienda: 5mm/s; 6,25mm/s;10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s o mejor.

CONSULTA: Favor indicar la ganancia de la señal del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganancia automática (AGC).

CONSULTA: Favor indicar el factor de Rechazo en Modo Común (RRMC) parámetro que define la capacidad de rechazo de ruidos externos, se recomienda como mínimo superior a 100dB.

CONSULTA: Favor indicar si el equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>*se aclara que los tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real</p> <p>*se aclara que el equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable paciente.</p> <p>*se aclara que es necesario que el equipo cuente con filtro de línea de AC (50Hz)</p> <p>*se aclara que si es necesario que el equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc.</p> <p>*se aclara que el equipo debe contar con filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz</p> <p>*se aclara que el equipo debe contar con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia.</p> <p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>*todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora chorro de tinta, a través de un puerto USB</p> <p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p> <p>*Se aclara que e equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario</p>		

Consulta 72 - Item 27 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2011
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer Normativa contra la penetración de líquidos, como mínimo se recomienda IPX1 para aspiradores quirúrgicos.</p>		
<p>CONSULTA: Considerando que: los frascos de Polisulfona son irrompibles y autoclavables, la diferencia de precio no es sustancial y la desventaja de el peso de las botellas de vidrio es muy superior a las de Polisulfona, se recomienda solicitar, por mayores ventajas mecánicas, frascos de Polisulfona y no de vidrio de 3 litros.</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer un nivel de intensidad acústica inferior a 55dB, como recomienda la normativa.</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico debe ser de uso continuo.</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer manovacuómetro con escala de presión de 0 a -750mmHg, para visualización de la presión de succión.</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer botón regulador de la intensidad o flujo de succión.</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si el aspirador debe contar con asa de transporte de forma que pueda ser desmontado del carrito y transportado, en caso de necesidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2011
<p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		
<p>*Se requiere frascos de polisulfon</p>		
<p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		
<p>*Se aclara que el modo de operación o utilización del aspirador quirúrgico de ser de uso continuo.</p>		
<p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		
<p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		
<p>*Adecuarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas, se aclara que se pueden ofertar equipos con esas características técnicas.</p>		