

## Consultas Realizadas

# Licitación 243135 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

### Consulta 1 - Items Nº3 - 4 - 5 -6 Set de Instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
Solicitamos para los Items Nº3-4-5 y 6 que los instrumentales que componen dicho set tengan un margen de variación en la medida de +-2cm., esto es con el fin de dar mayor oportunidad a los oferentes, debido a las pequeñas diferencias que existen entre los distintos fabricantes de instrumentales a nivel mundial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.		

### Consulta 2 - Item Nº10 Tubo de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
En el Item Nº10 Tubo de Oxigeno dice balón de oxígeno medicinal con capacidad mínima de 6m <sup>3</sup> y más abajo dice con capacidad para almacenar 3m <sup>3</sup> o superior, cual es la capacidad real del tubo que están exigiendo? Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que se requiere 6 m <sup>3</sup> , entonces se reemplaza: donde dice Capacidad de almacenaje 3 m <sup>3</sup> ó superior, debe decir, Capacidad de almacenaje 6 m <sup>3</sup> .		

### Consulta 3 - Item Nº14 Balanza Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
En el Item Nº14 Balanza Pediátrica dice: con tallímetro hasta 60cm. aprox. con un rango más o menos 10%, se podría cotizar con el tallímetro separado, debido a que es más práctico y precisa la medición del infante con un tallímetro que no se encuentra en la bandeja de pesaje. Aparte de dar mayor oportunidad a los oferentes. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que se puede cotizar con un tallímetro que no se encuentra en la bandeja de pesaje.		

### Consulta 4 - Item Nº14 Balanza Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
En el Item Nº14 Balanza Pediátrica dice con plataforma en acero inox. de 51x24cm. aprox., solicitamos que sea aceptada la plataforma metálica satinada con pintura epoxi ya que en la especificación técnica de la estructura de la balanza permiten que la misma sea metálica con pintura epoxi o cromada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se agrega: plataforma en acero inox. ó metálica satinada con pintura epoxi de 51x24cm. aprox.		

### Consulta 5 - Item Nº15 Balanza con altímetro

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
<p>En el Item Nº15 Balanza con altímetro dice: rango de pesaje de 0 a 150Kg. aprox., solicitamos la apertura de un rango de pesaje de 0 a 200Kg. aprox, debido a la diferencia entre los distintos fabricantes, donde una amplia mayoría únicamente fabrica dichas balanzas con capacidad hasta 200Kg. Favor aceptar la oferta de balanzas con capacidad de pero de 0 a 200Kg.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que se pueden ofertar valores mayores de 150 kg.</p>		

### Consulta 6 - Item Nº 20 - 21 y 22 Bandeja Inox.

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
<p>Solicitamos la habilitación de un margen de +-5cm. en las medidas de dichas bandejas Inox., debido a las pequeñas diferencias existentes entre los distintos fabricantes a nivel mundial, además de brindar mayor oportunidad a los potenciales oferentes de dichos Items</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

### Consulta 7 - Item Nº24 y 25 Tambor Inox.

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
<p>Solicitamos la habilitación de un margen de +-1cm. en las medidas de dichos Tambores Inox., debido a las pequeñas diferencias existentes entre los distintos fabricantes a nivel mundial, además de brindar mayor oportunidad a los potenciales oferentes de dichos Items</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

### Consulta 8 - Item Nº23 Tambor Inox. 35x20cm.

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2012
<p>Solicitamos la habilitación de un margen de +-5cm. en las medidas de dicho Tambor Inox., debido a las pequeñas diferencias existentes entre los distintos fabricantes a nivel mundial, además creemos que dichas medidas no corresponden a las de un tambor "grande" como se solicita en las especificaciones técnicas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 26 - Item 17

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2012
<p>a) La norma internacional para certificación de calibración de aparatos de presión es la EN 1060 (Parte 1 y Parte 2) MDD 93/42/EEC, ¿Los productos ofertados en ese ítem deben tener ese certificado de calibración?</p> <p>b) Con respecto a la exigencia de: ¿Construcción de acuerdo a normas internacionales? ¿Se debe presentar normas de calidad de fabricación tipo CE, TUV, ISO?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>a) Se agrega: Norma internacional para certificación de calibración de aparatos de presión EN 1060 MOD 93/42/EEC. b) Se agrega que: Construcción acorde a normas internacionales de calidad tipo CE, TUV, ISO, ó al menos 2 de ellos.</p>		

## Consulta 27 - Item 18

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2012
<p>a) La norma internacional para certificación de calibración de aparatos de presión es la EN 1060 (Parte 1 y Parte 2) MDD 93/42/EEC, ¿Los productos ofertados en ese ítem deben tener ese certificado de calibración?</p> <p>b) Con respecto a la exigencia de: ¿Construcción de acuerdo a normas internacionales? ¿Se debe presentar normas de calidad de fabricación tipo CE, TUV, ISO?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>a) Se agrega: Norma internacional para certificación de calibración de aparatos de presión EN 1060 MOD 93/42/EEC. b) Se agrega que: Construcción acorde a normas internacionales de calidad tipo CE, TUV, ISO, ó al menos 2 de ellos.</p>		

## Consulta 28 - Item 19

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2012
<p>Con respecto a la exigencia de: ¿Construcción de acuerdo a normas internacionales? ¿Se debe presentar normas de calidad de fabricación tipo CE, TUV, ISO?</p> <p>Donde dice: ¿Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad? sugerimos que el análisis de frecuencia sea de: 20Hz ? 100Hz max 3,9 dB a 100Hz (para frecuencias bajas) 100HZ 1500Hz max 22,0 dB a 300Hz (para frecuencias altas) Para que el dispositivo sirva para su utilización en cualquier tipo de servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Con respecto a la exigencia de: ¿Construcción de acuerdo a normas internacionales? ¿Se debe presentar normas de calidad de fabricación tipo CE, TUV, ISO?</p> <p>Respuesta: Se agrega: Construcción acorde a normas internacionales de calidad tipo CE, TUV, ISO, ó al menos 2 de ellos. Donde dice: ¿Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad? sugerimos que el análisis de frecuencia sea de: 20Hz ? 100Hz max 3,9 dB a 100Hz (para frecuencias bajas) 100HZ 1500Hz max 22,0 dB a 300Hz (para frecuencias altas) Para que el dispositivo sirva para su utilización en cualquier tipo de servicio. Respuesta: Favor adecuarse a las eett solicitadas, en esta oportunidad se requieren con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>		

## Consulta 29 - Items N°33 - 34 y 35 Mobiliario hospitalario

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos para los Items N°33-34 y 35 correspondientes a mobiliarios hospitalarios de industria nacional que los mismos sean excluidos de la presentación de los Certificados de Calidad Internacional CE-ISO o FDA y únicamente soliciten la Certificación del Ministerio de Industria y Comercio del Registro de Marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en las eett de los ítems 33, 34 y 35 no se requieren certificados de calidad internacional CE, ISO ó FDA. Se agrega: Certificación del MIC del Registro de Marca.

## Consulta 30 - En los ítems 3, 4, 5, 6

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos permitan una variación de +-2cm para los instrumentales y +-5cm para las cajas

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 31 - En los ítems 20, 21, 22 Bandeja para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos permitan una variación de +-5cm en las medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 32 - En los ítems 23, 24, 25 Tambor de acero

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos permitan una variación de +-5cm en las medidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 33 - Para los bienes importados

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos incluir la necesidad de presentar Certificados de Calidad: CE, ISO 13485, FDA, DIN, TÜV, UL, Normas del Mercosur, al menos 3 (tres) de ellos a los efectos de garantizar la calidad de los mismos

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se agrega que: Construcción acorde a normas internacionales de calidad tipo CE, TUV, ISO, MERCOSUR, al menos 2 de ellos.

### Consulta 34 - ITEM N° 8 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 8 - ESTUFA PARA ESTERILIZACION En donde menciona: 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo. Por favor, tengan a bien aclarar la cantidad de bandejas que debe poseer el JUEGO DE BANDEJAS SOLICITADO. Se podrá cotizar con juego compuesto por 2 bandejas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que el juego compone de 2 bandejas ó más.		

### Consulta 35 - ITEM N° 15 - BALANZA CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 15 - BALANZA CON ALTIMETRO En una parte de las especificaciones técnicas dice ?RANGO DE PESAJE DE 0 A 150 KILOGRAMOS?. Solicitamos a la convocante ampliar este rango y solicitar de la siguiente forma: ??RANGO DE PESAJE DE 0 A 180 KILOGRAMOS o MAYOR?. Este rango de medidas beneficiara a la convocante pues podrá contar con balanzas que puedan soportar a pacientes de mayor peso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que se pueden ofertar valores mayores de 150 kg.		

### Consulta 36 - ITEM N° 15 - BALANZA CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 15 - BALANZA CON ALTIMETRO En una parte de las especificaciones técnicas dice ?Graduación de 100 gramos?. Con la finalidad de que la Convocante cuente con balanzas de gran precisión solicitamos que esta parte de las especificaciones técnicas se solicite de la siguiente manera: ?Graduación 50 gramos o menor?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Favor adecuarse a las eett, se aclara que lo solicitado son las especificaciones técnicas mínimas, pudiendo ofertarse equipos con mejor ó mayor rangos ó cantidades de lo peticionado.		

### Consulta 37 - ITEM N° 14 ? BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 14 ? BALANZA PEDIATRICA En una parte de las especificaciones técnicas dice ?PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE?. Se podrá cotizar con plataforma de plástico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se agrega: plataforma en acero inox. ó metálica satinada con pintura epoxi de 51x24cm. aprox.,		

### Consulta 38 - ITEM Nº 14 ? BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM Nº 14 ? BALANZA PEDIATRICA ¿La balanza debe contar con traba de seguridad para la aguja?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Favor adecuarse a las eett solicitadas, en este caso se requiere con las eett solicitadas.		

### Consulta 39 - ITEM Nº 14 ? BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
En una parte de las especificaciones técnicas dice ?Graduación de 10 gramos?. Con la finalidad de que la Convocante cuente con balanzas de gran precisión solicitamos que esta parte de las especificaciones técnicas se solicite de la siguiente manera: ?Graduación 5 gramos o menor?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Favor adecuarse a las eett, se aclara que lo solicitado son las especificaciones técnicas mínimas, pudiendo ofertarse equipos con mejor ó mayor rangos ó cantidades de lo peticionado.		

### Consulta 40 - ITEM Nº 14 ? BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
En una parte de las especificaciones técnicas dice ?PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE?. A fin de fomentar la participación de oferentes y sin disminuir la calidad de los bienes solicitados, pedimos a la Convocante acepte con ?? PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE O METAL CON ACABADO EN PINTURA ESMALTADA?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se agrega: plataforma en acero inox. ó metálica satinada con pintura epoxi de 51x24cm. aprox.,		

### Consulta 41 - ITEM Nº 3.- Caja de Curación

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM Nº 3.- Caja de Curación Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 5 cm. para la caja de acero inoxidable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.		

## Consulta 42 - ITEM N° 4.- Set de Instrumental para inserción de DIU

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 4.- Set de Instrumental para inserción de DIU En una parte de las especificaciones técnicas dice "1 Caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm". Consideramos que la medida solicitada es excesiva teniendo en cuenta la poca cantidad de instrumentales solicitados. Sugerimos a la convocante solicitar cajas de acero inoxidable 32x16x08 o mayor. Con esta medida más pequeña la convocante ahorraría un monto importante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.		

## Consulta 43 - ITEM N° 5.- Caja de Cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 5.- Caja de Cirugía En una parte de las especificaciones técnicas dice "1 Caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm". Consideramos que la medida solicitada es excesiva teniendo en cuenta la poca cantidad de instrumentales solicitados. Sugerimos a la convocante solicitar cajas de acero inoxidable 28x14x06 o mayor. Con esta medida más pequeña la convocante ahorraría un monto importante. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 2 cm. para todos los instrumentales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.		

## Consulta 44 - ITEM N° 6.- Kits Instrumental Ginecológico.

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 6.- Kits Instrumental Ginecológico. En una parte de las especificaciones técnicas dice "1 Caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm". Consideramos que la medida solicitada es excesiva teniendo en cuenta la poca cantidad de instrumentales solicitados. Sugerimos a la convocante solicitar cajas de acero inoxidable 28x14x06 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.		

## Consulta 45 - ITEM N° 7.- Set de Espéculos Vaginal.

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ITEM N° 7.- Set de Espéculos Vaginal. 1. Por favor especificar el tipo de espejulo. Deber ser tipo Graeve o Tipo Collin? 2. Por favor aclarar la cantidad de cada medida?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara que se requiere del tipo Graeve. Se aclara que en el Set de Espéculos Vaginales se solicita 1 espéculo vaginal pequeño, 1 espéculo vaginal mediano, y 1 espéculo vaginal grande, y se solicita 708 sets.		

### Consulta 46 - ITEM Nº 10. ? Tubo de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 10. ? Tubo de Oxigeno.  
 En una parte de las especificaciones técnicas dice "Balón de Oxigeno Medicinal mínimo de 6 m<sup>3</sup>", sin embargo en otra parte dice: Capacidad de almacenaje 3 m<sup>3</sup> ó superior". Solicitamos a la convocante definir la capacidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se requiere 6 m<sup>3</sup>, entonces se reemplaza: donde dice Capacidad de almacenaje 3 m<sup>3</sup> ó superior, debe decir, Capacidad de alacenaje 6 m<sup>3</sup> ó superior.

### Consulta 47 - ITEM Nº 20 ? 21 - 22. ? Bandeja de acero para Instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 20 ? 21 - 22. ? Bandeja de acero para Instrumentales.  
 Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 5 cm. para las bandejas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

### Consulta 48 - ITEM Nº 23. Tambor de acero inoxidable.

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 23. Tambor de acero inoxidable.  
 En una parte de las especificaciones técnicas dice "Medidas aproximadas: 35 centímetros de diámetro y 20 centímetros fondo". Con respecto a esta medida La convocante permitirá la cotización de tambores de mayor medida?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

### Consulta 49 - ITEM Nº 24. Tambor de acero inoxidable.

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 24. Tambor de acero inoxidable.  
 En una parte de las especificaciones técnicas dice "Medidas aproximadas: 33 centímetros de diámetro y 16 centímetros fondo". Con respecto a esta medida La convocante permitirá la cotización de tambores de mayor medida?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 50 - ITEM N° 25. Tambor de acero inoxidable.

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ITEM N° 25. Tambor de acero inoxidable.  
En una parte de las especificaciones técnicas dice "Medidas aproximadas: 20 centímetros de diámetro y 20 centímetros fondo". Con respecto a esta medida La convocante permitirá la cotización de tambores de mayor medida?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 51 - ITEM N° 28 y 29. Palangana de Metal

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación de +/- 5 cm. para las Palanganas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.

## Consulta 52 - ÍTEM 1 - LÁMPARA EXPLORACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
----------	-------------------	------------

ÍTEM 1 - LÁMPARA EXPLORACIÓN  
ÍTEM 16 ? NEGATOSCOPIO  
ÍTEM 31 ? PORTA SUERO  
ÍTEM 36 ? CAMA MANUAL PARA PACIENTE  
En donde dice: Construcción acorde a normas internacionales  
Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique la expresión como sigue:?  
Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marcas del M.I.C. para productos Nacionales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
-----------	--------------------	------------

Se aclara lo siguiente;  
Item 1: Lámpara de Exploración: Se agrega: Construcciones acordes a normas internacionales ISO, CE, MERCOSUR ó dos de ellas.  
Item 16: Negatoscopio; ítem 31: portasueros; ítem 36: cama manual para paciente: Se aclara que se podrán ofertar equipos importados ó nacionales, por eso se agrega: Construcción acorde a normas internaciones ó equipo con registro de marcas del MIC para productos nacionales.

## Consulta 53 - ÍTEM 16 ? NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ÍTEM 1 - LÁMPARA EXPLORACIÓN ÍTEM 16 ? NEGATOSCOPIO ÍTEM 31 ? PORTA SUERO ÍTEM 36 ? CAMA MANUAL PARA PACIENTE En donde dice: Construcción acorde a normas internacionales Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique la expresión como sigue:? Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marcas del M.I.C. para productos Nacionales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara lo siguiente; Item 1: Lámpara de Exploración: Se agrega: Construcciones acordes a normas internacionales ISO, CE, MERCOSUR ó dos de ellas. Item 16: Negatoscopio; ítem 31: portasueros; ítem 36: cama manual para paciente: Se aclara que se podrán ofertar equipos importados ó nacionales, por eso se agrega: Construcción acorde a normas internaciones ó equipo con registro de marcas del MIC para productos nacionales.		

## Consulta 54 - ÍTEM 31 ? PORTA SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ÍTEM 1 - LÁMPARA EXPLORACIÓN ÍTEM 16 ? NEGATOSCOPIO ÍTEM 31 ? PORTA SUERO ÍTEM 36 ? CAMA MANUAL PARA PACIENTE En donde dice: Construcción acorde a normas internacionales Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique la expresión como sigue:? Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marcas del M.I.C. para productos Nacionales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara lo siguiente; Item 1: Lámpara de Exploración: Se agrega: Construcciones acordes a normas internacionales ISO, CE, MERCOSUR ó dos de ellas. Item 16: Negatoscopio; ítem 31: portasueros; ítem 36: cama manual para paciente: Se aclara que se podrán ofertar equipos importados ó nacionales, por eso se agrega: Construcción acorde a normas internaciones ó equipo con registro de marcas del MIC para productos nacionales.		

## Consulta 55 - ÍTEM 36 ? CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
ÍTEM 1 - LÁMPARA EXPLORACIÓN ÍTEM 16 ? NEGATOSCOPIO ÍTEM 31 ? PORTA SUERO ÍTEM 36 ? CAMA MANUAL PARA PACIENTE En donde dice: Construcción acorde a normas internacionales Para poder dar mayor participación a los productos nacionales sugerimos se modifique la expresión como sigue:? Construcción acorde a normas internacionales, Normas del Mercosur y/o Registro de Marcas del M.I.C. para productos Nacionales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Se aclara lo siguiente; Item 1: Lámpara de Exploración: Se agrega: Construcciones acordes a normas internacionales ISO, CE, MERCOSUR ó dos de ellas. Item 16: Negatoscopio; ítem 31: portasueros; ítem 36: cama manual para paciente: Se aclara que se podrán ofertar equipos importados ó nacionales, por eso se agrega: Construcción acorde a normas internaciones ó equipo con registro de marcas del MIC para productos nacionales.		

## Consulta 56 - ITEM 2 - Detector de latido fetal

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
En donde menciona: Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz. o similar. Sugerimos solicitar transductor con cable espiralado e intercambiable para facilitar la examinación de la paciente, o en caso de averías de la sondas cambiarlas por una mejor ya sea 3, 4 y hasta 8 MHz?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Favor adecuarse a las eett, se aclara que lo solicitado son las especificaciones técnicas mínimas, pudiendo ofertarse equipos con mejor ó mayor rangos ó cantidades de lo peticionado.		

## Consulta 57 - ITEM 2 - Detector de latido fetal

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2012
En donde menciona: Conexión interface de salida para registro externo. Para dar mayor oportunidad de participación a oferentes solicito se solicite de la siguiente manera: Con o sin Conexión interface de salida para registro externo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
Favor adecuarse a las eett solicitadas, en esta ocasión, se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.		

## Consulta 58 - Item 3 Caja de Curacion

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>* La referencia "1 tijera para material" se refiere a una tijera para vendas"</p> <p>* La referencia "anillo alargado de 16 cm" que tipo de instrumental es?</p> <p>* A efectos de que los instrumentales requeridos tengan el espacio suficiente para que el proceso esterilización cumpla los standares mas seguros y optimos. Solicitamos a la convocente considerar cajas para esterilizacion de 31 x 14 x 6,7 cm, fabricadas con una aleacion especial de aluminio resistentes a deformaduras y a golpes.</p> <p>* Solicitamos al comité evaluador considerar variacion de medidas de + 2 cm en la pinza Aro solicitada y +/-1 cm en las medidas de todos los demas instrumentales requeridos en este item a efectos de dar mayor participacion de oferentes en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 59 - Item 4 Kit de instrumental Ginecologico

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>* A efectos de que los instrumentales requeridos tengan el espacio suficiente para que el proceso esterilización cumpla los standares mas seguros y optimos; solicitamos a la convocente considerar variacion en las medidas de hasta 8 cm en las cajas para esterilizacion, fabricadas con una aleacion especial de aluminio resistentes a deformaduras y a golpes.</p> <p>* Solicitamos al comité evaluador considerar variacion de medidas de +/-2 cm en las medidas a efectos de dar mayor participacion de oferentes en este llamado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 60 - Item 5 Caja de Cirugia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>* A efectos de que los instrumentales requeridos tengan el espacio suficiente para que el proceso esterilización cumpla los standares mas seguros y optimos; solicitamos a la convocente considerar variacion en las medidas de hasta 8 cm en las cajas para esterilizacion, fabricadas con una aleacion especial de aluminio resistentes a deformaduras y a golpes.</p> <p>* Solicitamos al comité evaluador considerar variacion de medidas de (+2,5 cm) en el separador de Farabeuf y +/-2 cm en las medidas de todos los demas instrumentales requeridos en este item a efectos de dar mayor participacion de oferentes en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 61 - Items 6 Kit de Instrumental Ginecologico

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>* A efectos de que los instrumentales requeridos tengan el espacio suficiente para que el proceso esterilización cumpla los estándares mas seguros y optimos; solicitamos a la convocante considerar variacion en las medidas de hasta 8 cm en las cajas para esterilizacion, fabricadas con una aleacion especial de aluminio resistentes a deformaduras y a golpes.</p> <p>* Solicitamos al comité evaluador considerar variacion de medidas de +/-2 cm en las medidas de todos los instrumentales requeridos en este item a efectos de dar mayor participacion de oferentes en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 62 - Item 20 Bandeja para Instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>Solicitamos a la convocante incluir variacion en las medidas de hasta +/- 4 cm a efectos de poder dar mayor participacion de oferentes en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 63 - Item 21 Bandeja para Instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
<p>Solicitamos a la convocante incluir variación en las medidas de hasta +/- 4 cm a efectos de poder dar mayor participación de oferentes en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
<p>Se aclara que los valores de las especificaciones técnicas son requerimientos mínimos, y el margen de rango de variación es de +/- 10% de los valores.</p>		

## Consulta 64 - LPN N° 30/2012

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2012
Hacemos referencia al ítem N° 8 para consultar lo siguiente:		
1) ¿ Podemos ofertar un equipo de indicación digital con un display luminoso indicando los parámetros exigidos en las especificaciones ?		
2) ¿ Bastaría ofrecer el equipo con alarma óptica o debe ser necesariamente tambien con alarma acústica ?		
3) ¿ Podrá ofertarse el equipo con rejillas en vez de bandejas perforadas ?		
4) Solicitamos que el plazo de entrega sea extendido a 150 días, en vez de 90 días, ya que será razonable que la gran cantidad de equipos, por los costos de flete, sea embarcada por vía marítima por resultar mucho más económico lo cual redundará beneficiosamente en el precio de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2012
1) Favor adecuarse a las eett, se aclara que lo solicitado son las especificaciones técnicas mínimas, pudiendo ofertarse equipos con mejor ó mayor rangos ó cantidades de lo peticionado.		
2) Favor adecuarse a las eett solicitadas, en este caso se requiere con las eett solicitadas.		
3) Favor adecuarse a las eett solicitadas, en este caso se requiere con las eett solicitadas.		
4) La Dependencia a ser beneficiada con la adquisición de los bienes es un PROGRAMA EMBLEMÁTICO que precisa de manera urgente de los bienes, por tal motivo ajustarse al plazo establecido.		