

Consultas Realizadas

Licitación 245272 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Consulta 1 - ITEM 9 SECCION III ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2012
ITEM 9 Donde dice Soporte, solicitamos especificar si será fijo o móvil dicho soporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2012
Se aclara que, Soporte se refiere al accesorio que se fija por la pared, donde se ubica y sostiene adecuadamente al Equipo, pudiendo ser fijo o móvil indistintamente.		

Consulta 2 - ITEM 9 - SECCIÓN III ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2012
ITEM 9 Donde dice tiempo de exposición, consultamos si podrían modificar a un rango de tiempo de exposición de 0,02 a 3,2 segundos máximo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2012
Se aclara que, El rango de tiempo de exposición según PBC es de 0,001 a 5 segundos, y el rango propuesto de 0,02 a 3,2 segundos por lo que se encuentra dentro del rango solicitado en el PBC y además como se trata de un equipo de Rayos X, cuando menor es el tiempo de exposición mejor será para el paciente.		

Consulta 3 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2012
Donde dice: "Sobre colchón a aire". Solicitamos que se modifique ya que con este tipo de dispositivo ya dejo de fabricarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2012
Se aclara que, Todas las especificaciones técnicas son características y requerimientos mínimos solicitados para los equipos, por tanto si se ofrece un equipo que cumpla con los fines a ser utilizados y con una tecnología mayor a las requeridas también serán aceptadas.		

Consulta 4 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2012
Donde dice: Potencia de la luz 44W y tension de la bombilla de 15.7 V aproximadamente. Solicitamos cotizar con focos de 12V -75W		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2012
Se aclara que, Se solicita en el PBC Bombilla con potencia electrica de 44 W como mínimo y Tensión de alimentación de la bombilla 15,7 V aproximadamente por tanto los focos sugeridos están dentro del rango solicitado por le PBC.		

Consulta 5 - ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2012
Las Luz halogena con sistema de focos como las que estan solicitando no es apto para procedimientos de blanqueamiento ya que la luz que produce este sistema es muy caliente para los aceleradores de blanqueamiento como el peroxido de carbamida o hidrogeno, por lo tanto solicitamos poder cotizar sin la punta para blanqueamiento de 3 dientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2012
Se solicita en el PBC Punta para blanqueamiento de 3 dientes esto se refiere a un accesorio adicional del equipo para el procedimiento indicado, por tanto se debe adecuarse a los requerimientos del PBC		