

Consultas Realizadas

Licitación 247005 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL

Consulta 1 - Consultas: LPN Nº 54/2012

Consulta Fecha de Consulta 03-12-2012

ítem Nº 1

1) Equipos con rotores pendulantes, normalmente son usados con 4.000 a 4.500 rpm

Si es necesario que el equipo alcance 6.000 rpm debería ofertarse con rotor angular. Favor aclarar.

Ítem № 2

2) Se solicita Centrifuga Refrigerada para PCR

¿ PCR debe ser en tiras o en microtubos?

PCR 0,4/0,2 ml con diámetro de 6 mm y 45 mm de largo.

- 3) Se solicita equipo para 8 a 15 tubos de 50 ml.
- ¿ Estos tubos también deberán centrifugar 15.000 rpm o bastarían 12.000 rpm para los tubos de 50 ml.?

Ítem № 11

- 4) Se solicita Centrifuga refrigerada para PCR
- ¿ PCR debe ser en tiras o en microtubos PCR 0,4/0,2 ml

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2012

- 1) Donde dice: Capacidad de rotor pendulante, debe decir: Capacidad de rotor angular.
- 2) Se aclara que debe ser en microtubos
- 3) Se aclara que bastarán con 12.000 rpm para los tubos de 50 ml
- 4) Se aclara que debe ser en microtubos

Consulta 2 - ITEM 1

	Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2012
--	----------	-------------------	------------

FAVOR ACLARAR SI DESEAN UN SET COMPLETO DE 15 ML. ADEMAS DEL QUE ACOMPAÑA AL EQUIPO

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-12-2012	
-----------	--------------------	------------	--

Respuesta: Se aclara que se requiere el set completo de 15 ml que viene con el equipo.

09/11/25 06:12



Consulta 3 - ITEM 2

Consulta Fecha de Consulta 03-12-2012

a) FAVOR ACLARAR SI SE PUEDE COTIZAR 1 MICROSCOPIO CON UN SOLO CONDENSADOR DE CAMPO OSCURO SECO?. b)SE PODRIA COTIZAR UN MICROSCOPIO CON AUMENTO HASTA 1000 X? c) FAVOR ACLARAR SI SE PODRIA COTIZAR OCULAR WF 10x/20; OBJETIVOS PLAN.ACROMATICOS Y CON FUENTE DE LUZ LED DE 3 W.?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2012

Respuesta:

- a) Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC.
- b) Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se requiere hasta 1600 X
- c) Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificacioens solicitadas.

Consulta 4 - ITEM 12

Consulta Fecha de Consulta 03-12-2012

a) FAVOR ACLARAR SI SE PODRIA COTIZAR UN TERMOCICLADOR C/ 3 BLOQUES DE 21 POCILLOS P/ TUBOS DE 0,2 ML. INDEPENDIENTE. b)FAVOR ACLARAR LA CANTIDAD DE TUBOS DE 0,2 ML. A SER COTIZADAS, YA QUE SOLICITAN CANTIDAD MÍNIMA P/ EL USO Y PRUEBA. c) FAVOR ACLARAR SI ADEMAS DE LOS TERMO BLOQUES QUE VIENEN CON EL EQUIPO SE DEBEN COTIZAR DOS BLOQUES ADICIONALES (ES DECIR EN TOTAL 4 BLOQUES DE 48X0,2)

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2012

Respuestas:

- a) Favor adecuarse a las eett, pero pueden cotizar con la especificación sugerida.
- b) Se requiere la cantidad de 50, y se agrega
- c) Se aclara que se requiere en total dos bloques de 48x02 ml. Además de la que viene con el equipo.

Consulta 5 - ITEM 14

Consulta Fecha de Consulta 03-12-2012

a) SE SOLICITA CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II-TIPO B2 HORIZONTAL. FAVOR ACLARAR SI SE PUEDE COTIZAR UNA CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2 VERTICAL.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2012

Respuesta:

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con lo solicitado.

09/11/25 06:12