

## Consultas Realizadas

### Licitación 251188 - LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre

#### Consulta 1 - Lote N°212 Banco de Sangre

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2013
Cual es la Cantidad Exacta de Equipos en Comodato para el Lote N°212		
Favor listar Nombre y Cantidad de Equipos ya que en el Pliego de Bases y Condiciones no esta bien Claro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-03-2013
Se aclara que la cantidad de equipos del Lote 212 son los siguientes:		
- Equipo automatizado fraccionadora de componentes sanguíneos. Cantidad 1 (uno)		
- Equipo Homogeneizador para colecta de sangre. Cantidad3 (tres)		
- Selladores portátiles para tubuladuras. Cantidad 3 (tres)		
- Equipo conector estéril de sobremesa para tubuladuras de PVC - Cantidad 1 (un)		

#### Consulta 2 - Lote N°212 Banco de Sangre

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2013
Lote N°212 - ítem N°6 - Equipos para Transfusión de Sangre con Filtro.		
Solicitan dispositivo para la administración de farmacos (Gómita)		
Consulta: será aceptada el Sistema en "Y" para administrar farmacos? ya que cumplen la misma funcion y fin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-03-2013
Puede ser de gomita o en Y.-		

#### Consulta 3 - LOTE 25 ITEM 1 Colector para materiales punzocortantes

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2013
Listado de Pre-Análisis. LOTE 25 ITEM 1 Colector para materiales punzocortantes. Favor aclarar el material del producto solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-03-2013
El material debe ser de plástico resistente.		

## Consulta 4 - LOTE 153 ITEM 1 Control biológico de esterilidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2013
----------	-------------------	------------

Listado de Pre-Análisis LOTE 153 ITEM1 Control biológico de esterilidad. Favor aclarar si la cantidad solicitada corresponde a caja de 30 ampollas como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-03-2013
-----------	--------------------	------------

Lo solicitado es 5 cajas x 30 ampollas cada una como mínimo.- La oferta deberá ser por Cajas.