

Consultas Realizadas

Licitación 258384 - Adquisición de Medicamentos, Insumos y otros

Consulta 1 - Item Numero 82 Sangre de Carnero Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2013
a) En caso de que el producto ofertado sea de procedencia Nacional, ¿ no aplicaria la descripcion solicitada con Certificado de Garantia de calidad del pais de origen ?		
b) Al referirse a Certificado de Garantia de Calidad del pais de origen y siendo producto Nacional se cumpliria con la especificacion tecnica para el item 82 Sangre de Carnero, presentando una declaracion Jurada de calidad del fabricante o un control de esterilidad otorgado por un laboratorio de renombre a nivel Nacional ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
Debe ajustarse a las especificaciones Tecnicas, presentando las documentaciones solicitadas del pais de origen del producto ofertado.		

Consulta 2 - Item Numero 82 Sangre de Carnero Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2013
a)En caso de que el producto ofertado sea de procedencia Nacional ¿ no aplicaria la descripcion solicitada Con Certificado de Garantia de Calidad del Pais de Origen ?		
b) Al referirse a Certificado de Garantia de Calidad del Pais de Origen y siendo el producto ofertado de procedencia Nacional, ¿ se cumpliria con las especificaciones tecnicas del Item 82 Sangre de carnero, presentando Una Declaracion Jurada de Calidad del producto otorgado por el Fabricante o un control de Esterilidad otorgado por un laboratorio de renombre a nivel Nacional ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
Deber ajustar a las Especificaciones Tecnicas, presentando las documentaciones solicitadas en cuanto al pais de origen del productos ofertado		

Consulta 3 - Consulta de Items

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
item 65.- papel.- favor aclarar la marca y el modelo del equipo cardio desfibrilador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
Ajustarse a las especificaciones tecnicas, considerando que la Seccion III- Lista de Bienes y Especificaciones Tecnicas, Caracteristica y Seccion VI- Formularios, Formulario N° 03-lista de precios, dice la MARCA Y MODELO DEL EQUIPO DE CARDIODESFIBRILADOR: Compatible con Nihon Kodhen TEC 5521E		

Consulta 4 - item 66 papel para electro cardiografia

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
favor aclarar la marca y el modelo del electrocardiografo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
Electrocardiografo, marca NIHON KODHEN, modelo CARDIO FAX.		

Consulta 5 - ítem 67.- papel para electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
----------	-------------------	------------

favor aclarar si se puede ofertar rollos de 60 metros

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Consulta 6 - ítem 80.- tubo con anticoagulante

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
----------	-------------------	------------

favor aclarar la cantidad solicitada ya que no se ajusta a la presentacion solicitada

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
-----------	--------------------	------------

La cantidad solicitada es de 11421 unidades de tubo y la presentacion de entrega es de paquetes por 50 unidades como minimo tal como se especifica en la SECCION III-LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SECCION VI-FORMULARIOS.

Consulta 7 - ítem 82.- sangre de carnero

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
----------	-------------------	------------

favor aclarar si se puede ofertar bolsas de 450 ml.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONSIDERANDO QUE DICE BOLSA DE DE 400 ML COMO MINIMO.

Consulta 8 - ítem 88.- placas para VDRI.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2013
----------	-------------------	------------

favor aclarar si se puede ofertar placas de 12 pocillos.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2013
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las Especificaciones Tecnicas, considerando que en las especificaciones dice de 10 pocillos como minimo.