

Consultas Realizadas

Licitación 261371 - LPN 15/13 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA

Consulta 1 - ITEM 7.- Agitador de Tubos para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2013
favor aclarar si se refiere a un agitador tipo vortex con velocidad regulable hasta 3800 rpm.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
SI se refiere al agitador conocido como tipo vortex, en español: vértice o vórtice		

Consulta 2 - ITEM 18.- Pipeta automática con volumen variable

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2013
favor aclarar si se puede cotizar una pipeta automática de 5-50 ul.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 3 - ITEM 20.- Pipeta pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2013
Favor aclarar el volumen de la pipeta pasteur		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Se solicita de 3 ml de volumen.		

Consulta 4 - Item Nº 46 :

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2013
Item Nº 46 : Detallar las Especificaciones Técnicas del Equipamiento solicitado en carácter de Comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
El equipo debe cumplir con las especificaciones requeridas para la realización de pruebas conforme a las recomendaciones del reactivo ofertado.		

Consulta 5 - Ítem Nº 47 y 49 :

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2013
Ítem Nº 47 y 49 : Aclarar la razón por la cual se deben ofertar Marcas diferentes para estos ítems, considerando que las especificaciones técnicas de ambos son exactamente iguales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Para el ítem 47 Se solicita un reactivo de elevada especificidad, para utilizarlo como segunda prueba, por tanto indefectiblemente debe ser de marca diferente a del ítem 49 Se solicita un reactivo de alta sensibilidad para utilizarlo en el tamizaje inicial del diagnóstico.		

Consulta 6 - Ítem Nº 48

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2013
Ítem Nº 48 : Detallar las Especificaciones Técnicas del equipamiento solicitado en carácter de Comodato.		

Consulta 7 - Ítems Nº 39 / 40 / 41 / 44 / 45 / 52 / 53

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2013
Ítems Nº 39 / 40 / 41 / 44 / 45 / 52 / 53 Aclarar si se puede ofertar un sistema analítico, totalmente automático, con idénticas o superiores características al solicitado en Comodato MEIA o Quimioluminiscencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 8 - ítem Nº 18

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2013
¿ Podrá ofertarse Pipeta automática variable de 5 - 50 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 9 - Ítem 30

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2013
¿ El vial de 1,5 ml se refiere a Microtubo tipo Eppendorf ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2013
Eppendorff es una marca de equipos e insumos de laboratorio		