

Consultas Realizadas

Licitación 265516 - ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE LABORATORIO REFRIGERADA - MSP y BS

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
En las Especificaciones se solicita centrifuga para bolsas, sin embargo, entre los accesorios se solicitan Sets de portatubos de 15 ml y 10ml. Favor aclarar si la centrifuga debe ser para bolsas de sangre o para tubos??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2013
Remitirse a la Adenda 02 Respuesta: Se debe cotizar centrifuga refrigerada para bolsas de sangre de 4 lugares como mínimo.		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
Favor aclarar si se puede ofertar Centrifuga con temperatura de -20 a 50 ° C ??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2013
Remitirse a la Aclaración 1 Aclaración: Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Programación de temperatura de 10º C a - 40º C con resolución de 1 grado.		

Consulta 3 - Aclaracion de Cabezal - Centrifuga Refrigerada

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2013
Se puede aclarar que Cabezal se solicita para la CENTRIFUGA REFRIGERADA para esta licitación, ya que en principio de las especificaciones técnicas detalla: para capacidad máxima 4 bolsas conteniendo seis vasos de duraluminio de 1 litro cada uno ??. Además solicitan: 1 Set completo de porta tubos para 15 ml (16 unidades) y 1 Set completo de porta tubos para 10 ml (16 unidades). Favor aclarar el CABEZAL a cotizar para la Centrifuga y si también se deben cotizar estos 2 cabezales como accesorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2013
Remitirse a la Adenda 02 Respuesta: Se debe cotizar Cabezal para bolsa de sangre de 4 lugares como mínimo. No se cotizara los set de tubos solicitados.		