

Consultas Realizadas

Licitación 274825 - LCO 14-14 ADQUISICION URGENTE DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS

Consulta 1 - CLAUSULA DE REAJUSTE

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2014
Entendemos que, de acuerdo a los antecedentes que remitimos, se ha omitido por un error involuntario, incorporar en el pliego de bases y condiciones de la licitación de referencia, las condiciones de reajuste de precios para el caso de productos importados. Dicha cláusula de reajuste ha sido acordada con el IPS, de acuerdo a una recomendación realizada por el propio Director Nacional de Contrataciones Publicas mediante la circular N° 20/08 (adjuntamos copia). Por lo expuesto solicitamos tengan a bien incluir dentro de las condiciones especiales del contrato, la cláusula de reajustes de precios para el caso de productos importados de la siguiente manera, según antecedentes que acompañan la presente nota; El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: - Los precios ofertados para los bienes importados, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (P^{\circ} \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (P^{\circ} \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Dónde: P: Precio Reajustado de la Oferta P°: Precio original de la oferta, Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del Acta de Recepción Final. Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas. Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción del Acta de Recepción Final. Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas. Aguardamos curso favorable a lo solicitado, a fin de dar efectivo cumplimiento a lo establecido en los ARTICULOS 61º y 56º de la Ley 2051/2003 De CONTRATACIONES PUBLICAS.		

Consulta 2 - AMPLIAR RANGO DE LA MEDIDA DE LAS AGUJAS DE LOS ITEMS 6 Y 19

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Para los siguientes ítems solicitamos la apertura del rango de la medida de las agujas, ITEM 6, CODIGO 7.043, HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO SIN AT. FAVOR AMPLIAR A+- 0,2cm. ITEM 19, CODIGO 9.354, HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1 CM 3/8 CÍRCULO. FAVOR AMPLIAR A +- 0,1cm. El ítem 6 ha sido declarado desierto en reiteradas ocasiones debido a que no se amplían las medidas de las agujas. El ítem 19 sí ha permitido la apertura solicitada en la última compra realizada en la Licitación 66/07, por lo que solicitamos se amplíe nuevamente.		

Consulta 3 - ITEMS 25, 26, 27 Y 28

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
25 SUTURA MECÁNICA: SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DEL TIPO TLC 75 MM LONGITUD 26 CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA: CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE TCR DE 75 MM DE LONGITUD 27 SUTURA MECÁNICA: SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 25 MM. DE DIÁMETRO C/ VISOR DE RANGO DE CIERRE, CURVO 28 SUTURA MECÁNICA: SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 55 MM. DE LONGITUD DE CABEZAL MÓVIL Y VÁSTAGO FLEX DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE MUESTRAS SOLICITADAS, PARA ESTOS ITEMS SOLICITAN 3 DE CADA UNO, ENTENDEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR, POR TRATARSE DE SUTURAS MECANICAS DE ALTO COSTO. FAVOR CONFIRMAR QUE PARA ESTOS ITEMS PUEDEN PRESENTARSE UNA MUESTRA DE CADA UNO Y QUE NO REQUIEREN LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS PARA SUTURAS, INTN, Y ESTERILIDAD, Y QUE EN CASO DE ADJUDICACION, LA MUESTRA PRESENTADA SERA VALIDAD PARA COMPLETAR LA ENTREGA FINAL.		

Consulta 4 - CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD Y ESTERILIDAD AUTENTICADAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Por los plazos estipulados, tanto para la presentacion de ofertas, como para la entrega de los productos en caso de adjudicación, no hay plazos razonables para solicitar en origen la autenticación de los documentos, además, dicha formalización, de ninguna manera válida el contenido de los documentos, solo confirma la autenticidad de la firma, es decir, a efectos de confirmar los valores contenidos en dicho documentos, la autenticación no asegura dicha información, por lo que solicitamos que estos documentos no requieran tal formalizacion.		

Consulta 5 - Item N°8 Hilo para Sutura de Poliamida N°2/0 c/aguja 2,6cm.

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Solicitamos para el Item N°8 Hilo para Sutura de Poliamida N°2/0 c/aguja 3/8circulo triangular de 2,6cm. de longitud la apertura de un rango de +-1mm en la variacion de la longitud de la aguja, asi como lo hacen en todos los restantes items de poliamida (N°7,9,10,11 y 12), ademas asi se evitaria que dicha especificacion tecnica este dirigida a una marca en particular. Favor confirmar.		

Consulta 6 - Multas por Atraso en la Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
e)Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC), punto CGC26.1 Multas, dice 2% del valor del bien y/o servicio en demora, por cada semana de atraso. Solicitamos que la multa sea del valor del 1% por cada semana de atraso en la entrega, debido a que el 2% es un valor muy elevado y excesivo (además deben considerar la excesiva demora en el pago por parte del IPS de los expedientes de los productos ya entregados). Tener en cuenta de que el I.P.S. en la mayoría de sus licitaciones anteriores siempre ha establecido como valor de multa el 1% por cada semana de atraso.		

Consulta 7 - Seccion VII Docuemntos que Componen la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Seccion VII, punto F) 5 y 6) Certificado de Esterilidad en origen y Certificado de Control de Calidad en origen respectivamente, por lo general dentro del Certificado de Calidad emitido por el fabricante en origen ya se encuentra en el parametro de Esterilidad (esterilizacion), solicitamos la aceptacion de dicho Certicado de Calidad con el parametro de esterilizacion incluido.		

Consulta 8 - Item 3: Hilo para sutura de algodón

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Se puede cotizar aguja de 1/2 circulo?		

Consulta 9 - Item 8: Hilo para sutura poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Se puede presentar una aguja con +- 0,1mm de diferencia?		

Consulta 10 - Item 19: Hilo para sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Se puede cotizar con aguja de 1/2 circulo?		

Consulta 11 - Item 25 y 26

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Solicitamos que se amplíe la medida de la sutura a 75mm +-5mm de long, teniendo en cuenta que la medida solicitada corresponde a una marca especifica, solicitamos también la inclusión de los cartuchos de recarga (item 26) que se utilizan con la sutura mecánica solicitada ya que los cartuchos y la sutura deben ser de la misma marca, tal cual como se solicitó en la LPN 22-10		

Consulta 12 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Se solicita presentar una sola muestra para todas las suturas mecánicas ya que no tienen el analisis similar a las suturas manuales y el costo de las mismas es muy elevado		

Consulta 13 - Seccion VII F punto 7 Certificado analítico del INTN

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Se solicita no presentar certificado de INTN ya que esta institución actualmente NO esta realizando los analisis de fuerza tensil y la sujecion de la aguja porque las maquinas correspondientes estan averiadas sin prevision de reparacion		

Consulta 14 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
FAVOR ACLARAR CUANTAS MUESTRAS PRESENTAR POR CADA ÍTEM.		

Consulta 15 - F. Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Solicitamos omitir la presentación del Certificado de esterilidad en origen para los casos en los que se de cumplimiento y certificación de dicho análisis dentro del certificado de control de calidad.		

Consulta 16 - Certificado analítico del INTN

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2014
Teniendo en cuenta que el INTN solicita para las pruebas de ensayo 5 UNIDADES de cada LOTE a ser entregado como muestra. SOLICITAMOS ENTREGAR 1 (UNA) UNIDAD DE CADA ÍTEM A OFERTAR junto con el certificado analítico.		
SI BIEN EL PLIEGO NO MENCIONA CANTIDAD DE MUESTRAS A ENTREGAR, ANTERIORMENTE SOLICITABAN 3 UNIDADES.		

Consulta 17 - Certificacion Internacional de Calidad los Productos (ENISO-CE)

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2014
Para una mejor evaluacion en la calidad de los productos ofertados solicitamos se incluya como documento a ser presentado, por lo menos un Certificado de Calidad Internacional (ENISO, CE, etc) con su correspondiente Constancia de Validacion de Certificado de Acreditacion del Extranjero emitida por el Organismo Nacional de Acreditacion (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt). Con dicho documento se tendria mayor certeza sobre la calidad de los productos y la validez de dichas certificaciones. (tener en cuenta que este documento ya fue solicitado por el IPS en licitaciones anteriores)		

Consulta 18 - INDICADOR DE ANALISIS DE SUTURAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2014
La planilla contenida en la pagina 16 del pliego de bases y condiciones, se refiere a los ensayos y verificaciones que realizara el IPS? el protocolo analitico debemos entregar con la primera entrega? el certificado de esterilidad por lote debemos entregar con cada entrega? favor confirmar		

Consulta 19 - AMPLIAR RANGO DE LA LONGITUD DE LA HEBRA ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2014
Para el ítem 13, Cod. 2.702 HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA POLIPROPILENO Nº 2 C/ AGUJA TRIANGULAR DE 7.5CM. 3 HEBRAS 3/8 CIRCULO, Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Favor ampliar el rango de la longitud de la hebra de 50 a 60 cm. de largo minimo, de acuerdo a utilizado normalmente en el mercado.		