

Consultas Realizadas

Licitación 275309 - LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO

Consulta 1 - ITEM 14 - TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2014
Las tiras reactivas ofertadas y los glucómetros digitales, deberán ser para determinación de glucosa en sangre capilar indicado para RN, neonatos, niños y adultos?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2014
Las tiras reactivas ofertadas deberán determinar la glucosa en sangre capilar como venosa en todos los pacientes de todas las edades.		