

Consultas Realizadas

Licitación 280001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS CON SILLONES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

Consulta 1 - Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
<p>- Modo de tratamiento con bicarbonato a través de inserción de cartucho con concentrado en polvo.</p> <p>En la actualidad en el país no se utiliza el sistema de bicarbonato en polvo, siendo utilizada la presentación en concentrados líquidos.</p> <p>Recomendamos que la utilización de bicarbonato en polvo por parte de la máquina de hemodiálisis sea solicite como un opcional, con esta modificación se permitirá la mayor participación de oferentes en el presente proceso permitiendo que la convocante pueda seleccionar la mejor oferta técnica y económica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2014
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 2 - Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2014
<p>- Suministro de agua adicional mediante bomba de aspiración incorporada en el equipo y conexión espacial para tanque reservorio de agua tratada portátil o fijo.</p> <p>Favor aclarar si la convocante desea que se coticen sistemas portátiles de tratamiento de agua, ya que la característica técnica solicitada no es una función estándar de las maquinas de hemodiálisis, siendo lo correcto contar con un sistema de tratamiento de agua portátil.</p> <p>Recomendamos que este punto de las especificaciones técnicas se solicite como un opcional, con esta modificación se permitirá la mayor participación de oferentes en el presente proceso permitiendo que la convocante pueda seleccionar la mejor oferta técnica y económica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2014
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		