

## Consultas Realizadas

# Licitación 287944 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Lote 1 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2015
Ampolla. Según últimas notificaciones del proveedor, éstos productos están siendo fabricados con vencimientos de 3 meses por lo que se solicita a la convocante reducir la validez según el pliego de 12 meses a 3 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2015
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA 02		

### Consulta 2 - Validez del Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2015
Se solicita a la Convocante especificar si la validez del contrato es de 18 meses como lo especifica en un punto del Plan de Entregas o de 15 meses según lo especifica el Modelo de Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2015
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA 02		