

Consultas Realizadas

Licitación 295822 - LPN 43-15 ADQUISICIÓN DE STENS CONVENCIONALES Y MEDICADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL

Consulta 1 - lote 2, ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2015
favor aclarar si se puede ofertar para el lote 2, ítem 5 si el stent medicado 3.5 X 19 a 21 mm podría ser (+-) 3.5 X 18mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 2 - ampliación de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2015
Se podría ampliar la entrega de mercadería en lugar de 48hs a 30 días? ya que el tiempo de proveedor para la producción de estos productos son de 20 días, el traslado en vía aérea es de 5 días y el despacho otros 5 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - LOTE 2 - STENT MEDICADO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2015
Solicitamos sean aceptados en el Lote 2 stent medicado, la droga Everolimus ya que esta tiene la misma acción farmacológica que el Sirolimus.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2015
En el Plan de entrega dice: El Servicio solicitará el cambio de medidas de stents medicados y convencionales según disponibilidad, precio de las cantidades correspondientes a los montos máximos adjudicados a una misma empresa. Solicitamos aclaración de cuánto sería el tiempo dado para realizar los cambios de medida, tanto para los Stents medicado y convencionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Lote 2 Items 1 al 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2015
Se solicita Stents medicados, favor aclarar si requieren que el Stent sea de Crmo-cobalto con polimerobiodegradable de recubrimiento abluminal, ya que esta característica reduce el tiempo de reendotelización de los Stents a los tres meses, y el tiempo de la terapia antiplaquetaria, que reduce el porcentaje de reestenosis y trombosis, aparte de ser menos traumático para la anatomía coronaria del paciente, se acorta el tiempo de procedimiento lo que conlleva a una disminución del costo para la institución, además de una mejor calidad de vida para el paciente. Favor aclarar, si requieren de un Stent montado sobre un balón de alta presión no complaciente, que no solo asegura la correcta y eficaz implantación del Stent, si no que agrega un ahorro sustancial al no requerir otro balón para la post dilatación, ya que se utiliza el mismo balón para realizar el despliegue inicial y la post dilatación en caso de ser necesario, y para el paciente es menos traumático.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
Se aclara que con estas características definidas de los stents medicados de Cromo Cobalto, estaríamos ante stents de última generación, los cuales se caracterizan por presentar menos porcentaje de complicaciones para el paciente, menos cantidad de días de internación lo que conllevaría a un menos desembolso financiero institucional.		

Consulta 6 - Lote 2 Item del 1 al 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2015
Se solicita Stents medicados, favor aclarar si requieren que el Stent sea de Cromo-cobalto con polímero biodegradable de recubrimiento abluminal, ya que esta característica reduce el tiempo de reendotelización de los Stents a los tres meses, y el tiempo de la terapia antiplaquetaria, que reduce el porcentaje de reestenosis y trombosis, aparte de ser menos traumático para la anatomía coronaria del paciente, se acorta el tiempo de procedimiento lo que conlleva a una disminución del costo para la institución, además de una mejor calidad de vida para el paciente. Favor aclarar, si requieren de un Stent montado sobre un balón de alta presión no complaciente, que no solo asegura la correcta y eficaz implantación del Stent, si no que agrega un ahorro sustancial al no requerir otro balón para la post dilatación, ya que se utiliza el mismo balón para realizar el despliegue inicial y la post dilatación en caso de ser necesario, y para el paciente es menos traumático.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2015
Se aclara que con estas características definidas de los Stents medicados de Cromo Cobalto, estaríamos ante stents de última generación, los cuales se caracterizan por presentar menos porcentaje de complicaciones para el paciente, menos cantidad de días de internación lo que conllevaría a un menos desembolso financiero institucional.		

Consulta 7 - Lote 2 Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2015
Se solicita ampliar la medida del ítem 5 a 3,5 x 18 a 21mm, similar a los ítems 1, 4, 6 y 7		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 8 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2015
Se solicita que el plazo de entrega de los stents sea de 30 días para las cantidades correspondientes a los montos mínimos y máximos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 9 - Lote 2 Item del 1 al 8

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
Favor aclarar si las respuestas a nuestra consulta anterior referente a al Lote 2 Item del 1 al 8 realizada corresponde a una respuesta afirmativa o negativa. Si se puede cotizar Stents de Cromo-Cobalto con polimero biodegradable abluminal????		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
Se aclara que si se puede cotizar Stents de Cromo-Cobalto con Polimero biodegradable abluminal.		

Consulta 10 - Lote 1 - Stents Convencionales - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2015
Se solicita ampliar el rango de largo en +/- 1mm (tal cual se ha hecho en la Adenda 2), para en este stent poder ofertar 3.0mmx22mm ó 3.0mmx26mm.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 11 - Lote 1 - Stents Convencionales - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2015
Se solicita ampliar el rango de largo en +/- 1mm (tal cual se ha hecho en la Adenda 2), para en este stent poder ofertar 3.5mmx22mm ó 3.5mmx26mm.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
según datos estadísticos del Servicio las medidas de Stent de (+) de 25 mm de longitud no fueron requeridos en ningún caso por no ajustarse al tipo de lesión de las arterias coronarias. En el caso de la adenda N° 2 se pudo aplicar (+/-) ya que se trataba de una longitud menor aplicables 100% en lesiones coronarias que normalmente se presentan.		

Consulta 12 - Lote 2 stent medicado

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2015
Solicitamos sean aceptados en el Lote 2 stent medicado, la droga Everolimus ya que esta tiene la misma acción farmacológica que el Sirolimus. Solicitamos muy respetuosamente fundamentar la respuesta, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones no es una respuesta fundada. https://es.wikipedia.org/wiki/Everolimus		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2015
Dado el extremo desabastecimiento de insumos por el que atraviesa el Servicio de Hemodinamia, a fin de evitar contratiempos o retrasos en la adjudicación de la Licitación, se solicita que las especificaciones técnicas se ajusten al cuadro básico de insumos de la Institución y por ende al Pliego de Bases y Condiciones.		