

Consultas Realizadas

Licitación 296695 - LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS

Consulta 1 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2015
SE PUEDE COLOCAR EN LA PLANILLA DE PRECIOS SOLO LOS LOTES QUE SE OFERTAN?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2015
Se aclara que si podrá presentar en su planilla de Oferta solo los lotes que desea ofertar.		

Consulta 2 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2015
Lote 39-1 ¿ Podrá ofertarse Kit x 1.000 ml ?		
Lote 77-1 ¿Podrá ofertarse micropipeta con un rango de 100 a 1.000 ul. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2015
Se aclara que para el Lote 39. Ítem 1. se solicita hasta 500 determinaciones, independientemente del volumen, la unidad de medida es Determinación, donde se tiene en cuenta el macro método. Asimismo se aclara que para el Lote 77. Ítem 1. en las especificaciones técnicas se solicita Micropipeta de 200 a 1000 ul, correspondiente al rango que debe ser cubierto, por lo tanto, si se oferta una micropipeta de 100 a 1000 ul, la misma cubre el rango solicitado.		