

Consultas Realizadas

Licitación 296901 - ADQUISICION DE TEST RAPIDOS DE VIH Y HEPATITIS B PARA EL PRONASIDA

Consulta 1 - ITEM 1: REACTIVO HIV

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2015
SE PUEDE PRESENTAR KITS EN PRENTACION DE 100 TEST X CAJA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2015
Se debe adecuar a las especificaciones técnicas (10 a 50 pruebas por caja)		

Consulta 2 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2015
SE PUEDE ACLARAR CUAL DEBE SER LA SENSIBILIDAD DEL REACTIVO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2015
Sensibilidad igual o mayor a 99,8% según organismo internacional de acreditación y/o validación/recomendación, como ser: FDA, CDC, WHO (OMS), al menos uno de ellos. Remitirse a la Adenda N° 01		

Consulta 3 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2015
SE PUEDE ACLARAR CUAL DEBE SER LA ESPECIFICIDAD DEL REACTIVO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2015
Sensibilidad igual o mayor a 99,8% según organismo internacional de acreditación y/o validación/recomendación, como ser: FDA, CDC, WHO (OMS), al menos uno de ellos.		