

Consultas Realizadas

Licitación 297892 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, INFORMATICOS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL - PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT - SBE - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - PROVINDUS S.A

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2015
<p>A la convocante, que la presentación de la autorización del fabricante sea opcional. PARA LOS ITEMS 8/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34. Los Productos van Dirigidos para la empresa PROVINDUS S.A ya que los productos según las especificaciones técnicas se extrajeron de dicha marca, para los modelos correspondientes.</p> <p>PROVINDUS S.A es único representante de la línea de FLUKE para los equipos mencionados.</p> <p>y de esta manera no se estaría dando cumplimiento inciso B, del artículo 4 de la ley 2051, en el que dice: "Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública."</p> <p>Es de suma importancia mencionar que los equipos de igual forma contarán con los años de garantía solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que la institución no se verá afectada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2015
<p>Se requiere la autorización del fabricante de tal manera a respaldar la garantía de los equipos solicitados.</p>		

Consulta 2 - Idioma de la Documentacion Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2015
<p>1) En la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Inciso 1.6, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2015
<p>La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: Si. Según Adenda N° 01.</p>		

Consulta 3 - Item 14. Aerogenerador

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2015
1) Referente al Item 15. Aerogenerador trifásico de 15KW, de la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, Cap. 1. Especificaciones Técnicas, respetuosamente solicitamos sea aceptado un sistema de generación eólica de 2 (dos) Unidades Aerogeneradoras, cada una de potencia ≥ 7,5KW de manera a cumplir con la potencia de 15W requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2015
Para cumplir con los objetivos del proyecto se requiere disponer de un equipo según las especificaciones técnicas del Pliego de Base y Condiciones.		

Consulta 4 - Datos de licitacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2015
Solicitamos amablemente a la convocante considerar prorrogar el plazo de consultas y aclaraciones por lo menos a 5 (cinco) días y posterior a ello la apertura de ofertas a fin de dar mayor posibilidad de contar con ofertas evaluables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2015
La convocante considera la consulta y se modifica el calendario de eventos según Adenda N° 1.		

Consulta 5 - Plazos

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2015
Solicitamos a la convocante considerar extender el periodo de consultas a por lo menos 10 días más y posterior a ello el acta de apertura de ofertas, en atencion a la cantidad items solicitados y poder ofertar equipos acordes a las necesidades de la situacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2015
El calendario de eventos se modifica según adenda N° 01.		

Consulta 6 - Cotizacion libros tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2015
Sugerimos que se considere tambien experiencia previa en la provision de libros tecnicos para poder cotizar los items 18 al 23, 49 al 52 y 71 al 74.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Para los items de referencia se considera la antigüedad en el rubro como suficiente para cotizar los libros.		

Consulta 7 - Banco de Capacitores

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
<p>El ítem N° 2 y N° 55 de BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO CON PROTECCIÓN BCWP dice lo sgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fusible FNH00-80U -Interruptor en caja moldeada tipo DWA160B-70-3 <p>Se solicita aclarar a la convocante si el banco de capacitores debe ser con protección con fusibles o con interruptor en caja moldeada. Ambos son mutuamente excluyente. El BCWP solo viene con una de esas dos protecciones. No con ambas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 8 - Encoder Incremental

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
<p>El ítem N° 16 de Encoder Incremental dice lo sgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Salida de cable para uso radial y axial. -Salidas de conector M23 radiales o axiales. -Soporte frontal y servo brida. <p>Se solicita a la convocante aclarar:</p> <p>En primer lugar si el encoder debe ser con salida a cable o salida con conector.</p> <p>En segundo lugar la salida (cable o conector) debe ser radial o axial. Ambos son mutuamente excluyente, es decir no puede ser los dos al mismo tiempo.</p> <p>Y por ultimo el montaje debe ser frontal o en servo brida. Ambos son mutuamente excluyente, es decir no pueden ser los dos al mismo tiempo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 9 - Sensor de Torque

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
<p>El ítem N° 17 sobre SENSOR DE TORQUE TIPO CD1140 (SIN CONTACTO) dice lo sgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rango de medición desde ± 0.05 to $\pm 20,000$ Nm (± 0.04 to $\pm 16,000$ lbf.ft) <p>El rango especificado mas arriba corresponde a la característica general de dicho modelo de sensor. No existe un único modelo de dicho tipo que cubra todo ese rango de medición, sino que se subdividen en diferentes rangos dentro del valor especificado mas arriba. Se solicita a la convocante especificar cual es el rango requerido para su proyecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 10 - Sensor de Torque

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
El ítem N° 17 sobre SENSOR DE TORQUE TIPO CD1140 (SIN CONTACTO) dice lo sgte: -Rango de medición desde ± 0.05 to $\pm 20,000$ Nm (± 0.04 to $\pm 16,000$ lbf.ft)		
El rango especificado mas arriba corresponde a la característica general de dicho modelo de sensor. No existe un único modelo de dicho tipo que cubra todo ese rango de medición, sino que se subdividen en diferentes rangos dentro del valor especificado mas arriba. Se solicita a la convocante especificar cual es el rango requerido para su proyecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 11 - Medidor de energia trifasico

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
El ítem N° 14 sobre MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO		
Se solicita a la convocante aclarar si solo requieren el medidor con el modulo de comunicación o también debe de preverse el Rack de montaje hembra para dicho equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 12 - Controlador con CPU Dual Core 1.33 Mhz

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
El ítem N° 44 y N° 66 sobre CONTROLADOR CON CPU DUAL-CORE DE 1.33 GHZ en la sección ACCESORIOS especifica lo sgte: -E1 Ethernet Cable, Twistedpair, 2M.		
Se solicita a la convocante aceptar cable de 1 m. Ya que dicho equipo no trae la opción de cable con 2 m. de longitud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 13 - INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASES

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2015
En el pliego se especifica en el ítem 28, INDICADOR DE ROTACIÓN DE FASES, que su tamaño máximo es 124 x 61 x 27 mm y su peso de 200 g, esto podría oscilar a un tamaño un poco más grande y un poco más pesado?, o debe poseer estrictamente esas dimensiones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-08-2015
Remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 14 - Banco de Capacitores

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2015
El ítem N° 2 sobre BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO CON PROTECCIÓN BCWP dice lo sgte: -Potencia (kVar): 20 -Corriente nominal (In): 48.1 A -Capacitores: 6 x 5,0 + 3 x 3,33 Se solicita aclarar a la convocante la potencia del banco de capacitores. Dice 20KVAR pero la corriente nominal y la suma de los capacitores corresponden a 40KVAR. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2015
Remitirse a la adenda N° 03.		

Consulta 15 - Encoder Incremental

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2015
El ítem N° 16 de la adenda N°2 sobre Encoder Incremental dice los sgte.: -Salida de conector M23 axiales. El cable del conector debera ser de al menos 2 metros. Se solicita a la convocante eliminar el requerimiento de salida de cable de 2 m. Ya que si el encoder es con salida conector, este se encuentra directamente adosado a la carcasa del sensor. No existe encoder con salida cable con terminación con conector M23.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2015
El ítem permanece tal como está en el PBC.		

Consulta 16 - Computadora de escritorio tipo micro

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2015
El ítem N° 68 sobre COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO MICRO (TODO EN UNO) especifica lo sgte: - Interface Dual Band Wireless-AC 7260 802.11AC Wi-Fi + BT 4.0 LE Wireless Card. Se solicita a la convocante aceptar tarjetas Wifi+BT de otras marcas, debido a que el modelo AC 7260 es exclusivo de Intel. Se entiende que la necesidad esta en tener un hardware que cumpla con los dos requerimientos de dichas conexiones inalámbricas en una sola tarjeta por lo que al expresar ese modelo se esta restringiendo la participación de otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2015
Siempre que las especificaciones técnicas de lo ofertado cumpla con los requerimientos solicitados, éstas serán tenidas en cuenta al momento de evaluación, sin restricciones de la participación de los oferentes.		

Consulta 17 - Items 6, 37, 60. Inversor de tension trifasico

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2015
1) Referente a los Items 06, 37 y 60. Inversor de tensión trifásico, de la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, Cap. 1. Especificaciones Técnicas, solicitamos favor confirmar que no es requerido módulo de ventilación forzada para estos Inversores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2015
Los oferentes deberán indicar los accesorios que incluyen de origen los fabricantes.		

Consulta 18 - Idioma de las bibliografias

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2015
----------	-------------------	------------

En el concepto de los libros que son de los item 18 al 23, 49 al 52 y 71 al 74, todos ellos son de origen extranjero por ende el idioma no es el español, serán aceptados en el idioma de origen?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2015
-----------	--------------------	------------

Serán aceptados títulos en idioma de origen.