

Consultas Realizadas

Licitación 312575 - Lp_1215-16 Adquisición de Instrumentos de Medición para Distribución

Consulta 1 - POSTERGACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2016
estimados señores visto que una subasta 2015 de estos mismos ítem ya ha sido declarada desierta, y para mejor provisión de equipos solicitados por la contratante, respetuosamente solicitamos se sirvan postergar el proceso +15 días para subasta +07 días para consultas agradecemos su deferencia un saludo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2016
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - eett

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
señores de la ANDE solicitamos tengan en cuentas las características mínimas del ítem N1 cámara termográfica: humedad relativa del ambiente: 10% a 95% en el sistema de alimentación, adaptador AC entrada como mínimo 110 - 220 VCA. En la especificaciones ambientales del equipo: banda de la temperatura de operación: 10° c - 50 ° c Banda de la temperatura al almacén como mínimo: 20° a 50° c en el desempeño de la imagen 80x80 6400 píxeles cámara de video digital con auto foco: 2 mega píxeles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2016
Al respecto, no existe inconveniente en aceptar que la cámara termográfica cuente con las características mínimas propuestas en los ítems de humedad relativa del ambiente, sistema de alimentación, banda de la temperatura de operación, banda de la temperatura al almacén. En cambio las características mínimas en el desempeño de la imagen y la cámara de video digital deben ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 3 - eett

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
Consultamos con relación al ítem 2 MULTÍMETRO DIGITAL si es considerado EETT mínimas como en la precisión : tensión 1% intensidad 1% y resistencia 1% en el peso aproximado 700 grs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2016
Al respecto, no existe inconvenientes en aceptar multímetros digitales con las características propuestas.		

Consulta 4 - plazo de consulta

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2016
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUEDA EXTENDER POR UN PERIODO DE 5 DIAS HABILES DESDE LA FECHA EL PERIODO DE CONSULTA PARA ANALIZAR CON DETALLES LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LLAMADO Y MEJOR COSTEO DEL BIEN.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2016
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		