

Consultas Realizadas

Licitación 314684 - LPN SBE 76-16 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA

Consulta 1 - Cláusula de Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Solicitamos corregir la Cláusula de Reajuste, donde se puede observar una contradicción en el texto establecido en la Cláusula 13.1 del PBC. Se expresa primeramente que en el reajuste de precios, "No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado", y por el CONTRARIO en el siguiente párrafo expresan: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados y/o servicios aún no ejecutados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste" Solicitamos corregir dicha contradicción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.-.		

Consulta 2 - Póliza de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Solicitamos aclarar cual es el plazo de vigencia solicitado para la Póliza de Anticipo determinado en la Cláusula CGC 14.1; 14.2 y 14.3"...acompañado de una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del Anticipo, a más tardar a los sesenta (60) días de la recepción de los requisitos señalados..." No se observa la vigencia de esta Póliza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
Se aclara que el plazo de vigencia de la póliza de Anticipo deberá ser calculado conforme a lo establecido en la CGC 14.1;14.2 y 14.3 y el Plan de Entrega .-		

Consulta 3 - Cláusula CGC 26.1

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
En la página 27 del PBC Cláusula CGC 26.1 "...será pasible una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, por cada día de atraso..." Solicitamos que las multas por atraso en la entrega de los bienes establecidas en la CGC 26.1 sea por semana o fracción de semana mayor a tres días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deber remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Modelo del Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Página 31 del PBC - Modelo del Contrato, dice: El periodo de validez de la garantía será de 32 (treinta y dos) desde la suscripción del Contrato. Solicitamos por favor aclarar si son meses o días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 5 - Fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entregas estipulado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.		

Consulta 6 - Ratio de Liquidez

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Solicitamos que se modifique el criterio de capacidad financiera donde dice: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1, 25 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. Sea sustituido por: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1, 20 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. O en todo caso que se considere los anteriores pliegos en donde podemos notar que se han solicitado que el promedio de los ratios de los últimos tres años deberá ser igual a mayor a 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Ítem 7 - Neuroestimulador

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
<p>Donde dice 3.1 Kit de accesorios completos descartables para la Neuroestimulacion según tecnología del fabricante (Electrodos, agujas, etc.) por paciente. Cantidad Mínima: Cien (100) kits.</p> <p>Consulta De que medida deben ser las agujas? Deben ser ecogenicas? Y por cada Neuroestimulador serian 100 kits?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
<p>se aclara que, como se observa en el PBC, Kit de accesorios completos descartables para la neuroestimulacion según tecnología del fabricante (Electrodos, agujas, etc) por paciente.</p>		

Consulta 8 - Ítem 7 - Neuroestimulador

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
<p>Donde dice: 3.2 Kit de accesorios reutilizables según tecnología del fabricante (cables, sensores). Cantidad Mínima: dos (02) kits.</p> <p>Consulta: Por cada equipo solicita 2 cables y sensores? Lo cual acrecentara el precio del equipo al solicitar dos cables de corriente. Solicitamos a la convocante reducir a 1 kit por equipo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
<p>el oferente deberá remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 9 - Ítem 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
<p>Donde dice: Pantalla full color digital integrada de 12" como mínimo LCD con tecnología TFT. Sugerimos modificar por Pantalla full color de 10 pulgadas como minimo estilo tablet para dar mayor participacion a oferentes. Tambien agregar resolucion de pantalla de 1280 x800 como minimo para una mejor calidad en la imagen.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
<p>el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 10 - Ítem 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
<p>Donde dice: Pantalla full color digital integrada de 12" como mínimo LCD con tecnología TFT. Sugerimos modificar por Pantalla full color de 10 pulgadas como minimo</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
<p>el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: Cine loop de los últimos 250 cuadros como mínimo. Sugerimos modificar a cine loop máximo de 2500 cuadros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: Transferencia de imágenes BMP de alta calidad y compresión JPEG. Sugerimos modificar a Formato de exportación: JPEG, PNG, AVI, DICOM opciones mas actualizadas a diferencia del BMP que es un formato de archivo grande ocupando mucho espacio innecesario en la memoria del ecógrafo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: Transferencia de imágenes BMP de alta calidad y compresión JPEG. Sugerimos modificar a Formato de exportación: JPEG, PNG, AVI, DICOM opciones mas actualizadas a diferencia del BMP que es un formato de archivo grande ocupando mucho espacio innecesario en la memoria del ecógrafo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: Operación de baterías de 2 horas de autonomía como mínimo o superior. Solicitamos se pueda ofertar equipos con baterías con 80 minutos de autonomía como mínimo para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en el PBC se solicita 60 min como mínimo, por lo que un con un tiempo mayor se estaría limitando la cantidad de oferentes.		

Consulta 15 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Sugerimos agregar 128 canales de procesamiento como minimo con Beamformer digital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Item 3: Ecógrafo para bloqueo selectivo periférico de uso en anestesia.

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: Peso inferior a 4 kg., con transductor y batería incluido. Solicitamos diga peso inferior del equipo a 4Kg con batería incluida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Item 4: Capnografo

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Punto 2.4 Donde dice Uso con baterías, con duración de 4 hs en operación como mínimo. Solicitamos permita ofrecer capnografo con baterías con duración de 3 hs en operación o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.		

Consulta 18 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Punto 2.2 Donde dice Pantalla LCD a colores de 14cm (5,6pulgadas) como mínimo, sugerimos solicitar de al menos 7 pulgadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - Item 5- Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Sistema de Registro Punto 8.2 para papel de 50mm, solicitamos se permita ofertar desfibriladores con impresora incorporada para papeles de 4.8 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - Item 7 Neuroestimulador

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2016
Donde dice: 2.7 Frecuencia de estimulación: 1 Hz a 3 Hz o mejor. Con el fin de que la convocante se vea beneficiada con más ofertas en éste ítem solicitamos que acepten neuroestimuladores con frecuencia de estimulación de 1 Hz a 2 Hz que en la práctica son las más utilizadas 2.12 Con conexión para control remoto. Con el fin de que la convocante se vea beneficiada con más ofertas en éste ítem solicitamos que éste parámetro sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-01-2017
el oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - Item 7 Neuroestimulador

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2017
Segunda la adenda 5 modifican la cantidad de kit de accesorios descartables de 100 unidades a 500 unidades esto representa un incremento en el costo total del ítem por lo que solicitamos que aumenten así mismo el precio referencial a como mínimo un 70% más, considerando también que solicitan que las agujas sean ecogenicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas. Se aclara que el oferente podrá ofertar equipos e insumos con características superiores a las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.		