

Consultas Realizadas

Licitación 317861 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA

Consulta 1 - Anticipo Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
Podría la Convocante ofrecer un anticipo financiero del 30%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 2 - Item 5 - Cardiodesfibrilador con carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
1. Donde dice: "Selección de energía de 1 hasta 200 julios mediante botones en el panel del equipo o en las palas" Se solicita a la Convocante aceptar selección de energía de 2 hasta 360 J para descarga con paletas externas y descarga con paletas internas de 1 a 50 J		
2. Donde dice: "Frecuencia cardiaca de 0 a 300 latidos por minuto" Se solicita a la Convocante aceptar frecuencia cardiaca de 15 a 300 latidos por minuto		
3. Donde dice: "Compatibilidad con redes WIFI" Se solicita a la Convocante aceptar conexiones para redes tipo LAN		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 3. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-		

Consulta 3 - Item 10 - Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
<p>Donde dice: "Función de llamado de enfermera y comunicación bidireccional"</p> <p>Se solicita a la convocante aceptar ofertas con comunicación unidireccional como mínimo</p> <p>Donde dice: "Batería recargable: de Lion, con tiempo de trabajo hasta 6 horas como mínimo"</p> <p>Se solicita a la Convocante aceptar Monitores con baterías recargables con tiempo de trabajo de 4 horas como mínimo</p> <p>Donde dice: "SpO2 - Actualización: 1s"</p> <p>Se solicita a la Convocante aceptar monitores con actualización de como mínimo 8s"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>Para todas las consultas el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-</p>		

Consulta 4 - Item 11 - Oxímetro de pulso, portátil

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
<p>Donde dice: "Batería de alta duración hasta 48 horas con baterías recargables Ni-MH"</p> <p>Solicitamos a la Convocante aceptar baterías de hasta 14 horas como mínimo</p> <p>Donde dice: "Capacidad de proveer hasta 100 lds"</p> <p>Solicitamos a la Convocante aceptar como mínimo 99 lds considerando que la diferencia es solo 1</p> <p>Donde dice: "Batería duradera de al menos 30 horas. Tiempo de carga menor a 3 horas al 80% y menor a 5 horas al 100%. Posibilidad de uso con baterías alcalinas, con provisión de al menos 4"</p> <p>Se solicita a la Convocante aceptar baterías como mínimo de 14 horas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06</p>		

Consulta 5 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
<p>Ítem 2, 3 y 4 solicitamos que el plazo de entregas sea de 90 días desde la recepción de la orden de compra considerando que el tiempo de tránsito vía marítima (única vía para las cantidades solicitadas) es extenso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 6 - Vigencia del Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2016
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante que establezca los plazos correspondientes ya sea con fecha específica o cantidad de meses ya que al mencionar "hasta el cumplimiento total de las obligaciones" podría ser mal interpretado por ambas partes, un ejemplo sería qué plazo solicitamos a la aseguradora en cuanto a la Póliza de cumplimiento de contrato?

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta 7 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde dice: plataforma digital con al menos 20.000 canales Sugerimos al menos 60.000 canales de procesamiento digital especialmente para optimizar la calidad de imagen bidimensional, consideramos que 20.000 es muy bajo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones Técnicas solicitadas son mínimas, se aceptarán equipos que sobrepasen las características.

Consulta 8 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde dice: panel de control retroiluminado y pantalla táctil, sugerimos se se elimine el touch o pantalla táctil para poder dar mayor participación a oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta 9 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde dice: panel de control con altura regulable y movimiento horizontal sugerimos solo con control de altura regulable para poder dar mayor participación a oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta 10 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde dice: Frame rate del sistema de 1300 Hz o superior sugerimos de 700 Hz en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06

Consulta 11 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: capacidad de procesamiento de imagenes y videos de archivo de datos crudos, sugerimos colo con capacidad de procesamiento de imagenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en laS Especificaciones Técnicas del PBC		

Consulta 12 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: capacidad de procesamiento de imagenes y videos de archivo de datos crudos, sugerimos colo con capacidad de procesamiento de imagenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC		

Consulta 13 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: capacidad de almacenamiento de imagenes y bucles de cine con disco duro de 250 Gb, sugerimos que el disco duro sea de 500GB en adelante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
Las especificaciones Técnicas solicitadas son mínimas, se aceptarán equipos que sobrepasen las características		

Consulta 14 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: posibilidad de transductor transesofagico, sugerimos que este item sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 15 - ECORAFO DOPPLER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: transductor lineal de 4 a 12, sugerimos solicitar de 5 a 12 para poder dar mayor participacion a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 16 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice: transductor phased array de 1 a 4 MHz, solicitamos se permita ofertar transductores Phased Array de 2 a 4 MHZ para poder dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 17 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice Pantalla color de alta resolución de 13´, solicitamos permita ofertar Monitores Multiparamétricos de al menos 12 pulgadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 18 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Solicitamos que Puerto USB sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 19 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Solicitamos que "Capacidad de soportar lector de código de barras sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 20 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Batería recargable de Lion, con tiempo de trabajo hasta 6 hs como mínimo, solicitamos se permita ofertar equipos con por lo menos 2 hs de autonomía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 21 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice temperatura, rango de medición de 0 a 50° solicitamos permita ofertar con rango de medición de 0 a 45°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 22 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
Donde dice Interfaz solicitamos que los puntos 2 puertos USB, salida para desfibrilación, sincronización de desfibrilación sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.		

Consulta 23 - Ítem 1 Cama manual para pacientes

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
¿Se puede cotizar con una longitud de 220cm? ¿Se puede cotizar con Trendelemburg inversa de 10° o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 24 - Ítem 2 Camillas para trauma

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
¿Se puede cotizar con ruedas de entre 15 a 21cm? ¿Se puede cotizar con respaldar asistido con sistema de amortiguación, de ángulo regulable entre 0 a 65° o mayor ¿Se puede cotizar con ajuste de altura accionado por pedales desde posición baja 70cm o menor y hasta 88 o mayor? ¿Se puede cotizar con Trendelemburg / Trendelemburg inverso +-12° o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06 2. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. 3. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06 4. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06 		

Consulta 25 - Ítem 1 Cama manual para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
Favor aclarar los certificados de calidad solicitados para estas camas, de manera a garantizar productos de mejor calidad para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 26 - Item 3 Camas Electricas Para internacion en sala

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
Donde dice: Superficie radiolucida con porta chasis para Rayos X Solicitamos a la convocante permitan cotizar camas con Superficie radiolucida con porta chasis para Rayos X o colchon radiolucido, de manera a dar mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.		

Consulta 27 - Item 3 Camas electricas para internacion en sala

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
Donde dice: Luz nocturna, para iluminacion debajo de la cama. Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional, ya que no es un parametro imprescindible en este tipo de camas, ademas de generar un costo adicional innecesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
Se solicita esta característica por razones de seguridad para el paciente y el personal de enfermería. Se requiere de camas eléctricas con luz nocturna, para iluminación debajo de la cama. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 28 - Item 3 Camas electricas para internacion en sala

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
Se solicita aclarar si la cama debera tener sistema de extension de cama, ya que ampliando la longitud de la cama, se da un mayor confort a pacientes traumatologicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
Se aclara que no es necesaria la función de extensión de la cama. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.		

Consulta 29 - Item 3 Camas electricas para internacion en sala

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2016
Donde dice: Certificados de calidad: CE, ISO 13485, FDA, Normas del Mercosur, JIS, al menos 2. Especificar cuales normas. Se solicita a la convocante aclarar si las normas de calidad deberan estar vigentes y si deben ser del modelo que se esta ofertando, ya que con esto se estara garantizando un producto registrado con certificacion internacional y no productos hechos a medida con certificacion generica solamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
Se clara que las normas ISO deben certificar al fabricante y las normas CE, FDA, JIS o Mercosur deben certificar la calidad del producto ofertado. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 30 - Cláusula de Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
Solicitamos corregir la Cláusula de Reajuste, donde se puede observar una contradicción en el texto establecido en la Cláusula 13.1 del PBC. Se expresa: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados y/o servicios aún no ejecutados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste" y por el CONTRARIO en el siguiente párrafo expresan: "No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado", Solicitamos corregir dicha contradicción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 31 - Cláusula CGC 15.1

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
En la página 21 del PBC Cláusula CGC 15.1 "...NO SE OTORGARAN ANTICIPOS."		
Solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 15. Pago de Anticipo y Garantía - 15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso q de la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 32 - Cláusula CGC 26.1

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
En la página 22 del PBC Cláusula CGC 26.1 "...El valor de las multas será: 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados..." Solicitamos que las multas por atraso en la entrega de los bienes establecidas en la CGC 26.1 sea por semana o fracción de semana mayor a tres días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 33 - Vigencia de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
Solicitamos por favor aclarar cual es la vigencia de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el PBC según lo expresa la Cláusula CGC 17.2 Y 17.2 no se encuentra determinado el tiempo de vigencia de esta Póliza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta días (30) posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, como se encuentra establecido en la CGC 17.6 del PBC.		

Consulta 34 - Especificaciones técnicas del ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de "posibilidad de utilización de transductor transesofágico" sea considerado un opcional ya que inicialmente solicitan solo transductores lineales, convexos y phased array, y dicha característica podría encarecer innecesariamente la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06

Consulta 35 - Especificaciones técnicas del ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
----------	-------------------	------------

En la sección de especificaciones técnicas del ítem 6 dice: "Frame rate del sistema de 1300 Hz o superior". Solicitamos puedan cambiarlo a "Frame rate del sistema de 450 cuadros por segundo o superior" para dar participación a un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06

Consulta 36 - ITEM 6 ECOGRAFODOPLPPER

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
----------	-------------------	------------

Favor considerar el Punto donde piden iBeam sea de 7 Ángulos o mas ya que esto no afecta en el desempeño del equipo. Para dar mas participación a los oferentes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 37 - ITEM 6 ECOGRAFODOPLPPER

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde piden transductor convexo, favor considerar 2.2 a 8.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 38 - ITEM 6 ECOGRAFODOPLPPER

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
----------	-------------------	------------

Donde piden Transductor Phased array de 1a 4 mhz. favor considerar de 1.3 a 4.6 teniendo en cuenta que los oferentes desde 1 mhz pueden participar, para así dar mayor participación a los oferentes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 39 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
1- Donde dice Plataforma modular con al menos 20.000 canales de procesamiento digital, solicitamos poder ofertar equipos con Plataforma modular con al menos 1.024 canales de procesamiento digital permitiendo la mayor participación de oferentes, además de considerar que el monto referencial es bajo y mayor cantidad de canales podría incrementar aún más el precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 40 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
2- Donde dice Monitor de Alta resolución LCD con tecnología TFT de 19 como mínimo, solicitamos que se puedan ofertar equipos con Monitor de Alta resolución LCD con tecnología TFT de 19 como mínimo, ya que esto no afectara el desempeño del equipo y permitirá la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 41 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
3- Donde dice Movimiento del monitor: arriba 90° para acomodar la visión del usuario, abajo 90° para protección y almacenaje o transporte, izquierda y derecha 90° solicitamos poder ofertar equipos con Movimiento del monitor: arriba 90° para acomodar la visión del usuario, abajo 60° para protección y almacenaje o transporte, izquierda y derecha 90°, considerando que la diferencia es mínima sin afectar el desempeño del equipo y permitiendo la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 42 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
4- Donde dice Panel de control retroiluminado y pantalla táctil solicitamos que la Pantalla táctil sea opcional, considerando que el precio referencial es mínimo y este tipo de características adicionales podría incrementar el costo del mismo, por lo que permitirá la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 43 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Panel de control con altura regulable y con movimiento horizontal para mayor confort del usuario, solicitamos que esta característica sea opcional, considerando que el precio referencial es mínimo y este tipo de características adicionales podría incrementar el costo del mismo, por lo que permitirá la mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 44 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Frame Rate del sistema de 1300Hz o superior , solicitamos poder ofertar equipos con un Frame Rate del sistema de 300Hz o superior de manera a permitir la mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06

Consulta 45 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

7- Donde dice 5 puertos USB para conexión de dispositivos, solicitamos cambiar esto por 3 puertos USB libres para la conexión de dispositivos permitiendo la mayor participación de oferentes, ya que los puertos USB solo son utilizados para conexión de la impresora y de memoria portátiles, por lo que no puede afectar el desempeño general del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06

Consulta 46 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Transductor Convex Array con un ancho de banda de 2 a 7 MHz solicitamos poder ofertar equipos con Transductor Convex Array con un ancho de banda de 2 a 5 MHz, de manera a permitir la mayor participación de oferentes, sin que se afecte el desempeño de las funciones del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 47 - ITEM 6 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 4 MHz solicitamos poder ofertar equipos con Transductor Phased Array con un ancho de banda de 2 a 4 MHz, de manera a permitir la mayor participación de oferentes, sin que se afecte el desempeño de las funciones del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC

Consulta 48 - ITEM Nº 02 CAMILLA PARA TRAUMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
ITEM Nº 02 CAMILLA PARA TRAUMA En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Barandas abatibles.- Solicitamos a la convocante permitir cotizar Camillas con: "Barandas abatibles y/o Plegables"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda Nº 06		

Consulta 49 - ITEM Nº 02 CAMILLA PARA TRAUMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
ITEM Nº 02 CAMILLA PARA TRAUMA En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Soporte de pacientes de hasta 250 kilogramos.- Solicitamos a la convocante permitir cotizar Camillas con: Soporte de pacientes de 220 kilogramos o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda Nº 06		

Consulta 50 - ITEM Nº 05 CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
ITEM Nº 05 CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Frecuencia cardiaca de 0 a 300 latidos por minuto. Solicitamos a la convocante introducir un rango de variación para esta función. Solicitamos permitir la cotización de Cardiodesfibrilador con: Frecuencia cardiaca de 0 a 300 latidos por minuto (+/- 20 lpm).-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 51 - ITEM Nº 05 CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
ITEM Nº 05 CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Compatibilidad con redes WIFI. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Cardiodesfibrilador con: Compatibilidad con redes WIFI y/o Compatibilidad de Comunicación Externa por Bluetooth.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 52 - Sección VII (página 28)

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
Sección VII (página 28) Dice En el inciso c) Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, otorgado por el fabricante. Solicitamos a la Convocante, tenga a bien excluir de este inciso C) el término: otorgado por el fabricante; considerando que esta declaración la debe suscribir el oferente, el cual es el responsable ante la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06		

Consulta 53 - Sección VII (página 29)

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
Sección VII (página 29) Dice En el inciso K) Certificado de Capacitación Técnica del Personal Técnico de la empresa emitido por el fabricante. Solicitamos a la Convocante, tenga a bien permitir presentar documentación similar como por ejemplo un documento que: certifique que la empresa oferente cuenta con el Personal técnico capacitado y habilitado para realizar el servicio técnico a los equipos de la marca ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 54 - ITEM 5 - CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<ul style="list-style-type: none"> - Se podrán cotizar equipos con forma de descargas de energía graduable bifásica exponencial truncada automática mediante protocolos configurables para adultos o pediátricos. - Se podrán ofertar equipos con lectura de frecuencia cardiaca de 16 a 350 lpm (infantes/niños) - Considerando que la mayoría de los desfibriladores existentes en el mercado consideran como opcional la incorporación de un módulo o sensor de RCP, solicitamos se consideren opcionales los siguientes puntos: Asistencia durante maniobras de RCP con medición de profundidad, frecuencia y perfusión estimada de las compresiones Con indicaciones audibles y visuales de las maniobras Indicador de recuperación de la maniobra de RCP Filtro para la eliminación del ruido del ECG relacionado con las maniobras del ECG - Donde dice: Compatibilidad con redes WiFi, considerando que no se contará con dispositivos externos que puedan recibir la información, solicitamos que este ítem sea reemplazado por: Puerto para dispositivo USB de manera a tener acceso real a los sucesos del paciente 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 3. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 4. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 		

Consulta 55 - ITEM 10 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<ul style="list-style-type: none"> - Se podrán ofertar monitores de 12 pulgadas y 8 ondas pero con posibilidad de ver 12 derivaciones de ECG con la función de fulldisclosure? - Donde se solicita: Ranura para tarjeta de datos SD que permite ampliar la memoria para almacenamiento de datos de gran tamaño, esta característica podrá ser opcional si el monitor ofertado ya cuenta con gran capacidad de almacenamiento? - Donde se solicita: Puertos USB y puertos serie, salida VGA y salida analógica, debido a que no todos los monitores cuentan con los mismos protocolos de comunicación, sugerimos que estos puertos sean considerados como opcionales - Donde dice: Función de llamado a enfermera y comunicación bidireccional, por favor aclarar a qué se refiere con comunicación bidireccional? - Capacidad de soportar lector de código de barra: por favor considerar esta especificación como opcional, debido a que si el hospital no cuenta con central de monitoreo y la información del paciente en una base de datos, este elemento aumentaría el costo del monitor sin poder utilizarse. - Donde dice: Resolución: 1024 X 768 dpi, podrían aclarar la resolución requerida en pixeles? 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 3. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 4. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 5. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 6. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 		

Consulta 56 - ITEM 11 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<ul style="list-style-type: none"> - El control de luz de fondo y función automática de apagado para ahorro de energía, podrá considerarse como opcional? - Donde dice: hasta 300 horas de información de SpO2. Capacidad de transferencia a un computador mediante software Patient Care Viewer, revisión e impresión. Considerando que el software Patient Care Viewer es de una marca específica, sugerimos se considere revisión hasta 500 juegos de información en el propio oxímetro de pulso. - Considerando que los oxímetros de pulso se utilizan de manera aleatoria, uno por X cantidad de pacientes, solicitamos que la capacidad de proveer hasta 100 IDs sea considerada opcional - Solicitamos se puedan cotizar equipos con capacidad de medición de frecuencia de 30 a 300 lpm - Se deberá poder contar en pantalla de forma simultánea con valor numérico de SpO2, onda pletismográfica, índice de perfusión y frecuencia cardiaca? - El oxímetro de pulso deberá contar con software para selección de paciente entre adulto, pediátrico y neonatal? - Deberá contar con ajuste de alarmas por default según el tipo de paciente seleccionado adulto, pediátrico y neonatal? Se deberá además poder cambiar los límites de alarmas? - La saturación deberá contar con algoritmos para lectura en movimiento y en baja perfusión? - Considerando que los sensores tipo DB9 son conectores compatibles, sugerimos que el conector sea dedicado, según la marca del producto, para garantizar la correcta lectura de la saturación. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 2. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 3. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 4. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 5. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 6. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 7. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 8. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 9. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 		

Consulta 57 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>ITEM 7: CIALITICA PORTATIL</p> <p>Solicitamos a la convocante agregar a las especificaciones: Marca / Origen / Año de Fabricación / Certificados de Calidad: CE, TUV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2, Especificar cual norma. Hacemos esta solicitud, considerando que en los demás ítems se solicitan estos datos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-</p>		

Consulta 58 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>ITEM 7: CIALITICA PORTATIL</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas dice: Debe de tener la posibilidad de ser instalado en cualquier tipo de techo. Solicitamos a la convocante eliminar esta especificación, pues lo solicitado en el título es una cialitica portátil.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-</p>		

Consulta 59 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>ITEM 7: CIALITICA PORTATIL</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas dice: Intensidad de luminosa con posibilidad de variar entre 40.000 a 210.000 lux (a la distancia de 1m) para cúpula como mínimo. Este rango es muy grande e inusual, por lo que rogamos a la convocante aceptar lámpara cialitica portátil con: Intensidad luminosa de 160.000 lux (a la distancia de 1m) o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-</p>		

Consulta 60 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>ITEM 7: CIALITICA PORTATIL</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas dice: El conjunto debe ser de dos cúpulas Las cialíticas portátiles son de una sola cúpula, por lo que solicitamos a la convocante eliminar esta especificación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-</p>		

Consulta 61 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
ITEM 7: CIALITICA PORTATIL En una parte de las especificaciones técnicas solicitadas dice: Debe componer de sistema de video, control y soporte Quirúrgico Las cialíticas portátiles no pueden poseer estas características, por lo que solicitamos a la convocante eliminar esta especificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 62 - ITEM 1: CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
CONSULTA: De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar camas con dimensiones totales de 2120 x 1000mm y con dimensiones internas del lecho de acuerdo a las dimensiones totales de la cama.		
CONSULTA: De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar camas con barandas laterales abatibles de Aluminio.		
CONSULTA: Se consulta si se pueden ofertar camas con ruedas con frenos de 125mm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06. Para todas las consultas.		

Consulta 63 - ITEM 2: CAMILLA PARA TRAUMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
CONSULTA: Se consutla si se puede cotizar camilla con respaldo de 0 a 87° ?		
CONSULTA: Se consulta si la camilla debe permitir el acceso del arco en C en toda su longitud?		
CONSULTA: Se consulta si la camiila debe poseer el accesorio para realizar RX laterales, recomendados para politraumatismos.		
CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar camilla con altura maxima de 93cm o mayor?.		
CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar camilla con Trendelenburg de $\pm 12^\circ$ igual que a los items 1 y 2 de este mismo PBC.?		
CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar camilla con longitud total de 211cm o menor.		
CONSULTA: Se consulta si el portachasis de RX se puede acceder desde cualquier lado de la plataforma de la camilla.		
CONSULTA Se consulta si el portachasis de RX puede acomodar hasta dos tamaños de cassette de RX en 2 posiciones posibles a 90° una de otra.		
CONSULTA: Se consulta si el portachasis de RX debe poseer palanca tipo seguro para permitir deslizar y posicionar el portachasis de RX en lugar deseado.		
CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer pedales a ambos lados para subir y bajar y para trendenlenburg directo y reverso.		

CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer pedal de emergencia para Trendelenburg en la cabecera.

CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer 5ta rueda para facilitar las maniobras en espacios reducidos.

CONSULTA: Se consulta si el portasuero debe ser integrado, plegable y de altura regulable.

CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer soporte de monitor o notas plegable y desmontable.

CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer soporte o alojamiento para cilindro de oxígeno

CONSULTA: Se consulta si la camilla debe poseer sistema centralizado de frenos con posiciones de Dirección, Freno y Libre, accionado en cada esquina de la camilla.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none">1. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-2. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-3. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-4. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-5. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-6. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-7. Se aclara que la especificaciones técnicas solicitadas son mínimas.8. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-9. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-10. Se aclara que la especificaciones técnicas solicitadas son mínimas.-11. Se aclara que la especificaciones técnicas solicitadas son mínimas.-12. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-13. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-14. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-15. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-16. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 64 - ITEM 3: CAMA ELECTRICA PARA INTERNACION EN SALA

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer barandas laterales abatibles en un solo movimiento y con dos barandales en la sección de la cabeza y dos en la sección de los pies.		
CONSULTA: Se consulta si la báscula electrónica debe tener la misma capacidad de pesaje que la capacidad de carga de la cama que es de 220kg.		
CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar ángulo de elevación de la rodilla puede ser de 0 a 20° o mayor.		
CONSULTA: Se consulta si el despliegue del peso digital en kilogramos debe tener una precisión de 1% o menor.		
CONSULTA: Se consulta si la balanza debe contara con TARA o ajuste a cero.		
CONSULTA: Se consutla si la cama debe poseer soporte extraíble para ropa de cama.		
CONSULTA: Se consulta si el colchón debe ser de la misma marca del fabricante de la cama.		
CONSULTA: Se consulta si el colchón debe tener la misma capacidad de carga que de la cama que es de 220kg.		
CONSULTA: Favor aclarar si la cama debe poseer sistema de RCP mecánico y eléctrico. Eléctrico en el panel de control y mecánico a ambos lados de la cama.		
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer alarma de detección de abandono de la cama por el paciente		
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer sistema de detección de movimiento del paciente en la cama con incremento de la sensibilidad del movimiento.		
CONSULTA: Se consulta si el Indicador de ángulo debe electrónico y digital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere báscula electrónica.- 3. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 4. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere báscula electrónica.- 5. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere báscula electrónica.- 6. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere soporte extraíble para ropa de cama.- 7. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 8. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 9. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 10. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere alarma.- 11. El oferente deberá ajustarse a la Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. No se requiere alarma.- 12. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 		

Consulta 65 - ITEM 7: CIALITICA PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>CONSULTA: En las especificaciones se solicita lampara scialitica con tecnología LED o lámpara halógena. Hoy en día la tecnología LED es la vigente, la tecnología con lámparas halógenas es OBSOLETA porque la vida útilde una lampara halógena es de maximo 1000hs. En cambio la tecnología a LED es de 50.000hs o 15 años aproximadamete. Se recomienda cambiar las especificaciones a lamparas LED por la diferencia que existe entre las tecnologías.</p> <p>CONSULTA: En el listado de equipos el item 7 se solicita scialitica portátil pero las especificaciones corresponden a una scialitica de techo, como por ejemplo: Debe tener la posibilidad de ser instalado en cualquier techo. Favor aclarar y corregir .</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none">1. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-2. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 66 - ITEM 11: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2016
<p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer pantalla LCD color del tipo touchacreen.</p> <p>CONSULTA: De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si la batería interna recargable con una autonomía de 7 horas o mejor.</p> <p>CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con medición de la saturación bajo condiciones de baja perfusión y movimiento.</p> <p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe medir el índice de perfusión que es la medida no invasiva y continua de la perfusión periférica y determina si el sensor está localizado en una extremidad bien perfundida. Ideal para pacientes politraumatizados o pacientes con baja perfusión o en movimiento.</p> <p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla, ideal para transporte en áreas con diversa luminosidad.</p> <p>CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar equipos con peso de 1,4kg.</p> <p>CONSULTA: El software Patient Care Viewer es del fabricante EDAN, favor considerar este item opcional, de lo contrario solamente este fabricante podría ofertar.</p> <p>CONSULTA: No todos los fabricantes usan sensores con conectores DB9 de 9 pines. Para evitar dirigir las especificaciones, se solicita colocar: CAPACIDAD PARA SOPORTAR SENSORES REUSABLES Y DESECHABLES.</p> <p>CONSULTA: De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede ofertar equipos con rango de medición de PR de 25 a 240LPM o mejor rango.</p> <p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer 3 niveles de sensibilidad: baja, normal y alta de acuerdo al área donde va a ser utilizado.</p> <p>CONSULTA: En las especificaciones se solicita CAPACIDAD DE PROVEER 100 IDs. Esta solicitud dirige las especificaciones al equipo de EDAN modelo H100B, favor considerar este item opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 2. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 3. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 4. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 5. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 6. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 7. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 8. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 9. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 10. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 11. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 		

Consulta 67 - ITEM 10: MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
<p>CONSULTA: Debido a la cantidad de parámetros solicitamos que el tamaño de la pantalla del monitor sea de 19 pulgadas con la posibilidad de ver 8 curvas como mínimo. De lo contrario el tamaño de la pantalla es pequeña para ver tanta información.</p>		
<p>CONSULTA Se consulta si la pantalla debe ser del tipo color con controles sensibles al tacto tipo touchscreen para mejorar la interface con el usuario.</p>		
<p>CONSULTA: No todos los fabricantes utilizan tarjeta SD para almacenamiento de memoria, favor considerar este item opcional o colocar: ... o mejor, de lo contrario las especificaciones estarian dirigidas.</p>		
<p>CONSULTA: Favor definir si el monitor es de cabecera o de transporte, porque si es de cabecera, la batería debería ser considerado un item opcional.</p>		
<p>CONSULTA: Debido a la complejidad de la institución solicitamos que el equipo pueda detectar como mínimo 15 tipos de arritmias diferentes.</p>		
<p>CONSULTA Debido a la complejidad de la institución, se consulta si el equipo debe contar con medición de la saturación bajo condiciones de baja perfusión y movimiento con tecnologia de MASIMO.</p>		
<p>CONSULTA Se consulta si el monitor debe ser modular permitiendo flexibilidad en el monitoreo y la posibilidad de agregar otros módulos a futuro.</p>		
<p>CONSULTA: Debido a la complejidad de la institución, se consulta si el monitor debe contar con cálculos clínicos como de hemodinamia, oxigenación y ventilación.</p>		
<p>CONSULTA: Se recomienda considerar el item de impresora opcional, ya que generalmente encarece el precio del equipo y el servicio no la utilizan.</p>		
<p>CONSULTA: Se consulta si la pantalla del monitor debe regular su brillo de acuerdo a la iluminación de la sala, en forma automática.</p>		
<p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe tener la posibilidad de presentar e interactuar en su pantalla con información digital disponible en el hospital como por ejemplo datos de laboratorio, PACS, ficha clínica electrónica, ficha anestésica, imágenes médicas, a futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. Se requiere pantalla táctil en el PBC, por lo que el oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas.- 3. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 4. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 5. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 6. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 7. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 8. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 9. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 10. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 11. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 		

Consulta 68 - ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE Dimensiones de la cama. En una parte de las especificaciones técnicas dice: Longitud: 230 cm. +/- 5 cm.- Solicitamos a la convocante permitir cotizar camas con Longitud: 210 cm. +/- 5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 69 - ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE Dimensiones del lecho del paciente. En una parte de las especificaciones técnicas dice: Longitud: 206 cm. +/- 5 cm Solicitamos a la convocante permitir cotizar camas con Longitud: 190 cm. +/- 5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 70 - ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ruedas de 13 cm. de diámetro como mínimo.- Solicitamos a la convocante permitir cotizar camas con Ruedas de 11 cm. De diámetro como mínimo.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.-		

Consulta 71 - ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
ÍTEM 01 - CAMA MANUAL PARA PACIENTE En una parte de las especificaciones técnicas dice: Altura máxima: 75 cm. +/- 5 cm.- Solicitamos a la convocante permitir cotizar camas con Altura máxima: 60 cm. +/- 5 cm.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-12-2016
El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.-		

Consulta 72 - ITEM 5: CARDIODESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
<p>CONSULTA: De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar desfibrilador con pantalla de 5,7 pulgadas o mayor.</p>		
<p>CONSULTA: No todos los fabricantes de desfibriladores tienen una carga máxima de 200J, la mayoría tiene mayor energía. De forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar desfibrilador con descarga de 5 a 360J o mejor.</p>		
<p>CONSULTA: Debido a que una frecuencia cardiaca inferior a 30LPM no es fisiológicamente posible y de forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar desfibrilador con rango de frecuencia cardiaca de 30 a 300LPM o mejor.</p>		
<p>CONSULTA: Debido a que una corriente controlada y pulsada inferior a 10mA no produce ningún efecto de estimulación del ritmo cardíaca y de forma a permitir la mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar desfibrilador con rango de corriente pulsada de 10 a 180mA o mejor.</p>		
<p>CONSULTA: Debido a evitar que se dirijan las especificaciones a un fabricante en específico se solicita que el item: Compatibilidad con redes WIFI sea considerado opcional</p>		
<p>CONSULTA: Favor aclarar si los modos de funcionamiento del marcapaso deben ser: Fijo, A demnada y Sobremarcha.</p>		
<p>CONSULTA: En el item se solicita cardiodesfibrilador con carro de paro, pero no se especifica el carro de paro. Favor especificar el carro de paro.</p>		
<p>CONSULTA: Se consulta el electrocardiograma debe registrar las 6 primeras derivadas del ECG?</p>		
<p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe tener 2 canales de ECG en pantall.a</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 2. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 3. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 4. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 5. El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.- 6. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 7. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 01.- 8. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 9. El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 06.- 		