

## Consultas Realizadas

# Licitación 327805 - LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018

### Consulta 1 - ITEM Nº 40 CEMENTO IONOMERO PARA BASE

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR EL TAMAÑO EL GRAMAJE Y LA PRESENTACION DETERMINADA DE ESTE PRODUCTO? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que, se solicita el gramaje comercializado en el mercado actual. Presentación: Kit Unidad, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

### Consulta 2 - ITEM Nº 41 CEMENTO QUIRURGICO SIN ANTIBIOTICO

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR EL GRAMAJE Y LA PRESENTACIÓN ESPECIFICA DEL PRODUCTO QUE NECESITAN? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que, se solicita el gramaje comercializado en el mercado actual. Presentación: Kit Unidad, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

### Consulta 3 - ITEM Nº 73 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR EL TIPO DE RESINA QUE NECESITAN? SI LA TECNOLOGIA ES NANO HIBRIDA O MICRO HIBRIDA? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

### Consulta 4 - ITEM Nº 74 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI LA RESINA ES NANOHIRBRIDA O MICROHIRBRIDA? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

### Consulta 5 - ITEM Nº 75 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI LA RESINA ES NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 6 - ITEM Nº 76 SELLADOR DE FOSAS Y FISURA

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR PRESENTACIÓN DE SELLADOR CON PUNTAS DESDE 10 UNIDADES?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que, los parámetros solicitados ingresan en los establecidos en las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 7 - ITEM Nº 28 TIJERA RECTA FINA 15 CM

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR TIJERAS RECTA FINA PARA ENCIA DESDE 12 cm como minimo?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que, se solicita Tijera Fina Recta 15 cm. Con las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 8 - ITEM Nº 29 TIJERA CURVA

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: Podrian considerar la presentacion de la TIJERA CURVA DESDE 12 cm como mínimo?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que, se solicita Tijera Mayo Curva 15 cm. Con las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 9 - ITEM Nº 37 AGUJA ODONTOLOGICA CARPULE CORTA DESCARTABLE ADULTOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: SE PODRIA CONSIDERAR MEDIDAS DE LAS AGUJAS 30 G A PARTIR DE 21 mm COMO MINIMO?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que, los parámetros solicitados en la consulta ingresan en los establecidos en las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 10 - ITEM Nº 38 AGUJA ODONTOLÓGICA CARPULE LARGA DESCARTABLES

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR AGUJAS 27 G desde 25 mm como mínimo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que, se solicita Aguja Carpule con las medidas establecidas en las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 11 - ITEM Nº 39 AGUJA ODONTOLÓGICA CARPULE CORTA PEDIÁTRICA BLES

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR AGUJAS PEDIÁTRICAS DE 30G HASTA 16 mm como máximo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que, se solicita Aguja Carpule con las medidas establecidas en las Especificaciones Técnicas del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social. |                    |            |

## Consulta 12 - ITEM Nº 1 CONTRA ANGULO

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI EL MATERIAL DEL CONTRAANGULO ES DE METAL O DE PLÁSTICO? DEBE SER AUTOCLAVABLE? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 13 - ITEM Nº 31 TURBINA ODONTOLÓGICA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI EL MATERIAL DE LA TURBINA ES DE METAL O PLÁSTICO? DEBE SER AUTOCLAVABLE? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 14 - ITEM Nº 25 PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA INTRA RECTA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI EL MATERIAL DE LA PIEZA RECTA ES DE METAL O DE PLÁSTICO? DEBE SER AUTOCLAVABLE? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. |                    |            |

## Consulta 15 - ITEM Nº 23 MICRO MOTOR PARA INVERSION DE GIRO

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI EL MATERIAL DEL MICRO MOTOR DEBE SER METALICO? DEBE SER AUTOCLAVABLE?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 16 - EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

PODRIAN INDICAR SI, LOS OFERENTES PODRAN PARTICIPAR DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTALES?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 17 - EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI: LOS OFERENTES PODRAN CONOCER DE INMEDIATO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ANTES DE LA ADJUDICACION Y POSIBLE CALIFICACION FINAL?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección I. Datos de la Subasta. IAO 26.2.

## Consulta 18 - EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTA: PODRIAN INDICAR LA FECHA Y EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARIA A CABO LA EVALUACION DE LOS INSTRUMENTALES OFERTADOS

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación Punto 3 Criterios de Calificación Muestras. Sección III. Suministros Requeridos. Punto 5 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 19 - DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2017 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTAS: PODRIAN INDICAR SI: LAS MUESTRAS PRESENTADAS EN LA APERTURA, SERAN CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-02-2018 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación Punto 3 Criterios de Calificación - Muestras

## Consulta 20 - ITEM 36 ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE

| <b>Consulta</b>  | <b>Fecha de Consulta</b>  | 21-12-2017 |
|--|---------------------------|------------|
| CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR ADHESIVO DENTINARIO DE ALTA GAMA CON PRESENTACION frasco DESDE 5 ml como minimo? teniendo en cuenta que las otras presentaciones se exponen a que se sequen o se malgasen en demasía. |                           |            |
| <b>Respuesta</b>   | <b>Fecha de Respuesta</b> | 08-02-2018 |
| Se aclara que, lo solicitado ya establece una presentación en cc como mínimo.  |                           |            |