

## Consultas Realizadas

### Licitación 339908 - LCO SBE 03-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA MAXILOFACIL DEL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA QUEMADOS Y MAXILOFACIAL DEL HC DEL IPS

Consulta 1 - ítem Nº 7 ESCOPLA QUIRÚRGICO: CINCEL COTTLE-MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2018
Podrían determinar si el ESCOPLA DEBE SER RECTO O CURVO ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
Se aclara que debe ser recto.		

Consulta 2 - ÍTEM Nº 54: TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2018
PODRÍAN CONSIDERAR MEDIDA DE LA TIJERA DESDE 18 CM como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ÍTEM Nº 55: TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA: TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2018
PODRÍAN DETERMINAR LA TIJERA DESDE 16 CM como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - Solicitud de Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>Rogamos a la Convocante la posibilidad de presentar catálogos de los productos cotizados con los correspondientes certificados de calidad ISO 13485, CE, FDA y certificado DIN con la tabla de composición química del acero inoxidable, con al menos 5 muestras, a los efectos de verificar la marca, origen y presentación de los productos.</p> <p>Esto ante la imposibilidad de contar con la totalidad de las muestras para todos los ítems, considerando que es una rama de menor salida en nuestro mercado y los instrumentos tienen un alto costo.</p> <p>Solicitando de esta manera, la Convocante evitaría declarar desiertos los ítems sin muestras, como viene sucediendo en los últimos llamados de instrumentales, además lograría contar con una mayor cantidad de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita además catálogos.</p>		

## Consulta 5 - Ítem 13 Especulo nasal KILLIAN

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>Podrían especificar el número o tamaño del espejo, considerando que con la misma descripción existen distintos tamaños.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>Se aclara que en el ítem 12 Especulo Nasal Killian 14 CM 5 ½ Pulgadas. El tamaño es de 14 cm.</p>		

## Consulta 6 - Ítem 14 Fresas LINDEMANN 3-75mm

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>Consultamos si no debería ser 1 - 75mm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 7 - Ítem 25 Legra tipo HAHANAN 17cm 6 1/4 pulgadas, 12mm

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>¿Consultamos sino debería ser 6 3/4 pulgadas, 12mm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 8 - Ítem 45 Separador DENN-MILLER

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>¿Consultamos si no debería ser Separador SENN-MILLER?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>Se aclara que debe ser: Separador Senn - Miler, Punta Roma 16 Cm - 6 1/4 Pulgadas.</p>		

## Consulta 9 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
ITEM Nº 3: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES .- CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI DENTRO DE ESTE PEDIDO SE DEBE INCLUIR EL MOTOR PARA CIRUGIA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
Se aclara que si se debe incluir el Motor para Cirugía.		

## Consulta 10 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>PODRIAN CONSIDERAR UN MOTOR PARA CIRUGIA CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES?</p> <p>Sistema compacto y totalmente integrado.            Se podrá calibrar individualmente cada pieza de mano sin necesidad de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee.            velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD.            Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de:            Colocación de implantes- Microcirugía- Microsierra- Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación.-            Control, tanto en la unidad central del sistema como en el pedal de control.-            Características técnicas:            -Torque hasta 80 Ncm:            -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación.            -Velocidad de 200 a 40.000 rpm.            -Micromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menos.            --Esterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectable.            -Sin escobillas ni carbones.            - bomba de irrigación de alto rendimiento.            -Pieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm:            - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1.-            Características: -6 programas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro). - Auto-calibración. Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD. Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad. Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la transmisión de la pieza. Torque 5 a 80 Ncm. Salida máxima de refrigerante 75 ml/min.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
Se aclara que si se puede considerar un Motor para cirugía con las características mencionadas.		

## Consulta 11 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
<p>PODRIAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMO SER LAS PIEZAS DE MANO .-</p> <p>- VELOCIDAD 1:1 PARA FRESAS QUIRURGICAS 2.35-            BLOQUEO MANDRIL POR ANILLO            VELOCIDAD MAXIMA 80.000 min</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 12 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
Podrían considerar Pieza de Mano Micri Sierra no optico. Reduccion 3:1 Con boquilla de irrigacion externa Max: 12.600 movim./min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 13 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
PODRIAN CONSIDERAR PIEZA DE MANO OSCILANTE REDUCCION 3:1CON BOQUILLA DE IRRIGACION EXTERNA . MAX. 12.600 MOVIM/MIN- AUTOCLAVABLE 135 °C . LAVABLE TERMODESINFECTANTE-CON SUS SIERRAS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 14 - ITEM Nº 34: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2018
PODRIAN CONSIDERAR UN MOTOR PAR CIRUGIA CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES?  Sistema compacto y totalmente integrado. Se podrá calibrar individualmente cada pieza de mano sin necesidad de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: Colocación de implantes- Microcirugía- Microsierra- Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación.- Control, tanto en la unidad central del sistema como en el pedal de control.- Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación. -Velocidad de 200 a 40.000 rpm. -Micromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menos. --Esterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectable. -Sin escobillas ni carbones. - bomba de irrigación de alto rendimiento. -Pieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1.- Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro). - Auto-calibración. Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD. Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad. Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la transmisión de la pieza. Torque 5 a 80 Ncm. Salida máxima de refrigerante 75 ml/min.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
Se aclara que si se puede considerar un Motor para cirugía con las características mencionadas.		

## Consulta 15 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
<p>Solicitamos a la Convocante la posibilidad de presentar catálogos de los productos cotizados con los correspondientes certificados de calidad ISO 13485, CE, FDA y DIN. Esto ante la imposibilidad de contar con la totalidad de las muestras de los ítems solicitados, considerando que es una rama de muy poca salida en nuestro mercado y los instrumentales tienen un elevado costo. Tener en cuenta además como antecedente que el IPS en las licitaciones anteriores de instrumentales ha permitido la presentación de catálogos (obviando las muestras) para ítems cuyas cantidades máximas sean igual o menor a 3 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 6.</p>		

## Consulta 16 - Sección VII Anexo I punto F) 12.

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
<p>Sección VII, Anexos No 1, F) Cualquier otro documento adicional requerido, punto 12. Copia autenticada de la habilitación vigente y listado de los productos habilitados, para importar y comercializar los productos ofertados, expedida por la Dirección de Establecimiento de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPyBS. Dicho documento es emitido únicamente por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, además el mismo es requerido en el punto 10., por lo que solicitamos la eliminación del presente punto 12.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 6.</p>		

## Consulta 17 - Sección III Especificaciones Técnicas de los ítems requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
<p>Sección III Requisitos de los bienes, especificaciones técnicas de los bienes solicitados, solicitamos la habilitación de un rango de <math>\pm 3</math>cm. para todos los instrumentales (del ítem 1 al 56), debido a que las especificaciones técnicas fueron tomadas de un catálogo de una marca en particular. Además el IPS en todas sus licitaciones anteriores de instrumentales tiene claramente definido un margen mínimo de <math>\pm 2</math>cm. por cada ítem solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 18 - Sección VII Anexo I punto F) 1.

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
<p>Sección VII Anexo I punto F) 1. Presentar copias de contratos y/o facturas de los cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de instrumentales para cirugía maxilofacial dentro de los últimos 5 años un volumen de negocios igual o superior al 50% de su oferta. Solicitamos la corrección de dicho punto en lo que refiere a la solicitud de contratos de instrumentales para cirugía maxilofacial, el mismo debe decir únicamente Contratos de instrumentales quirúrgicos, ya que la cirugía maxilofacial forma parte ya de esta clasificación además que dichos instrumentales específicos no fueron licitados en los últimos 5 años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
<p>El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

**Consulta 19 - ITEM N° 9: ELEVADOR CURVO: ELEVADOR TIPO SELDIN, ROMA 19,5 CM - 7 3/4 PULGADAS.**

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 20 - ITEM N° 11: ESPATULA METALICA: ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS, 15 MM.**

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 21 - ITEM N° 19: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO**

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 22 - ITEM N° 20: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 6 MM.**

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 23 - ITEM N° 20: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 7 MM.**

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 24 - ITEM N° 22: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM.**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD Y +- 1 MM DE ANCHO EN LA PUNTA		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 25 - ITEM N° 23: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11MM.**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +2 CM DE LONG Y +-2,5 MM DE ANCHO MENOS EN LA PUNTA		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 26 - ITEM N° 24: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA CURVA TESSIER 18 CM - 7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM +- 2 MM DE ANCHO EN LA PUNTA		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 27 - ITEM N° 25: LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA TIPO HENAHAN 17 CM - 6 1/4 PULGADAS, 12 MM.**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD Y DE 4 A 6 MM		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

**Consulta 28 - ITEM N° 28: OSTEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NIÑOS**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
PODRIA SER 12 CM DE LONGITUD Y 3MM DE ANCHO		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 29 - ITEM N° 30: PICO DE ASPIRACIÓN: PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR ACLARAR CALIBRE A QUE HACE REFERENCIA, PODRIA SER DE 18 CM DE LONGITUD DE 3 A 5 MM DE DIAMETRO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 30 - ITEM N° 31: PICO DE ASPIRACIÓN: PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER CURVO CALIBRE 12

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR ACLARAR CALIBRE A QUE HACE REFERENCIA, PODRIA SER DE 11 CM DE LONGITUD Y 2,3 A 5MM DE DIAMETRO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 31 - ITEM N° 35: PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 32 - ITEM N° 39: PINZA PARA MAXILAR: PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8,5 CM - 3 3/8 PULGADAS (IRIDECTOMÍA)

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE MODIFICAR O AÑADIR RANGO DE 8,5 HASTA 12 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 33 - ITEM N° 42: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		



### Consulta 34 - ITEM N° 43: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 35 - ITEM N° 44: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE ACLARAR LAS MEDIDAS POR EJEMPLO: 15+-1 CM DE LONGITUD Y DE 15 A 30 X 6 A 8 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
Se aclara que las medidas son: 14 x 28 mm ( + - 1)		

### Consulta 36 - ITEM N° 45: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 37 - ITEM N° 46: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 38 - ITEM N° 47: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR AÑADIR RANGO DE TOLERANCIA DE 16 A 18 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 39 - ITEM N° 48: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 40 - ITEM N° 49: SEPARADOR PARA CIRUGÍA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE ACLARAR LAS MEDIDAS POR EJEMPLO: 15+-1 CM DE LONGITUD Y DE 15 A 30 X 6 A 8 MM		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 41 - ITEM N° 55: TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE 16 A 18 CM DE LONGITUD		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 42 - ITEM N° 3: ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ - )2, 6 3/4 MM

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 43 - Item N° 3: ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ - )2, 6 3/4 MM

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
Solicitan : ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ - )2, 6 3/4 MM.- Podrían Aclarar si el alicate que necesitan es de corte DISTAL , LIGADURA LATERAL O CORTE PESADO? O ALICATE PARA DAR FORMAS O HACER DOBLESSES: TIPO TWEED, ANGLE, OMEGA, JARAVAK, TRES PUNTAS, WEINGAR.		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
Se aclara que el Alicate para alambre solicitado debe ser de corte pesado.		

### Consulta 44 - ITEM 35:PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-03-2018
SOLICITAN PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS - CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR PINZA GUBIA DEL TIPO ADSON?		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-05-2018
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		