

Consultas Realizadas

Licitación 344015 - LPN SBE 51-18 ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS

Consulta 1 - Tiempo de entrega de los equipos.

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2018
Atendiendo la cantidad de equipos solicitados favor tener en cuenta para los siguientes:		
Lote 1 y lote 3		
LOTE ÍTEM CÓDIGO DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD		
1 1 42151701-001 Sillones y Equipamiento 43		
2 42152303-001 Reflector 43		
3 42152520-001 Escupidera 43		
4 42151702-001 Banquera odontológica 43		
3 1 42231503-001 Autoclave 46		
2 23131506-999 Lavadora 2		
3 41104901-002 Destilador de Agua de 2 Lts. 44		
4 42231905-001 Sellador de paquetes quirúrgicos 2		
Aumentar el plazo de entrega de los mismos a 90 días considerando la cantidad de productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - LOTE 1 ITEM 1. Equipo Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 1		
ITEM 1. Equipo Odontologico		
4.5 Solicitan: Apoya brazos derecho e izquierdo rebatibles		
Consulta: Podrían considerar que: Solo el apoyabrazos izquierdo sea fijo y solo el derecho rebatible, debido a que del lado izquierdo se encuentra la unidad de agua y el paciente generalmente entra y sale por el lado derecho. Solamente en el caso de que sea utilizado por un profesional zurdo el apoya brazos rebatible se instala del lado de salida del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 3 - ITEM 2. Reflector Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
ITEM 2. Reflector Odontologico 4.5 Solicitan: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 30.000 lux Consulta: Podrían considerar que la intensidad de iluminación sea desde 8.000 como mínimo y 30.000 lux como maximo? 4.7 Solicitan: 1(uno) modulo LED(placa y LED) para cada reflector Consulta: En el caso de ser ofertado el sistema de espejo multifacetado: El repuesto según 4.6 y 4.7 debería ser el bombillo LED?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ITEM 4. Banqueta Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
4.3 Solicitan: Base metálica cromada Consulta: Podrían considerar base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia?. Debido a que la base metálica cromada pertenece solo a una marca específica y no permite otras opciones de mejor calidad.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 5 - LOTE 3 ITEM 1 Autoclave Horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 3 ITEM 1 Autoclave Horizontal 4.5 Solicitan: Tiempo de esterilización programables: dos o mas programas Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Podrían considerar desde 1 o mas programas para facilitar la participación de las marcas comercializadas en Paraguay? 4.6 Solicitan: Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Podrían considerar un equipo con escala de presión y temperatura por Manómetro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - LOTE 5 ITEMS 5. Fotopolimerizador Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 5 ITEMS 5. Fotopolimerizador Portátil 4.5 Solicitan: Potencia de la salida regulable de 1400-2000 m/Wcm2 Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Podrían considerar un dispositivo con potencia de salida desde 1200 m/Wcm2 4.9 Solicitan: Longitud de Onda entre 420nm-490nm Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Podrían considerar la longitud de onda entre 420nm-480nm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 7 - LOTE 9 ITEMS 9. MALETIN ODONTOLOGICO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 9 ITEMS 9. MALETIN ODONTOLOGICO PORTATIL 4.9 Solicitan: Maletín recubierto con aluminio o material resistente, montado sobre ruedas 4 ruedas como mínimo Consulta: Podrían considerar un maletín montado sobre 2 ruedas como mínimo debido a que se permita la oferta de otras opciones de marcas diferentes? Consideramos que esa especificacion va dirigida a una marca en particular		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 8 - LOTE 10 ITEMS 1. MICROMOTOR NEUMATICO ODONTOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 10 ITEMS 1. MICROMOTOR NEUMATICO ODONTOLOGICO 4.9 Solicitan: Aceite lubricante de 200ml o mas de la misma marca para cada micromotor Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Porque solo debe ser aceite lubricante de la misma marca del micro motor ofertado?. Teniendo en cuenta que existen lubricantes de diversas marcas, que son de carácter universal compatibles con todas las marcas (le sirven a todas las marcas)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 9 - LOTE 10 ITEMS 2 CONTRANGULO ODONTOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
ITEMS 2 CONTRANGULO ODONTOLOGICO		
4.1 Solicitan: Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia o en Latón		
Consulta: Podrían considerar piezas de mano de aleación de aluminio?		
-4.9 Solicitan: Aceite lubricante de 200ml o mas de la misma marca para cada contrangulo.		
- Consulta: Porque solo debe ser aceite lubricante de la misma marca que la pieza de mano?. Teniendo en cuenta que existen lubricantes de marcas diferentes, pero que son de uso universal (le sirven a todas las marcas)		
ITEMS 3 PIEZA DE MANO RECTA		
4.1 Solicitan: Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia o en Latón		
Consulta: Podrían considerar piezas de mano con material de aleación de aluminio?		
4.8 Solicitan: Aceite lubricante de 200ml o mas de la misma marca para cada micromotor		
Consulta: Porque solo debe ser aceite lubricante de la misma marca que la pieza de mano?. Teniendo en cuenta que existen lubricantes de marcas diferentes, pero que son de uso universal (le sirven a todas las marcas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 10 - LOTE 10 ITEMS 3 PIEZA DE MANO RECTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
ITEMS 3 PIEZA DE MANO RECTA		
4.1 Solicitan: Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia o en Latón		
Consulta: Podrían considerar piezas de mano con material de aleación de aluminio?		
4.8 Solicitan: Aceite lubricante de 200ml o mas de la misma marca para cada micromotor		
Consulta: Porque solo debe ser aceite lubricante de la misma marca que la pieza de mano?. Teniendo en cuenta que existen lubricantes de marcas diferentes, pero que son de uso universal (le sirven a todas las marcas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 11 - LOTE 11 ITEMS11. TURBINA DE ALTA ROTACION CON LED

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
LOTE 11 ITEMS11. TURBINA DE ALTA ROTACION CON LED 4.8 Solicitan: Torque: 18 Watts o mas Consulta: Podrían considerar un torque (potencia) de 15Watts o más , para así dar mayor participación a las diferentes marcas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Lote 10 Item 10.1- 4.9

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Donde dice que el lubricante debe ser de la misma marca. Podemos cotizar con Lubricante Spray en Aerosol alta viscosidad con accesorios para lubricacion, atoxico para piezas de manos de uso odontologico con certificaciones de calidad internacional y marcas que cuenten con habilitación de MSPyBS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 13 - Lote 10 - 11

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Solicitan Lubricantes de 200ml de la misma marca de las piezas de mano. Solicitamos que este pueda ser cotizado con otra marca,ya que todos los lubricantes tienen las mismas características y propiedades incluso algunas marcas se ofrecen como universales. Atoxico, No contaminante/ Ecológico. La modificacion de este item dara lugar a mas participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 14 - Lote 10 - 11

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Solicitan Lubricantes de 200ml Podemos cotizar lubricantes de 500ml y compensar la cantidad en mili litros por la unidad de presentacion de este modo se tendra importante ahorro en los costos de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 15 - lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Item 11.4.7 Podemos cotizar con iluminacion directa, osea sin la barra de vidrio, pues de esto se trata la iluminacion directa sin conductor fibra optica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 16 - lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Item 4.6 Solicitamos cotizar con 22.000 Lux o mas de modo a dar mayor participacion. Item 4.8 Solicitamos que el torque minimo sea elevado a 22 watts ya que se trata de una pieza de alto standar, Item 4.4 La presion de Trabajo sea de 35psi O mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 17 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Aclarar que sea inalambrico con fuente de alimentacion. Puede cotizarse con el rango de 430/480Nw cm2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 18 - Consulta General

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2018
Ante Dudas en los casos de piezas que pueden ser de facil manipulacion pueda solicitarse muestras para delimitar desempeños y confirmar las especificaciones solicitadas se ajusten al PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 7.		

Consulta 19 - LOTE 1 ITEM 2. Reflector Ontológico

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
ITEM 2. Reflector Ontológico		
4.5 Solicitan: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 30.000 lux Consulta: Podrían considerar que la intensidad de iluminación sea desde 8.000 como mínimo y 30.000 lux como máximo?		
4.7 Solicitan: 1(un) modulo LED(placa y LED) para cada reflector Consulta: En el caso de ser ofertado el sistema de espejo multifacetado el repuesto según 4.6 y 4.7 debería ser el bombillo LED?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Adenda 16.		

Consulta 20 - LOTE 2 ITEM 1. Compresor de aire medicinal de 10HP

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
ITEM 1. Compresor de aire medicinal de 10HP		
2.1 Solicitan: Alimentación 220V/60 Hz Consulta: Podrían aclarar, SI el sistema de la alimentación eléctrica es de 220V su relación correcta debería ser de 50 Hz ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 21 - LOTE 5 ITEMS 5. Fotopolimerizador Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
ITEMS 5. Fotopolimerizador Portátil		
4.9 Solicitan: Longitud de Onda entre 420nm-490nm Consulta: ESA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA ESPECIFICA. Podrían considerar la longitud de onda entre 420nm-480nm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 22 - LOTE 6 ITEMS 6. DESARRADOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
6.1 4.6 Solicitan: Potencia 28kHz o mas Consulta: Podrían aclarar este punto o termino; debido a que esta especificación debería referirse a la Frecuencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 23 - LOTE 7 ITEMS 7. ASPIRADOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
ITEMS 7. ASPIRADOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO		
7.1- 4.4 Solicitan: Motor de ½ HP o mas de potencia consumida con 3520RPM		
Consulta: Podrían considerar un motor de 1/2 HP con un RPM desde 3490 RPM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 24 - LOTE 8 ITEMS 8. MOTOR ELECTRICO PARA PIEZA DE MANO

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
ITEMS 8. MOTOR ELECTRICO PARA PIEZA DE MANO		
<p>Consulta: Podrían considerar el motor eléctrico con las siguientes prestaciones: motor para implantología, no óptico Sistema compacto y totalmente integrado.</p> <p>El usuario puede calibrar individualmente cada pieza de mano sin necesidad de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee.</p> <p>Garantiza velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD.</p> <p>Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar Surgic Pro en gran variedad de aplicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colocación de implantes Microcirugía Microsierra Cirugías maxilofacial, ortognática, ORL <p>Durante la utilización, la pantalla LCD con retroiluminación ofrece un reconocimiento inmediato de todos los parámetros de operación.</p> <p>La lógica del diseño de control, tanto en la unidad central del sistema como en el pedal de control, permite que se mantenga el enfoque clínico durante los procedimientos complejos.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación. -Velocidad de 200 a 40.000 rpm. -Micromotor más ligero y más pequeño: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menos. -Excelente durabilidad. -Esterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectable. -Diseño sin escobillas ni carbones, libre de mantenimiento. -Delgada bomba de irrigación de alto rendimiento. -Pieza de mano quirúrgica de titanio, funciona hasta 80Ncm: <p>Los contra-ángulos para implantes S-Max SG20 ofrecen durabilidad y fiabilidad extraordinarias..</p> <p>-Su enorme potencia permite conectar gran cantidad de piezas de mano, reductoras o multiplicadoras, sierras quirúrgicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 25 - LOTE 8 ITEMS 8. MOTOR ELECTRICO PARA PIEZA DE MANO

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
<p>SOLICITAN MOTOR ELECTRICO PARA PIEZA DE MANO: CONSULTA: SOLICITAMOS PUEDAN TENER EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR. Motor para Implantes Dentales: motor para colocación de implantes dentales eléctricos de 200 a 40.000 rpm en el micromotor. Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm compuestos por una consola central, un pedal de control, un micro motor y un contra ángulo. Pedal multifuncional. Bomba peristáltica integrada, máxima seguridad. Kit de irrigación con soporte para botellas de suero. Spray de limpieza. Motor y manguera autoclavable hasta 135º C. Memorias prefijadas que puede programar el usuario. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar Surgic Pro en gran variedad de aplicaciones:</p> <p>Colocación de implantes Microcirugía Microsierra Cirugías maxilofacial, ortognática, ORL.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación. -Velocidad de 200 a 40.000 rpm. -Micromotor más ligero y más pequeño: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menos. -Excelente durabilidad. -Esterilizable en autoclave (máximo 135ºC), termodesinfectable. -Diseño sin escobillas ni carbones, libre de mantenimiento. -Delgada bomba de irrigación de alto rendimiento. -Pieza de mano quirúrgica de titanio, funciona hasta 80Ncm: 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 26 - ITEMS 3 PIEZA DE MANO RECTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
<p>4.8 Solicitan: Aceite lubricante de 200ml o mas de la misma marca para cada micromotor Consulta: Porque solo debe ser aceite lubricante de la misma marca que la pieza de mano?. Teniendo en cuenta que existen lubricantes de marcas diferentes, pero que son de uso universal (le sirven a todas las marcas)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.		

Consulta 27 - SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
<p>SOLICITAN MUESTRAS EN EL DIA DE LA APERTURA Y HASTA 24 HORAS DEL DIA SIGUIENTE HABIL.-</p> <p>CONSULTA: Podrian considerar que el dia y el plazo para la entrega de las muestras NO sean AL MOMENTO DE LA APERUTA? PODRIAN CONSIDERAR LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO de la evaluación, teneiendo en cuenta la cantidad de equipos y accesorios que son solicitados Y que son variadas y de caracter específico por lo que no se cuentan en deposito de forma masiva por ser equipos cosotosos y delicados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Adenda 7.		

Consulta 28 - SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
<p>MUESTRAS: Con relación al criterio introducido en la ADENDA 7 donde dice que: Las muestras deberan ser entregadas en el día de la apertura o al día siguiente habil.- Podrian considerar realizar un plazo y un día específico DISTINTO A LA FECHA DE APERTURA? donde se realice la preinstalación de los equipos y sus accesorios. para la revision completa del modelo, marca y sus correctos accesorios? Este plazo teniendo en cuenta la cantidad de los equipos y su complejidad en los accesorios que sea posterior a la apertura de ofertaas.- En el periodo de evaluación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Adenda 7.</p>		

Consulta 29 - LOTE 11 ITEMS 11. TURBINA DE ALTA ROTACION CON LED

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2018
<p>4.8 Solicitan: Torque: 22 Watts o mas</p> <p>4.8 Solicitan: Torque: 22 Watts o mas</p> <p>Consulta: Podrían considerar un torque (potencia) de 15Watts o más , para así dar mayor participación a las diferentes marcas?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.</p>		

Consulta 30 - SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
<p>PRESENTACION DE MUESTRAS. CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR CAMBIAR EL DIA Y LA HORA DE ENTREGA DE MUESTRAS DEL DIA DE LA APERTURA ; A UN DIA Y HORA ESTABLECIDO DENTRO DEL PERIODO DE EVALUACION? PODRIAN INCLUIR ESTE PLAZO COMO UN DIA Y HORA DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES AL LLAMADO? TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS: CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS ARTICULOS Y SUS REPUESTOS, MARCA, MODELO.- SE SOLICITA QUE LA MUESTRA SEA EN UNA FECHA DETERMINADA DIFERENTE AL DE LA FECHA DE APERTURA JUNTO CON EL COMITE EVALUADOR.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Adenda 7.</p>		

Consulta 31 - LOTE 11 ITEMS 11. TURBINA DE ALTA ROTACION CON LED

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
<p>CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR La turbina con Luz LED autogenerada con Rotación: 330,000rpm(sugerencia 330,000rpm o mas)</p> <p>TORQUE: 15Watts o myor?? debido a que dirigir a 22 WATTS es restrictivo de este llamado y facilita solo a una marca en específico.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Adenda 16.</p>		

Consulta 32 - LOTE 11 ITEMS 11. TURBINA DE ALTA ROTACION CON LED

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Podrían considerar turbina con Luz LED autogenerada (con potencia) desde 15Watts o mayor?
 Debido a que limitar el rango en 22 Watts de "TORQUE" se considera restrictivo a otras ofertas de calidad y permiten que solo marcas de origen chino compitan en este llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.

Consulta 33 - LOTE 5 ITEMS 5. Fotopolimerizador Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
----------	-------------------	------------

4.9 Solicitan: Longitud de Onda entre 420nm-490nm.

CONSULTA: PODRIAN CORREGIR EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA?
 PODRIAN CONSIDERAR LONGITUD DE ONDA ENTRE 420 NM - HASTA 480 COMO MINIMO? PARA PERMITIR LA CORRECTA OFERTA DE ESTE DISPOSITIVO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 16.

Consulta 34 - GARANTIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
----------	-------------------	------------

SUGERENCIA: PODRIAN INCLUIR EN SU ADENDA, QUE LOS FABRICANTES PUEDAN PROVEER RESPUESTOS PARA LOS EQUIPOS HASTA UN PLAZO DE 8 AÑOS COMO MINIMO. PARA LOS MODELOS DE EQUIPOS ADJUDICADOS. UNA VEZ QUE SEAN DISCONTINUADOS DEL MERCADO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 35 - EXPERIENCIA TECNICA DEL OFERENTE

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
----------	-------------------	------------

CONSULTA: PODRIAN ESTABLECER QUE LOS OFERENTES DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SEAN Y TENGAN CAPACIDAD PLENA COMO REPRESENTANTE EXCLUSIVOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 36 - CAPACIDAD TECNICA DEL SERVICIO TECNICO

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
----------	-------------------	------------

CONSULTA: PODRIAN INCLUIR EN EL PLIEGO QUE LOS TECNICOS TENGAN UN ENTRENAMIENTO CONTINUO EN LA FABRICA REALIZADO POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - EXPERIENCIA TECNICA DEL OFERENTE

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
PODRIAN CONSIDERAR QUE EL OFERENTE POSEA UNA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TECNICA COMO PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS CON CINCO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MINIMO EN EL MERCADO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 38 - CAPACIDAD TECNICA DEL SERVICIO TECNICO

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2018
CONSULTA: PODRIAN INCLUIR EN EL PLIEGO QUE LOS TECNICOS TENGAN UN ENTRENAMIENTO CONTINUO EN LA FABRICA REALIZADO POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2018
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		