

Consultas Realizadas

Licitación 348108 - LCO SBE 34-18 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS PARA EL CREAM

Consulta 1 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 3, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vigente. Con esta documentación, la Convocante se asegurará de contar con ofertas de empresas legalmente habilitadas por el órgano regulador en el rubro de comercialización de dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 4, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con esta documentación, la Convocante se asegurará de contar con ofertas de empresas legalmente habilitadas por el Ministerio de Salud para prestar servicio técnico y garantizar la operatividad de los dispositivos médicos, incluso después del periodo de garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 4, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 3, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con esta documentación, la Convocante se asegurará de contar con ofertas de empresas legalmente habilitadas por el Ministerio de Salud para prestar servicio técnico y garantizar la operatividad de los dispositivos médicos, incluso después del periodo de garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 3, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido. Para el LOTE 7, solicitamos al Convocante la inclusión en el SECCIÓN V. Anexos. H) Cualquier otro documento requerido, de lo siguiente: Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - SECCIÓN III. - 3. Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN III. - 3. Plan de Entrega Debido a la gran cantidad de bienes solicitados, la mayoría deber ser importados, respetuosamente solicitamos al Convocante la extensión del plazo de entrega a por lo menos 90 días contados a partir de la emisión de la orden de compra. Por lo expuesto, solicitamos que el plan de entrega quede redactada de la siguiente manera: El proveedor deberá hacer entrega de lo solicitado, en un plazo no mayor a 90 días calendario a partir de la recepción de la orden de entrega		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) - CGC 15.1 Anticipo.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) - CGC 15.1 Anticipo. Solicitamos al Convocante el otorgamiento de Anticipo, por un valor de al menos 20% del valor del contrato, a los efectos de facilitar la participación de mas oferentes, especialmente las pequeñas empresas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) - CGC 27 Multas.

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2018
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) - CGC 27 Multas. Solicitamos al Convocante que la multa a ser aplicada, en caso de retraso, sea de cero coma uno por ciento (0,1%) del valor del bien o servicio en demora, por cada SEMANA de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - LOTE 3 ITEM 1 ANDADORES

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 1 ANDADORES Sub ítem 2.5. Con 2 ruedas delanteras y 2 regatones Solicitamos a la Convocante permita la cotización: Con 2 ruedas delanteras OPCIONAL. A fin de posibilitar una mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO Sub ítem 2.1. Estructura fabricada en acero inoxidable o cromado Solicitamos a la Convocante la cotización de: Estructura fabricada en acero inoxidable o cromado o acero al carbono. Para posibilitar una mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO Sub ítem 2.3. Tratamiento anti herrumbre por el método de la inmersión Solicitamos a la Convocante la cotización de: Tratamiento anti herrumbre por el método de la inmersión u otro método. A los efectos de permitir una mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO A fin de elevar el nivel de calidad del ítem requerido, al Convocante solicitamos incluya como requisito: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub ítem 2.2. Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, rebatibles, regulables en altura, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, rebatibles, regulables en altura (OPCIONAL), con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub ítem 2.3. - Respaldo ajustable en la altura Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Respaldo ajustable en la altura o Respaldo fijo, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - LOTE 3 ÍTEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 4.4. - Con aro de propulsión de acero cromado. Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Con aro de propulsión de acero cromado o polipropileno de alto impacto, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 2.1. Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla Que soporte un peso de 180 Kg como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 2.3. Medidas del sector paciente: Largo: 180 cm o más. Ancho: 60 cm o más.. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla con: Medidas del sector paciente: Largo: 170 cm o más. Ancho: 55 cm o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 2.8. Sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Con tres posiciones: freno, dirección y libre. Con control para pie. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla de: Sistema de frenado y direccionamiento centralizado (Opcional). Con tres posiciones: freno, dirección y libre. Con control para pie.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 3.1. Trendelenburg de 12º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla de: Trendelenburg de 10º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 3.2. Trendelenburg inverso de 12º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla de: Trendelenburg inverso de 10º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 22 - LOTE 1 EQUIPO DE INFORMÁTICA ÍTEM 1. IMPRESORA LÁSER PARA TRABAJO EN GRUPO:

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Solicitan Capacidad total de bandeja de entrada instalada 550 hojas ó superior CONSULTAMOS Si podrán ser tenidos en cuenta equipos con Capacidad de bandeja de 500 Hojas o superior , ya que este es el estándar de la industria y por una diferencia mínima de 50 hojas que no afecta en nada técnicamente hablando la productividad del equipo se estaría limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 3.3. Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 65º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización camilla de: Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 60º como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 4.1. Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Colchón de 7,5 cm de espesor como mínimo .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 4.1. Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. Respetuosamente solicitamos al Convocante declare OPCIONAL la parte que dice De la misma marca de la camilla. Teniendo en cuenta que la mayoría e los fabricantes de camillas no fabrican los colchones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - LOTE 1 EQUIPO DE INFORMÁTICA ÍTEM 1. IMPRESORA LÁSER PARA TRABAJO EN GRUPO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Garantía Técnica: Solicitan: Periodo: 36 meses a partir de la emisión del Acta de Recepción correspondiente a cada entrega Tipo de Garantía: Provisión de todos los repuestos, partes, consumibles, mano de obra y traslado incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para hardware, inclusive aquellos afectados por desgaste en el uso normal de los equipos. Deben considerarse todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, aunque los mismos no se encuentren explícitamente mencionados. CONSULTAMOS : Si tendrán en cuenta garantía que cubra cualquier tipo de desperfecto por defecto de fábrica , no atribuibles al mal uso ni desgaste normal de los equipos en el caso de los consumibles . Considerando que la modalidad de adquisición es compra directa y no están adquiriendo la prestación de un servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
Si se tendrán en cuenta garantía que cubra cualquier tipo de desperfecto por defecto de fábrica, no atribuibles al mal uso ni desgaste normal de los equipos en el caso de los consumibles.		

Consulta 27 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 4.1. Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. Respetuosamente solicitamos al Convocante declare OPCIONAL la parte que dice De la misma marca de la camilla. Teniendo en cuenta que la mayoría e los fabricantes de camillas no fabrican los colchones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ÍTEM 5. CAMILLA DE TRASLADO Sub ítem 4.3. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópica. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Capacidad de colocar poste porta soluciones en dos esquinas como mínimo. Incluir un poste de altura variable o telescópica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 4 CAMILLA DE EXAMEN MEDICO Sub ítem 2.1. Estructura fabricada en acero inoxidable o cromado Solicitamos a la Convocante la cotización de: Estructura fabricada en acero inoxidable o cromado o acero al carbono. El precio referencial está muy por debajo para el material solicitado (acero inoxidable), por lo que solicitamos acepte acero al carbono.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - LOTE 1 EQUIPO DE INFORMÁTICA

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Solicitamos separar del Lote I equipos de Informática en ÍTEMS para permitir así mayor participación de potenciales oferentes , pues cerrar en un lote equipos de Impresión con proyectores, pantallas(Que deberían de estar en el Lote Audiovisuales - ya que el mismo existe en el llamado y es el Lote 2) Entendemos que hubo un error involuntario en el concepto para la ubicación de estos equipos en el lote 1. POR lo cual pedimos que el Lote 1 sea separado por ÍTEMS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - ÍTEM 4. PROYECTOR DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Solicitan : Resolución WXGA 1280 x 800 pixeles por pulgada		
CONSULTAMOS: Si serán tenidos en cuenta equipos con Tecnología de Resolución XGA (1024x768 pixels) la misma no afecta la calidad e imagen ni son técnicamente perceptibles para el usuario por lo cual permitiría la participación de potenciales oferentes sin limitar la participación alguna		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - ÍTEM 4. PROYECTOR DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Solicitan : Compatibilidad/modos Full NTSC, PAL, SECAM, HDTV		
Consultamos si serán aceptados equipos con compatibilidad: NTSC; PAL;SECAM;PAL-N;PAL-M;PAL-60; NTSC4.43, Opcional HDTV, que son los modos estándar utilizados en la industria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) no guarda relación con el material solicitado (acero inoxidable), pues este material es muy costoso; por lo que solicitamos al Convocante modificar el nombre de este bien a: ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBONO CON TERMINACIÓN EN PINTURA ESMALTADA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - ÍTEM 4. PROYECTOR DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Solicitan : Ruido audible 35 dB		
Consultamos:		
SI SERÁN ACEPTADOS EQUIPOS CON RUIDO AUDIBLE DE 38 DB O MENOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 35 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE Sub ítem 1.1. Descripción: CAMILLAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado (considerando el material solicitado acero inoxidable, pues este material es muy costoso); por lo que solicitamos al Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 1.1. Descripción: CAMILLAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBONO CON TERMINACIÓN EN PINTURA ESMALTADA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 36 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) no guarda relación con el material solicitado (acero inoxidable), pues este material es muy costoso; por lo que solicitamos al Convocante modificar el nombre de este bien a: ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBONO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) no guarda relación con el material solicitado (acero inoxidable), pues este material es muy costoso; por lo que solicitamos al Convocante la siguiente modificación: Sub ítem 2.1. Fabricación en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, bordes sobre el nivel de la cubierta, terminado sanitario (#4) y hueco para drenaje con tapón o Fabricación en lámina de acero al carbono con terminación en pintura esmaltada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 38 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) no guarda relación con el material solicitado (acero inoxidable), pues este material es muy costoso; por lo que solicitamos al Convocante la siguiente modificación: Sub ítem 2.2. Estructura de tubo redondeado de acero inoxidable o de acero al carbono con terminación en pintura esmaltada de 1 o mayor, calibre 10 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 39 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE Sub ítem 2.3. Rango de medidas: Largo: 200(±5) cm Ancho: 68(±3) cm Alto: 78(±8) cm Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 2.3. Rango de medidas: Largo: 190(±10) cm Ancho: 60(±5) cm Alto: 70(±10) cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 6 CAMILLA FIJA DE ACERO INOXIDABLE Sub ítem 2.4. Deberá soportar cargas de 200 kg o más Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 2.4. Deberá soportar cargas de 180 kg o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 41 - LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
Sub ítem 1.1. Descripción: CAMILLAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado (considerando el material solicitado acero inoxidable que es un material muy costoso); por lo que solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 1.1. Descripción: CAMILLAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBONO CON TERMINACIÓN EN PINTURA ESMALTADA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO Sub ítem 2.1. Fabricación en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, bordes sobre el nivel de la cubierta, terminado sanitario (#4) y hueco para drenaje con tapón. El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado (considerando el material solicitado acero inoxidable que es un material muy costoso); por lo que solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 2.1. Fabricación en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, bordes sobre el nivel de la cubierta, terminado sanitario (#4) y hueco para drenaje con tapón o Fabricación en lámina de acero al carbono con terminación en pintura esmaltada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 43 - LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO Sub ítem 2.2. Estructura de tubo redondeado de acero inoxidable de 1 ½ calibre 16. El precio referencial (Gs. 1.572.000.-) se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado (considerando el material solicitado acero inoxidable que es un material muy costoso); por lo que solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 2.2. Estructura de tubo redondeado de acero inoxidable o de acero al carbono con terminación en pintura esmaltada de 1 o mayor, calibre 10 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 44 - LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO Solicitamos al Convocante incorporar las siguientes medidas: Sub ítem 2.3. Rango de medidas: Largo: 190(±10) cm Ancho: 60(±5) cm Alto: 70(±10) cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 45 - LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2018
LOTE 3 ITEM 7 CAMILLA PARA BAÑO Solicitamos al Convocante incorporar la siguiente característica: Sub ítem 2.4. Deberá soportar cargas de 180 kg o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 46 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2019
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub ítem 5.1: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas de al menos 150 mm Al convocante solicitamos permitir la cotización de: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas o polipropileno de alto impacto de al menos 150 mm, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2019
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.6: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 150kg. Solicitamos permitir la cotización de: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 130kg., para posibilitar mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 48 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2019
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 2.9. - : Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una Solicitamos permitir la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 100 (cien) kg cada una, para posibilitar mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 49 - LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2019
LOTE 3 ITEM 9 SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 3.4: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla (opcional), para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2019
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		