

## Consultas Realizadas

# Licitación 350185 - LPN SBE 114-18 ADQUISICIÓN DE UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

### Consulta 1 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
Se solicita aumentar el precio de referencia en aprox. 25%, teniendo en cuenta la complejidad del equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
El Oferente deberá remitirse a los datos cargados en el SICP.-		

### Consulta 2 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
Se solicita eliminar los puntos 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 de los accesorios, ya que no está contemplado en el precio de referencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas - Accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
5.1 Pedal monopolar para corte y coagulación; y Sub Ítem 5.2 Pedal bipolar. ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
Se aclara que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC. Un pedal bipolar y otro monopolar.		

### Consulta 4 - Especificaciones Técnicas - Accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
5.3 Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. Es correcta la cantidad solicitada?, considerando que son instrumentos reutilizables y el precio referencial fijado no se ajusta a estas cantidades de accesorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3.		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas - Accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
----------	-------------------	------------

5.5 Pinza bipolar en bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más.  
 Es correcta la cantidad solicitada?, considerando que son instrumentos reutilizables y el precio referencial fijado no se ajusta a estas cantidades de accesorios

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3.

## Consulta 6 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
----------	-------------------	------------

Solicitamos que los precios referenciales sean igualados a los precios referenciales de la LPN SBE 37-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL IPS, con N° de ID 342.466 ÍTEM N° 4 UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a los datos cargados en el SICP.-

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
----------	-------------------	------------

Solicitamos que la convocante aclare los rangos de memoria que el equipo debe tener para configuraciones de programas y/o usuarios (100 o más espacios, 200 o más espacios, 300 o más espacios de memoria).

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3.

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
----------	-------------------	------------

¿El equipo ofertado deberá tener un modo especial limitante de energía para el uso con electrodos finos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3.

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
----------	-------------------	------------

¿El equipo ofertado deberá tener una o dos salidas para instrumentos monopolares?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 3

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
Donde Dice:		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
5 ACCESORIOS		
5.1 Pedal monopolar para corte y coagulación.		
5.2 Pedal Bipolar		
Se puede ofertar con un solo pedal doble tanto para corte y coagulación monopolar y bipolar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
Se aclara que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC. Un pedal bipolar y otro monopolar.		

## Consulta 11 - PLAZO DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2018
Donde Dice: La empresa deberá entregar los bienes para su inspección y prueba en la Sección Administración de Equipos e Insumos del Departamento de Electromedicina por un periodo de quince (15) días calendario gregoriano a fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.		
Consulta: Solicitamos respetuosamente puedan extender el tiempo de entrega de los bienes para su inspección y prueba a treinta (30) días calendario gregoriano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-12-2018
Se aclara que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		