

Consultas Realizadas

Licitación 352030 - ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES

Consulta 1 - Ambulancia Convencional - Características Mecánicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2018
Solicitamos a ala convocante aclarar lo requerido en el punto 2.7 de PBC, en donde menciona Volumen de Carga: 1.700 Kg como mínimo. Debido a que la Capacidad de Carga en Kg requerida ya fue especificada ene el punto 2.4		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS PETENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

Consulta 3 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS / 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
1. CARACTERISTICAS MECANICAS: 1.10. Solicitan: Tracción Trasera. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos que posean tracción delantera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 4 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS / 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
1. CARACTERISTICAS MECANICAS: 1.11. Solicitan: Suspensión Delantera independiente con barra de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores. Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Suspensión Delantera independiente Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EL EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 5 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS / 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
2. CARACTERISTICAS FISICAS Y MEDIDAS GENERALES 2.4. Solicitan: Capacidad de carga 1700kg como mínimo. Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos cuya capacidad de carga sea de 1530kg como mínimo? Teniendo en cuenta que el peso total del equipamiento requerido no supera lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LOS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 6 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS / 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
2. CARACTERISTICAS FISICAS Y MEDIDAS GENERALES 2.7 Solicitan: Volumen de carga 1700kg como mínimo. Consulta 4: Favor aclarar este ítem ya que para dimensiones de volumen se utiliza metros cúbicos normalmente. Sugerimos que para el tipo de trabajo solicitado se tenga en cuenta una medida de 8 m3.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.		

Consulta 7 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS / 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 2.8 3.5 Solicitan: Neumáticos 225/75 R16C. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean neumáticos 225/65 R16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LOS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 8 - Consulta sobre especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2018
ESPECIFICACIONES TECNICAS Donde Dice 1.9 Frenos Delanteros a Disco y traseros a disco Solicitamos sean aceptadas también vehículos con sistema de freno trasero a Tambor con ABS Donde Dice Características Físicas y Medidas Generales Solicitamos la apertura de las dimensiones mencionadas a continuación 2.1 Altura Total: 2.300 mm a 2.500 como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta altura máxima de 2.690 mm 2.2 Largo Total: 5.000 mm como mínimo a 5.300 mm como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta 6.195 mm como máximo 2.6 Distancia Mínima entre ejes: 3.050 mm como mínimo y 3.300 mm como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta 3.670 mm como máximo Donde 3.5 Neumáticos: 225/75 R16 C Solicitamos sean aceptadas medidas con 235/65 R16 o similares En relación a nuestra solicitud hacemos mención al Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES, PUESTO QUE LOS REQUEIRMIENTOS SE REALIZARON CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA Y TENIENDO EN CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL AREA DE ACCESO DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.		

Consulta 9 - 14. Aspirador de secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2018
14. Aspirador de secreciones - Solicitamos permita ofertar aspiradores de secreción con frasco colector desechable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 10 - 15.Desfibrilador Automático

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2018
15.Desfibrilador Automático Donde dice Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico)Reutilizables. Solicitamos permita ofertar DEA con conexión a traves de parches adulto y pediatrico reutilizables. Donde dice Parches: Únicos para pacientes adultos y pediatricos, descartable con vida útil mínima de 5 años. Cantidad 5 (cinco) unidades, sugerimos solicitar parches adulto y pediatrico por separado descartable con vida útil mínima de 2 años. Cantidad: Cinco. de esta manera se estaría dando oportunidad a otros oferentes ya que en el mercado existe sólo una marca con parches que reunen estas características. Dichos requisitos perjudican a la Institución porque vulneran los principios de economía, eficacia y el principio de igualdad y libre competencia. Dichos requisitos perjudican a otros posibles participantes y favorecen indebidamente a un solo OFERENTE, excluyendo a los demás y vulnerando su derecho a la igualdad y libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.		

Consulta 11 - 16. Oxímetro de Pulso

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2018
16. Oxímetro de Pulso Donde dice pantalla dual color LEd, solicitamos permita ofertar Oxímetros de Pulso con pantalla monocromática.Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		

Consulta 12 - 15. Cardiodesfibrilador Automático

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2018
15. Cardiodesfibrilador Automático		
Energía: 50, 70, 85 julio (pediatrico) y 120, 150, 200 julios adultos solicitamos diga Ajuste de Energía automático de Energía de 50 a 85 julio)pediatrico y de 120 a 300 julios como mínimo (adulto).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2018
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		