

Consultas Realizadas

Licitación 358513 - LPN SBE 13-19 ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS

Consulta 1 - ITEMS 1 Autoclave Horizontal Clase B

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
4.9. Solicitan: Con manguera de salida externa de vapor, adecuada para alta temperatura Consulta: : Ese sistema usan los autoclaves de clase N, no los de clase B.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 2 - ITEMS 1 Autoclave Horizontal Clase B

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
4.12 Solicitan: Con vaso dosificador graduado para dosificar la cantidad de agua para cada ciclo Consulta: Los autoclaves Clase B vienen con una cámara que se carga el agua y el equipo dosifica cada ciclo lo que necesita en forma automática		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 3 - ITEMS 1 Autoclave Horizontal Clase B

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
4.13 Solicitan: Sistema de protección contra variaciones de la corriente eléctrica Consulta: Esto se refiere a que el equipo debe ir acompañado de un estabilizador de Voltaje?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 4 - ÍTEMS 5 Aspirador quirúrgico odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
4.4. Solicitan: Motor de ½ HP o mas de potencia consumida con 3.520 RPM Consulta: Cuantos consultorios necesitan operar con a el aspirador quirúrgico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 4.		

Consulta 5 - ÍTEMS 5 Aspirador quirúrgico odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
Consulta: el valor de 3.520 RPM corresponde a motores usados en Brasil, con 220V/60 Hz. Si la tensión de alimentación es 220V/50Hz debe ser 2.930 RPM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 6 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2019
Consulta: Se debería solicitar muestra del Items 1 : Autoclave Horizontal Clase B para la verificación de las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-06-2019
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		