

Consultas Realizadas

Licitación 364569 - LPN SBE 57-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS, PARA CIRUGIA CARDIACA PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2020

Consulta 1 - Lote 1 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Favor actualizar el precio de referencia ya que el valor actual del producto en el mercado es de Gs.35.000.000 aproximadamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido al precio referencial cargado en el SICP.		

Consulta 2 - Lote 3 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Favor actualizar el precio de referencia ya que el valor actual del producto en el mercado es de Gs. 5.000.000 aproximadamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido al precio referencial cargado en el SICP.		

Consulta 3 - Lote 3 item 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Favor actualizar el precio de referencia ya que el valor actual del producto en el mercado es de Gs. 5.000.000 aproximadamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido al precio referencial cargado en el SICP.		

Consulta 4 - Lote 3 Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Favor actualizar el precio de referencia ya que el valor actual del producto en el mercado es de Gs. 5.000.000 aproximadamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido al precio referencial cargado en el SICP.		

Consulta 5 - Garantía 3 años

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Se aclara al oferente que los dispositivos implantables con partes electronicas como los Marcapasos son los que vienen con garantía extendida. Por lo tanto se solicita que este requisito solo aplique al lote 2 ítem 1: generador de marcapasos tricameral		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Se aclara que todos los productos solicitados en este llamado tienen un vencimiento explicito en el producto incluyendo las prótesis. Se solicita que el Lote 2 Ítem 1 tenga un vencimiento de 12 meses debido a la naturaleza del producto y sus componentes eléctricos. Se aclara que el marcapasos ademas de su vencimiento tiene una garantia mayor a 3 años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - En el Lote N° 2 Generadores Ítem 1 GENERADOR DE MARCAPASO TRICAMERAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2019
Favor Aclarar si es el Kit completo o solo solicitan el generador de marcapasos tricameral Resincronizador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
Se aclara que es el KIT completo.		

Consulta 8 - En el Lote N° 2 Generadores Ítem 1 GENERADOR DE MARCAPASO TRICAMERAL:

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2019
Donde dice Características: Tricameral, conector tipo ISI bipolar. Estimulación Ventrículo izquierdo VI. Ventrículo Derecho- VD independiente. Prueba de auto detección Auricular VD y VI. Salidas; programables por separado hasta 7,5 V. Solicitamos amablemente a la convocante que el Conector Ventrículo izquierdo sea DF4 y Ventrículo Derecho IS1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2020
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		