Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 367577 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGON Y CAMIONETAS

## Consulta 1 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|---|---|---|

Punto 15. CARDIODESFRIBILADOR AUTOMATICO.CARACTERISTICAS TECNICAS.:Desfibrilador Automático Donde dice Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico)Reutilizables. Solicitamos permita ofertar DEA con conexión a traves de parches adulto y pediatrico reutilizables. Donde dice Parches: Únicos para pacientes adultos y pediatricos, descartable con vida útil mínima de 5 años. Cantidad 5 (cinco) unidades, sugerimos solicitar parches adulto y pediatrico por separado descartable con vida útil mínima de 2 años. Cantidad: Cinco, solicitamos permitan ofertar dos parches desechables para uso en pacientes adulto/pediatrico.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|

Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables. Se aceptarán Parches con vida útil mínima de 2 años. Modificado en la Adenda N° 2.

## Consulta 2 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|---|---|---|

Punto 16. Oximetro de Pulso Portatil
Oximetro de Pulso Donde dice pantalla dual color LEd, solicitamos permita ofertar Oxímetros de Pulso con pantalla monocromática.Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|

Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Modificado en la Adenda N° 2.

## Consulta 3 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|---|---|---|

15.Cardiodesfribilador Automático:Comunicaciones: Conexion WIFI Solicitamos a la convocante dejar el sistema WIFI como opcional, debido a que esto puede representar un peligro para el equipo considerando los hackeos, interferencias con otros aparatos que puedan tener ese tipo de tecnología, baja o mala calidad en la señal.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|

Se aceptarán equipos con Comunicación por Conexión WIFI (opcional) o transferencias a memoria USB. Modificado en la Adenda N° 2.

## Consulta 4 - Item 2 CAMIONETA CERRADA TIPU FURGON

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|---|---|---|

CONSIDERANDO QUE EL VEHICULO SERA DESTINADO PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR TRASERO COMO MINIMO DE 36000BTU CON COMANDO INDEPENDIENTE.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|

Se acepta la sugerencia. Se solicita agregar en el punto 7. ACCESORIOS 7.13 Evaporador trasero como mínimo de 36000BTU con comando independiente. Modificado en la Adenda N° 2.

## Consulta 5 - ITEM N°1 Punto 15 CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-07-2019 |
|---|---|---|

ITEM N°1
Punto 15 CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
Donde dice: Monitorización de ECG: Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico) Reutilizables
Solicitamos a la convocante se pueda ofertar Monitorización de ECG: Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico) desechables ya que los parches de los DEA son todos desechables.
Donde dice: Pantalla táctil tipo LCD de alta resolución, solicitamos a la Convocante que este punto sea opcional
Donde dice: Desfibrilador: Forma de onda Bifásica Rectilinea solicitamos solicitamos a la Convocante fertar Desfibrilador: Forma de onda Bifásica Rectilinea o Forma de onda bifásica Exponencial Truncada teniendo en cuenta que ambos tipos de entrega de energía son recomendados y no hay una evidencia científica clara de que un tipo de onda prevalezca por encima de la otra, lo importante es que el tipo de energía sea bifásica.
Donde dice energía 50,70,85 julios (pediatrico); preconfigurado y 120, 150,200 julios (adultos), solicitamos solicitamos a la Convocante ofertar: Energía Pediatrico: 45 a 50 Julios y Adultos 185 a 200 Julios
Donde dice: Tiempo de carga: menos de 10 segundos utilizando baterías nuevas completamente cargadas, solicitamos diga Tiempo de carga: menos de 12 segundos
Donde dice capacidad de configuración: El usuario deberá poder ajustar manualmente la configuración DEA según el protocolo o instrucción medica deseada, solicitamos que este punto sea opcional
Normas de Diseño mínimas requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2 solicitamos diga Normas de Diseños requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, al menos 2 de ellas.
Donde dice: Parches únicos para pacientes adultos y pediátricos, descartable con vida útil mínima 5 años, solicitamos a la Convocante se reemplace por Parches únicos para pacientes adultos y pediátricos, descartable con vida útil mínima 2 años, de manera a dar mayor participación a los oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|

Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables. Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Se aceptarán Forma de onda Bifásica Rectilinea o Forma de onda bifásica Exponencial Truncada. Se aceptarán equipos con entrega de Energía Pediatrico: 45 a 50 Julios y Adultos 185 a 200 Julios o mejor. Se aceptarán equipos con tiempo de carga menor a 12 segundos o mejor. Solicitamos excluir el mencionado punto. Normas de Diseños requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, al menos 2 de ellas.
Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables.
Se aceptarán Parches con vida útil mínima de 2 años.
Modificados en la Adenda N° 2

# Consulta 6 - Punto 16. OXIMETRO DE PULSO

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-07-2019 |
|---|---|---|
| Punto 16. OXIMETRO DE PULSO<br>Donde dice pantalla dual color LED. Muestra SpO2, Barra de Pulso y Pletismograma, solicitamos permita ofertar equipos con pantalla monocromática de manera a dar mayor participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---|---|---|
| Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Modificado en la Adenda N° 2 | | |