

Consultas Realizadas

Licitación 378789 - MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2020
En el pliego de bases y condiciones, en el apartado especificaciones técnicas, en el ítem 3 solicitan "Hoja de Bisturí N° 22" Solicitamos que la convocante permita ofertar Hoja de Bisturí N° 23		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante se mantiene con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 2 - ítem 22 Parafina

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2020
Se puede ofertar Parafina granulada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Ver Adenda N° 01.		

Consulta 3 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de vuelos comerciales y los retrasos en la liberación de importaciones, todo esto a causa de los protocolos estrictos tomados para evitar la propagación del COVID-19, solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor, de lo contrario la provisión de los productos importados sería de imposible cumplimiento para los proveedores adjudicados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante se mantiene al plan de entrega del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - Ítem N° 8 - Tubo de Microcentrifuga-Tubo de Microcentrifuga-Bolsa por 1000 unidades

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se puede ofertar tubos de microcentrifuga tipo Eppendorf, de color natural, de 0,5 ml de capacidad, libres de ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR, no estériles, autoclavables?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante se mantiene con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 5 - Item Nº 9 - Tubo de Microcentrifuga-Tubo de Microcentrifuga-Bolsa por 1000 unidades

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se puede ofertar tubos de microcentrifuga tipo Eppendorf, de color natural, de 2,0 ml de capacidad, libres de ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR, no estériles, autoclavables?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante se mantiene con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 6 - Item Nº 19 - Tubo de Microcentrifuga

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se puede ofertar tubos de microcentrifuga, de color natural, de 1,5 ml de capacidad, libres de ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR, no estériles, autoclavables?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante se mantiene con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.		