

Consultas Realizadas

Licitación 384049 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA COVID-19

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Se puede ofertar dos equipos de extracción con capacidad para procesar 24 muestras en simultaneo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 2 - Especificación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Las Cabinas de Bioseguridad de que tamaños se requiere? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Dado el contexto por el cual estamos atravesando de la pandemia COVID-19 se podría alargar el plazo de entrega a 30 días? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 4 - FORMA DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| La entregas de los kits para las distintas dependencias se podría realizar fraccionados como en 2 o 3 partes? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 5 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| En cuanto a los insumos requeridos para los kits tanto de determinación como de extracción, ya se encuentran estos contemplados en el precio referencial? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Si, se encuentra todo incluido. | | |

Consulta 6 - Termociclador

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante permitir a los potenciales oferentes proveer equipos con capacidad de mínimo 45 pocillos, para garantizar una mayor cantidad de participantes y que el llamado sea más competitivo y más económico para el Estado Paraguayo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7 - Cabinas de Bioseguridad

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

¿Que tamaño se requiere?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Adecuarse a la Adenda N° 1.

Consulta 8 - Experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante permitir presentar experiencia (contrato o facturas) en ventas de equipos biomédicos y/o insumos médicos, cabinas de bioseguridad, campana de flujo laminar, para garantizar una mayor cantidad de participantes y que el llamado sea más competitivo y económico para el Estado paraguay.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se serán aceptadas ofertas de un kit IVD con detección de 2 dianas específicas: genes ORF1a y ORF1b de SARS-CoV-2. ? Ya que las especificaciones técnicas actuales se encuentran bastante ajustadas hacia una marca específica.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Adecuarse a la Adenda N° 1.

Consulta 10 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se serán aceptadas ofertas de kit NO liofilizado?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - 7. Capacidad Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aceptar balances de los años 2016, 2017 y 2018, a fin de dar mayor posibilidades a los oferentes conforme a las ultimas resoluciones de la SET. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-08-2020 |
|--|--------------------|------------|
| ADECUARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE HA ESTABLECIDO LA PRESENTACIÓN DE LOS INDICES FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS 3 (TRES) AÑOS 2017-2018-2019 PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR LA SET SEGÚN RESOLUCIÓN GENERAL DE LA SET N° 49/20 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020 Y LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA SET N° 51 DE FECHA 13 DE ABRIL POR LA CUAL SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA SET N° 48/20 Y SE PRORROGA DE MANERA EXCEPCIONAL LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO. | | |

Consulta 12 - Capacidad Tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Los folletos e insertos pueden ser distintos al idioma castellano, siempre y cuando contengan sus debidas traducciones? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Sí, los folletos e insertos presentados pueden ser distintos al idioma castellano, siempre y cuando contengan sus debidas traducciones. | | |

Consulta 13 - Forma y condición de pago

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Formas y condiciones de pago: debido a que el proceso Licitatorio se realiza en marco a la Emergencia COVID-19 se solicita aclarar si el pago se realizará con los fondos provenientes de la LEY N°6524 "Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o CORONAVIRUS..." a través de la cuenta administrativa exclusiva del MSP Y BS contra entrega del bien y/o servicio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Conforme a la fuente de financiación los fondos son provenientes de la Ley N° 6524. | | |

Consulta 14 - Especificación Tecnica- Equipo de Extracción.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Especificaciones Técnicas Equipos de Extracción: se podría ofertar 10 Equipos de Extracción Automatizados de material genético que posean capacidad para extraer al menos 16 muestras de manera simultánea (2 por servicio). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 15 - Cabinas de Bioseguridad para dependencias

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cabinas de Bioseguridad: se podría ofertar para las dependencias solicitadas Cabinas de Bioseguridad tipo II A2 de marcas diferentes que cumplan con los requisitos solicitados? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Sí, se podría ofertar para las dependencias solicitadas Cabinas de Bioseguridad tipo II A2 de marcas diferentes, toda vez que cumplan con los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 16 - 6 Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Creemos que hay una discrepancia entre los índices y los requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Pues en Índices indican que : "con facturaciones de venta y/o recepciones finales.." y en el inciso 1 mencionan como Requisitos documentales... "copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales. Creemos que en el apartado de índices faltaría el siguiente documento: Contratos; quedando finalmente la frase: "Contratos, facturaciones y/o recepciones finales", para para que ambos parametros sean coherentes entre si, y asi evitar inconvenientes en la etapa de evaluacion. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos documentales para demostrar la experiencia requerida son los establecidos en el punto 6.1. | | |

Consulta 17 - Especificación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Además se deberá incluir 5 equipos de extracción automatizada de material genético que posean capacidad para extraer al menos 32 muestras de manera simultánea y que sean compatibles con múltiples tipos de muestras clínicas. Se podría ofertar: dos equipos de extracción con capacidad para procesar 24 cada uno, siendo en total 48 muestras en simultáneo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 18 - Especificación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: 5 cabinas de bioseguridad clase II tipo A2, certificadas. Si podría ofertar: Una cabina con las siguientes Dimensiones (80 x 100 x 156.8cm), Con apertura de ventana 25,4 cm. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 19 - Especificación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Se consulta si en este punto se debe incluir los sgtes.: ? Minicentrífuga Vortex Cabina para PCR Pipetas automáticas Punteras Impresora UPS Resma de papel Toner</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 20 - PLAZO DE FUNCIONAMIENTO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: El proveedor deberá poner en funcionamiento los cinco laboratorios en un plazo máximo de 20 días corridos una vez firmado el contrato. Si podría ser en un plazo máximo de 30 días? Teniendo e cuenta la situación actual en la que nos encontramos con respecto a la pandemia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 21 - Especificación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Se consulta si en este punto se debe incluir los sgtes.: ? Minicentrífuga, Vortex , Cabina para PCR, Pipetas automáticas , Punteras, Impresora, UPS, Resma de papel, Toner</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Adecuarse a la Adenda N° 1. | | |

Consulta 22 - facturacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Con el proposito de evitar inconvenientes posteriores, favor aclarar si la facturacion sera por test/paciente (controles, repeticiones, etc.) o por rendimiento del kit.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La unidad de medida establecida para el presente llamado es DETERMINACIÓN (PBC, pagina 21), por lo que la facturación deberá ser por dicho parámetro.</p> | | |

Consulta 23 - 6 Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Creemos que hay una discrepancia entre los índices y los requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Pues en Índices indican que : "con facturaciones de venta y/o recepciones finales.." y en el inciso 1 mencionan como Requisitos documentales... "copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales. Creemos que en el apartado de índices faltaría el siguiente documento: Contratos; quedando finalmente la frase: "Contratos, facturaciones y/o recepciones finales", para para que ambos parametros sean coherentes entre si, y asi evitar inconvenientes en la etapa de evaluacion | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO EXPERIENCIA REQUERIDA. | | |

Consulta 24 - certificacion CE

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-08-2020 |
|---|-------------------|------------|
| aplica solo a los reactivos para covid-19 o tambien para los kits de extraccion | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que la certificación CE-IVD o FDA aplica a reactivos para covid-19, como así también para los kits de extracción. | | |