

## Consultas Realizadas

# Licitación 384433 - Adquisición de Cabinas de Bioseguridad para el Laboratorio de Biología Molecular.

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Las dimensiones mínimas requeridas en las especificaciones técnicas son internas o externas. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 20-08-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Las dimensiones mínimas requeridas son externas. Ver Adenda N°1 |                    |            |

### Consulta 2 - Plan de Entrega

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-08-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita aumentar el plazo de entrega a 30 días, el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-08-2020 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de contar con las Cabinas de bioseguridad para el Laboratorio de Biología Molecular |                    |            |