

Consultas Realizadas

Licitación 385492 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA AD REFERENDUM

Consulta 1 - Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>Solicitamos a la convocante sea considerada la siguiente documentación como sustancial a la hora de la presentación de la oferta:</p> <p>Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.</p> <p>Teniendo en cuenta la circular de la DNCP 12/2020, donde se exige que esta Constancia sea presentada al momento de la presentación de sus ofertas.- y la Nota CGR N.º 1426 deberá presentar la constancia de presentación de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, la cual se constituye en requisito fundamental para la presentación de las ofertas.</p> <p>La que origina la expedición de la Constancia por su presentación, convirtiéndose esta en requisito indispensable para la participación del oferente en un proceso licitatorio y la consideración de su oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2020
<p>Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
<p>Podría extenderse el plazo de entrega a 30 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, ya que teniendo en cuenta el estado actual de pandemia existen limitaciones en las importaciones de los artículos, y los plazos de entrega por parte de los proveedores son muy variables</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2020
<p>Se requiere que la oferta corresponda a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - ITEM 3 Mezcla para amplificación de Material Genético

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
<p>Solicitan Kit de mezcla madre para RT-PCR para 15.000 determinaciones. Favor especificar el volumen final del ensayo, ya que la mayoría de los kit traen protocolos para 20 y 50 uL, y de eso va a depender la cantidad y la presentación del producto ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2020
<p>El volumen final de ensayo utilizado en el Laboratorio es de 20 uL.</p>		