

Consultas Realizadas

Licitación 386040 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Consulta 1 - 9. Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2020
Solicitamos no sean requeridos ninguno de los documentos solicitados en este item, debido a que no aplican para equipos de laboratorio. Estos documentos pertenecen a equipos y dispositivos médicos, siendo que ninguno de los items solicitados en la presente Contratación es un equipo o dispositivo médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-12-2020
Se solicita Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio (Capacidad Técnica)

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2020
Solicitamos no sean requeridos ninguno de los documentos solicitados en este item, debido a que no aplican para equipos de laboratorio. Estos documentos pertenecen a equipos y dispositivos médicos, siendo que ninguno de los items solicitados en la presente Contratación es un equipo o dispositivo médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-12-2020
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas - Item 4 - Cabina de bioseguridad para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2020
Solicitamos sea aceptada la pantalla Touch Pad, ya que solicitando pantalla tipo Touch Screen se esta disminuyendo notoriamente la posibilidad de oferentes en este tipo de equipos .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Se solicita ajustarse a la Adenda.		

Consulta 4 - ITEM 4 -Cabina de Bioseguridad para Laboratorio.

Consulta	Fecha de Consulta	02-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar un equipo con pantalla LCD sin "touch screen" atendiendo que esta característica no afecta al funcionamiento del instrumento ni infringe las normas NSF ANSI de construcción de los equipos y además podría limitar la participación en la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a la adenda.

Consulta 5 - item 12 Kit Enzima Polimerasa

Consulta	Fecha de Consulta	02-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a fin de dar mayor participacion a oferentes se pueda ofertar Kit enzima polimeraza que contenga Cloruro de Magnesio en vez de Sulfato de Magnesio, y que contnga el Rox Reference Dye dentro de la mix y no por separado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2024
------------------	---------------------------	------------

El proceso ya ha sido adjudicado

Consulta 6 - ITEM 4 CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a los convocantes ampliar la especificación correspondiente a: Dimensiones no menor a (LXAXA) 80x130x156,8 cm por dimensiones ancho de 130 ± 30 cm, para que puedan participar una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a la Adenda.

Consulta 7 - ITEM 4 CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar una cabina de bioseguridad cuya cámara sea de acero inoxidable con paredes posteriores y laterales con revestimiento antirreflexivo (SmartCoat) el cual brinda mayor seguridad al usuario y facilita la limpieza.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a la adenda.

Consulta 8 - Especificaciones técnicas - Item 4 - Cabina de bioseguridad para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita ampliar las dimensiones de la cabina para que puedan participar también oferentes con cabinas de menor tamaño al solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a la adenda.

Consulta 9 - ITEM 2 MICROCENTRIFUGADORA

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2020
Se solicita amablemente a los convocantes ampliar la especificación correspondiente a: "tapa liberación automática al final del funcionamiento" por "tapa liberación automática al final del funcionamiento u opción BOTÓN PARA ABRIR" atendiendo que esta característica no afecta al funcionamiento del instrumento ni los tiempos del funcionamiento ya que la opción "Botón para Abrir" evita la apertura de la tapa mientras el rotor está girando brindando mayor seguridad a las muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
Se solicita ajustarse a la adenda.		

Consulta 10 - ITEM 3 MICROCENTRIFUGADORA

Consulta	Fecha de Consulta	03-12-2020
Se solicita amablemente a los convocantes ampliar la especificación correspondiente a: "Capacidad de 18 a 24 tubos" por "Capacidad de 18 a 24 tubos COMO MÍNIMO " atendiendo que esta característica no afecta al funcionamiento del instrumento y brinda la opción de poder procesar una mayor cantidad de muestras en el mismo lapso de tiempo. Ampliando también la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2020
Se solicita ajustarse a la adenda.		