

Consultas Realizadas

Licitación 386719 - ADECUACIÓN EDILICIA, SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DEL TOMÓGRAFO DEL INCAN

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>En el apartado 8 de Experiencia Requerida, donde dice "Copia de como mínimo 2 (dos) contratos ejecutados y/o facturaciones anteriores de provisión satisfactoria de servicios de ejecución de trabajos de reparación de edificios" solicitamos amablemente a la convocante mejorar el requerimiento de experiencia enfocando el pedido a contratos y/o facturaciones anteriores de provisión de servicios de ejecución de trabajos de adecuación edilicia o de salas de equipos de diagnóstico por imágenes como tomógrafos, equipos de rayos X fijos, mamógrafos, angiografos y resonadores. Considerando que los trabajos de adecuación a realizar son altamente especializados y se debe comprobar la experiencia del servicio de adecuación a realizar solamente para aquellos oferentes que demuestren haber realizado trabajos similares, y no en "reparación de edificios", ya que reparación de edificios claramente esta orientado a trabajos comunes de albañilería y no se garantizaría el servicio solicitado.</p>		

Consulta 2 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>En el apartado 8 de Experiencia Requerida, donde dice "Demostrar la experiencia en Adecuación edilicia y/o traslado de tomógrafo con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 años. (2017, 2018, 2019]", solicitamos amablemente a la convocante considere la experiencia de la provisión de equipos de tomografía donde se encuentra incluida los trabajados de adecuación edilicia para instalación del tomógrafo y se haya suministrado mínimamente puertas y ventanas plomadas, blindaje de protección radiológica, adecuación del piso para la instalación mecánica del tomógrafo, etc equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los últimos años 2017, 2018 y 2019. Por lo expuesto solicitamos que sea de la siguiente manera: "Demostrar experiencia en provision de equipos y servicios de Adecuación edilicia de salas de diagnóstico por imágenes como tomógrafos, equipos de rayos X fijos, mamógrafos, angiografos y resonadores en los últimos años 2017, 2018 y 2019.</p>		

Consulta 3 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>En el apartado 9 de Capacidad Técnica, donde dice "b) Certificados de obras de similar envergadura a la propuesta" solicitamos a la convocante permita que se presente como valido copias de contratos y/o actas de recepción definitiva de provisión de equipos de tomografía donde se incluye las obras de similar envergadura.</p>		

Consulta 4 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>En el apartado 9 de Capacidad Técnica, donde dice "El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos que se enumeran a continuación: - Herramientas menores como carretillas, palas, barretas, picos, martillos, mazos, corta hierros, nivel de mano, nivel de manguera", solicitamos a la convocante permita la presentación de una declaración jurada de poseer todas las herramientas, utensilios, instrumentos especializados para realizar los trabajos y además mejorar el pedido de Capacidad Técnica incluyendo que el oferente debe presentar plano autorizado por el fabricante del tomógrafo para la realización del trabajo de adecuación".</p>		