

Consultas Realizadas

Licitación 386848 - Adquisición de Equipos Médicos

Consulta 1 - sistema de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
solicitamos a la convocante, realizar el sistema de adjudicacion por ITEM. Ya que son insumos completamente distintos los que estan licitando. Tambien obtendran mas ofertas (mayor cantidad de oferentes) y se estarian evitando futuras protestas contra el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
VER ADENDA 1 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN POR ITEM		

Consulta 2 - Item 01 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar las especificaciones técnicas requeridas en el arco en C, pues tal como lo han publicado son características genéricas, que parecen tomadas de algún catálogo, sin especificar ningún parámetro, como es usual en cualquier licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver Adenda 1 Modificación de las especificaciones Técnicas del ítem 1 Arco en C		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas de las Lámparas cialíticas con LED

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante rectificar estas especificaciones pues lo único que han puesto como requisito es un modelo específico, con lo cual se demuestra que el concurso está dirigido, no permitiendo la libre competencia garantizada por la ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver Adenda 1 Especificaciones técnicas		

Consulta 4 - 1- Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos cambiar el sistema de adjudicación al sistema de adjudicación por ITEM, teniendo en cuenta que los ítems requeridos son de una diversidad tal que pocos proveedores tienen la todos estos en su portafolio de productos, además con este sistema de adjudicación por el total, se garantiza que haya una mayor cantidad de oferentes con lo cual la convocante podrá optar con diversas opciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver adenda 1 - Sistema de adjudicación por ITeM		

Consulta 5 - Item 2 -MESA DE CIRUGIA ELECTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante ajustar las especificaciones técnicas de la mesa quirúrgica ya que las mismas son copia de las especificaciones de las mesas SIANKANG MEDICAL de procedencia China, con lo cual se limita la participación de oferentes, direccionando la licitación al distribuidor de esta marca, no permitiendo la libre competencia garantizada por la ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver Adenda 1 - especificaciones técnicas.		

Consulta 6 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar el alcance de la siguiente especificación: Salida de alta potencia HFG (sin cable de alta tensión) Pues siendo los equipos de ARCO EN C equipos que generan rayos x no existe manera de que no posean cables de alta tensión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver Adenda 1 Especificaciones técnicas		

Consulta 7 - Item 01 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar el alcance de la siguiente especificación: Tamaño de punto focal del tubo de rayos X de alto grado. El indicar de alto grado es un valor subjetivo, lo correcto sería indicar una valor máximo para el tamaño del punto focal, por ej. Tamaño de punto focal del tubo de rayos X de 0,7 mm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas		

Consulta 8 - 7- Item 01 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar el tamaño mínimo requerido del intensificador de imágenes, pues este valor es sumamente importante al momento de fijar precios y al no estar especificado, la convocante corre el riesgo de que se oferte un equipo con un Intensificador muy pequeño, que el equipo no resulte útil para los fines que fue adquirido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas		

Consulta 9 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar la expresión "Imagen gratis"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas		

Consulta 10 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad mínima de monitores que debe poseer el equipo ofertado, pues este valor es sumamente importante al momento de fijar precios y al no estar especificado, la convocante corre el riesgo de que se oferte un equipo con un Intensificador muy pequeño, que el equipo no resulte útil para los fines que fue adquirido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas

Consulta 11 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos.
Rango de kV de fluoroscopia.
Rango de kV de radiografía.
Corriente máxima durante la fluoroscopia continua.
Corriente máxima durante la fluoroscopia pulsada.
Corriente máxima durante la radiografía.
Rango de mAs durante la radiografía.
Capacidad calórica mínima del ánodo.
Este valores son sumamente importante al momento de fijar precios y al no estar especificados, la convocante corre el riesgo de que se oferte un equipo con un Intensificador muy pequeño, que el equipo no resulte útil para los fines que fue adquirido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas

Consulta 12 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos.
Rango de movimiento vertical
Rango de movimiento orbital
Rango mínimo de rotación
Rango de movimiento longitudinal
Rango mínimo de profundidad.
Este valores son sumamente importante al momento de fijar precios y al no estar especificados, la convocante corre el riesgo de que se oferte un equipo con un Intensificador muy pequeño, que el equipo no resulte útil para los fines que fue adquirido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1 - Especificaciones técnicas

Consulta 13 - Ítem 01 - ARCO EN C DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
ESPECIFICACIONES: Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar las especificaciones técnicas solicitadas en el presente concurso de precios, ya que las mismas son una transcripción fiel de las encontradas en la carta oferta presentada por La Casa del Médico que fuera presentada al momento del análisis del precio referencial como puede verse en el apartado de Antecedentes de Estimación de Costos. De no hacerlo nos reservamos el derecho de protestar contra el Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Ver Adenda N° 1: Especificaciones Técnicas		

Consulta 14 - Ítem 3 Lámpara cialítica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
El sistema de cámara HD en brazo portador o directamente en satélite, ¿puede ser considerado Opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 15 - Ítem 2 Mesa quirúrgica con accionamiento eléctrica mecánica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Consulta N° 1 ¿Se podría otorgar un rango de regulación de altura de +/-100mm? Consulta N° 2 ¿Se podría otorgar un rango de regulación de la parte inferior de respaldo de +/-10°? Consulta N° 3 ¿Se podría otorgar un rango de regulación de la parte superior de respaldo de +/-10°? Consulta N° 4 ¿Se podría otorgar un rango de regulación eléctrica de placa apoya piernas de +/-10°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados		

Consulta 16 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
¿Podrían ampliar el plan de Entregas a 45 días, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya sobrepasará el el ejercicio fiscal y el llamado no es plurianual		

Consulta 17 - Ítem 4 Caja para histerectomía

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-30mm en los separadores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados		

Consulta 18 - Ítem 5 Caja para legrado

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-50mm en el contenedor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados

Consulta 19 - Ítem 6 Caja de cesárea

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-50mm en el contenedor, tapa y cesta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados

Consulta 20 - Ítem 7 Caja de cirugía de apendicitis

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados

Consulta 21 - Ítem 8 Caja de cirugía para hernia

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-30mm en los separadores?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados

Consulta 22 - Ítem 9 Caja de cirugía para vesícula

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-30mm en los separadores?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados

Consulta 23 - Plazo de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Se solicita la modificación en el punto Plan de Entrega de los bienes para el ítem 3 la modificación del Plazo para la entrega de los bienes, Hasta (60) días a partir de la recepción de Orden de Entrega emitida por la Convocante para la entrega e instalación de los equipos según las Especificaciones Técnicas. Esto se debe a que por motivo de la pandemia se atrasan los envíos ya que la mayoría de los aeropuertos están cerrados. Nuestros equipos son fabricado en Francia, por dicho motivo el plazo de entrega debe ser modificado para que podamos cumplir con los plazos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, lo consultado ya excede el ejercicio fiscal</p>		

Consulta 24 - Item 03 - Lámpara Scialítica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Debido a que en las Especificaciones Técnicas para el ítem 3 Lámpara Scialítica NO se especifica monitor de grado médico, NO se especifica ningún brazo o soporte para el monitor de grado médico HD, como tampoco ningún tipo de almacenamiento para lo registrado por la cámara HD. Solicitamos que el sistema de cámaras HD sea opcional porque en el PBC no se especifica ningún tipo de de monitor HD grado médico ni tampoco se especifica el brazo o el soporte para el monitor HD grado médico o un sistema de grabación para el almacenamiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados</p>		

Consulta 25 - Item 03 - Rango de intensidad de iluminación

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Solicitamos el cambio del rango de intensidad de iluminación porque en el PBC figura de 160.000 lux como mínimo y 320.000 lux como máximo. En la norma IEC 60601-2-41 "Requisitos particulares de seguridad para las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico" establece que el rango de intensidad de iluminación para la cúpula central como también para la cúpula satélite es mayor o igual a 40.000 lux y menor o igual que 160.000 lux. Por tanto el rango especificado en PBC viola dicha normal. Se recomienda que la cúpula principal sea de 160.000 lux de intensidad y la cúpula satélite sea de 130.000 lux de intensidad de iluminación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados</p>		

Consulta 26 - En el Ítem 1 "Equipo de rayos X arco en C - Portatil"

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Consulta 1: Solicitamos considerar equipos con dos campos de entrada o más. Dos niveles de zoom son suficientes para todo tipo de intervenciones a ser realizadas con un equipo de estas características. El cambio no supone afectación al desempeño del equipo. El 90% de la base instalada del Ministerio de Salud cuenta con equipos con estas características y hasta el momento no se han reportado inconvenientes con esta funcionalidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
<p>Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados</p>		

Consulta 27 - En el Ítem 1 “Equipo de rayos X arco en C – Portatil”

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Consulta 2: Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera “Rango de KV de 40 KV o menos a 110 KW o más”. Atendiendo a que solicitar un parámetro de voltaje tan elevado no guarda relación con las especificaciones disponibles en los equipos de este segmento. Este parámetro obliga a competir con un equipo con un costo mucho mayor al presupuesto que se ha declarado como disponible para esta adquisición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados		

Consulta 28 - Item 03 - Lámpara Scialítica

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas puesto que como parte de los requisitos figura un modelo específico de la lámpara scialítica dentro de Detalles de los productos con las respectivas especificaciones técnicas en la página 25 del PBC. Con esto demuestra que las especificaciones están dirigidas, solicitamos garantizar la libre competencia promulgada por ley de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados		

Consulta 29 - En el Ítem 1 “Equipo de rayos X arco en C – Portatil”

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Solicitamos amablemente a la convocante, tomar en cuenta que 2 horas es muy poco tiempo para cubrir con todas las herramientas que presentan los sistemas de Arco en C, por lo que recomendamos aumentar dicha fase de entrenamiento como mínimo a 5 horas, adicionalmente colocar como requisito fundamental una plataforma de educación continua durante la validez de la garantía, con el fin de que los usuarios puedan conocer las nuevas innovaciones tecnológicas que surgen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas, ya no podremos realizar adendas por los plazos limitados		

Consulta 30 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 33 – Plan de Entrega de los Bienes dice: “El oferente contará con 20 días corridos a partir de la recepción por parte del adjudicado de la Orden de Entrega emitida por la Convocante para la entrega e instalación de los equipos según las Especificaciones Técnicas” Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores preestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1		

Consulta 31 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>En la Páginas 42/43 Reajuste. El precio adjudicado estará sujeto a reajustes, la fórmula se basa en la variación del IPC. El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde;</p> <p>P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1		

Consulta 32 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
El Ítem 2 de Mesas de Cirugía Multifunción, Recomendamos al convocante solicitar Mesa Electrohidráulica para su mejor desarrollando con pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1		

Consulta 33 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Solicitamos a la convocante realizar una revisión de costos en el ítem 2 y 3 que sus precios actualmente están desfasados con relación al cambio actual del dólar y los costos que conlleva importar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1		

Consulta 34 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 3 donde solicitan Lámpara califica led 02 cúpulas de techo, en el punto donde dice Capacidad de 160.000 lux como mínimo y 320.000 lux como máximo"; Solicitamos a la convocante permita cotizar como mínimo de 145000 hasta con un máximo de 160000 Lux para limitar la cantidad de oferentes posibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante realizar una revisión de lo que solicitan, en los puntos "Sistema de cámara HD en brazo portador o directamente en satélite. Panel de pantalla táctil ergonómico"; Solicitan un Mercedes Benz año 2021 y el precio no es acorde a lo que están solicitando, por lo expuesto, recomendamos poner ambos puntos solicitados como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1

Consulta 36 - Item 4 - Caja para histerectomía

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: ALLIS Pinza Intestinal 24 cm 5x6d, se podrán ofertar ALLIS Pinza Intestinal de 25 cm, considerando que la diferencia es mínima.

Donde solicitan: HEANEY Porta Agujas TC 21cm curva, ¿se podrán ofertar HEANEY Porta Agujas TC 20cm curva?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y la Adenda 1

Consulta 37 - Item 5 - Caja para legrado

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: NOVAK cureta aspirad.25cm/4mm, solicitamos se puedan cotizar NOVAK cureta aspirad.23cm/4mm?

Donde solicitan: DOYEN Especulo vaginal Fig. 155x35mm, entendemos que se deslizó por error el 1, ya que debería ser 55X35 mm, por favor aclarar.

Donde solicitan: Schubert pinza p. biopsia reta 28cm, se podrán ofertar Schubert pinza p. biopsia recta 29cm

Donde solicitan: SIMS cureta rig, solicitamos que las medidas se puedan cotizar desde 26 a 31 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1

Consulta 38 - Item 6 - Caja para cesárea

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Contenedor 3x10x190x130mm Tapa perforada cuerpo sin perforación, por favor corregir a Contenedor 310x190x130mm Tapa perforada cuerpo sin perforación

Donde solicitan: Tapa perforada con filtro508x280 mm gris, por favor corregir a Tapa perforada con filtro580x280 mm gris

Donde solicitan: Cesta 485x250x70mm, solicitamos nos permitan cotizar Cesta 485x255x70mm

Donde solicitan: Farabeuf separador doble parej 12 cm, solicitamos se puedan cotizar Farabeuf separador doble parej 11,5 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1

Consulta 39 - Item 7 - Caja de cirugía para apendicitis

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Donde solicitan: Ulrich Pinza para Tapones 22cm recta, solicitamos nos permitan cotizar Ulrich Pinza para Tapones 22,5 cm recta Donde solicitan: Ulrich Pinza para Tapones 22cm curva, solicitamos nos permitan cotizar Ulrich Pinza para Tapones 22,5 cm curva		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 40 - Item 8 - Caja de cirugía para hernia

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En los ítems: Poole Tubo de Aspiracion Recta 30 ch/10mm y Poole tubo de aspiracion ch.23, solicitamos se puedan cotizar de poole tubo de aspiración de 22 y 20 cm aproximadamente Donde solicitan: Mayo tijeras curva 14.5cm, solicitamos se puedan cotizar Mayo tijeras curva 15 cm Donde solicitan: Mayo tijera curva 17cm, solicitamos se puedan cotizar Mayo tijera curva 18 cm Donde solicitan: Deaver Separador 75x300mm, solicitamos cotizar Deaver Separador 75X330 mm Donde solicitan: Sonda Abotonado Jacobson, 19cm, solicitamos nos permitan cotizar Sonda Abotonado Jacobson, 18,5cm Donde solicitan: Richardson grip separador 51x64mm, solicitamos se puedan cotizar Richardson grip separador 50x65mm Donde solicitan: Deaver Separador 25x300mm solicitamos se puedan cotizar Deaver Separador 25x330mm Donde solicitan: Volkman Separador 4 Dientes Agudos 21,5cm, solicitamos nos autoricen a cotizar Volkman Separador 4 Dientes Agudos 22cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 41 - Item 9 - Caja de cirugía para vesícula

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Donde dice: Millin valva central 120x45mm, solicitamos se puedan cotizar Millin valva central 110x45mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 42 - Plazo de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Solicitamos se amplíen los plazos de entrega a 60 días como mínimo, considerando que los equipos e instrumentales deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 43 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 5.2 donde dice "Movimiento orbital de 130° (-40° a + 90°)" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento orbital de rango -35° a +90° (125°) y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 44 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 5.6 donde dice "Profundidad de inmersión 73 cm como mínimo" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con profundidad de al menos 65 cm como mínimo y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 45 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 5.5 donde dice "Distancia desde la fuente de rayos X al intensificador de imagen de 100 cm" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con distancia de 95 cm y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 46 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 5.3 donde dice "Rotación de al menos $\pm 190^\circ$ " solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de al menos $\pm 180^\circ$ y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 47 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 7.8 donde dice "150,000 imágenes en disco duro con independencia del tamaño de la matriz" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de 130.000 imágenes y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 48 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
Sobre los ítem 7.9 donde dice "Adquisición de imágenes 0.5 f/s a 10 f/s; 30 f/s con modo fluoro continuo" e ítem 9.4 donde dice "Velocidad de cuadro variable 0.5 a 10 f/s 30 f/s en modo fluoroscopia continua" solicitamos amablemente a la convocante aclarar solicitando en un solo ítem y permitir la cotización de equipos con velocidad de 7 f/s o mayor y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 49 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 9.3 donde dice "Rango de kV de 60 kV a 150 kV. Como mínimo" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor rango de kV, siendo el valor mínimo de 40 y permitiendo que el valor limite sea de 100 kV o mayor, y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 50 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 9.6 donde dice "Potencia mínima nominal del generador 2,5 kW" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de 2 kW del generador y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 51 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 10.2 donde dice "Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 101.000 HU. Como mínimo" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 50.000 HU como mínimo de capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo, primeramente, considerando el valor de la potencia del generador solicitado (menor a 3 kW) y además para dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 52 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 10. donde dice "Dos focos entre 0,6 y 1,0" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con focos entre 0.6 o menor y 1 o mayor, y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo del equipo para los pacientes, siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 53 - ÍTEM 1 - ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
En el ítem 10.4 donde dice "Tiempo máximo de fluoroscopia continua de 50 min a 300 W" solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, siendo que el único fabricante que cuenta con esta característica ficticia es Siemens en su catalogo comercial, siendo además que para la aplicación que se dará a los equipos, el tiempo de exposición no duraría mas de 5 min, esa cantidad de tiempo solicitada de 50 min se podría presentar en estudios especializados de hemodinamia en donde se utiliza otro tipo de equipos como lo es la angiografía. Con esta especificación claramente se entiende que esta licitación está dirigida a un solo proveedor que es Elizeche, por favor no dejarse llevar por características que no hacen la realidad de la aplicación que se le dará a los equipos y direccionar las especificaciones técnicas, totalmente en contra a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Solicitamos a la convocante revea este ítem y lo considere o ajuste a la realidad del uso que se dará a los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 54 - Anticipo Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Anticipo Financiero: Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 55 - Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Porcentaje de multas: Página 43 del PBC - El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 2,00 %		
Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multas por cada día de atraso en entrega de los bienes sea de 0.06%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,06%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 56 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
5- Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos en esta sección del PBC: • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 57 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacidad Técnica. Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos en esta sección del PBC: • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 58 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
3- Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en esta sección del PBC: 1- Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. 2- Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 59 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
2- Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en esta sección del PBC: Donde dice: Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.- Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 60 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en esta sección del PBC: Donde dice: Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 61 - Reajuste de Precios - Procedimiento

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Reajuste de Precios Reajuste de Precios: Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 62 - SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, dice: El oferente contará con 20 días corridos a partir de la recepción por parte del adjudicado de la Orden de Entrega emitida por la Convocante para la entrega e instalación de los equipos según las Especificaciones Técnicas. Como es de público conocimiento, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la Siguiete manera: El oferente contará con 90 días corridos a partir de la recepción por parte del adjudicado de la Orden de Entrega emitida por la Convocante para la entrega e instalación de los equipos según las Especificaciones Técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 63 - CONDICIONES CONTRACTUALES. Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONDICIONES CONTRACTUALES. Porcentaje de Multas. La tasa (2%) que la Convocante pretende cobrar en caso de atraso en la entrega de los bienes, es muy alta en comparación a la tasa del 0,06% por día que la Convocante pagaría en caso de mora de los pagos. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante modificar este punto y reducir el Porcentaje de la Multa al 0,01% por día, a fin de que ambas partes contratantes se encuentren en “pie de igualdad”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 64 - Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la Página N° 23: Especificaciones Ítem 1 - ARCO EN C DIGITAL Donde dice: Garantía por escrito contra todo daño de dos años, a partir de la instalación, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios y puesta en funcionamiento Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración si la garantía debe incluir los repuestos consumibles, considerando que estos casos no son tomados como “defectos de fábrica”, si no que la sustitución se refiere a los casos de desgaste y o consumo de dichas piezas, como ejemplo el Tubo de Rayos X solicitamos aclarar el punto a fin de incluir dentro de los costos que se deben contemplar, mencionando además que incluyendo estos puntos aumentaría el precio del Equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 65 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la Página N° 11: Periodo de validez de la Garantía de los bienes Ítem 1 - ARCO EN C DIGITAL Donde dice: Garantía por escrito de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que la Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs, incluyendo la sustitución sin costos de piezas por daños originales de fábrica, requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		

Consulta 66 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CAPACIDAD TÉCNICA Respetuosamente solicitamos a la convocante solicite el siguiente documento: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC y en la Adenda 1		