

## Consultas Realizadas

# Licitación 387070 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA

### Consulta 1 - ITEM 3 Placas para PCR

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Favor especificar la capacidad en volumen de los pocillos de las placas . Solicitamos se pueda oferta en presentaciones inferiores a cajas x 50 unidades, manteniendo siempre el total de unidades, de tal manera a dar más posibilidades y aumentar el número de proveedores que ofertarán.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2020
La capacidad de volumen de los pocillos de las placas es de un maximo de 200 microlitros.  Con respecto a la presentación, se tendrán en cuenta ofertas con presentación inferior a 50 unidades por caja, siempre y cuando el precio unitario cotizado sea como minimo de 1 caja por 50 unidades, se mantenga el total de las unidades solicitadas y se ajuste a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - ITEM 3 Placas para PCR

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Favor especificar si las placas deben ser con o sin faldon?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2020
Se aclara que la placas deben ser CON FALDON		

### Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Donde dice: 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida, si podría ser 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida. Teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, y que todo proceso de importación es mucho más lento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2020
Se requiere que la oferta corresponda a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		