

Consultas Realizadas

Licitación 388244 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE (CENSSA) DEL MSPYBS

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
Con respecto a los items :		
1. Habilitación para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos, emitida por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente.		
2. Habilitación de Servicio Técnico de equipos y/o dispositivos médicos, emitida por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente.		
Solicitamos que los mismos no sean tenidos en cuenta para los items solicitados 1-2-4, dado que los mismos no son equipos y/o dispositivos médicos, son equipos de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
Adecuarse al PBC ya que es necesaria la garantía de los servicios de mantenimiento.		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2021
Se solicita amablemente al convocante ampliar el plazo de entrega a como mínimo de 30 días posteriores a la emisión de la orden de compra. Teniendo en cuenta que los artículos solicitados son equipamientos delicados que requieren un transito especial que los proteja de golpes y otros daños y este tipo de flete esta escaseando en este tiempo de Pandemia por COVID-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
Plazo de entrega: hasta 45 días hábiles después de la Recepción de la Orden de Compra por el Proveedor.		

Consulta 3 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
Plazo de Entrega: Solicitamos modificar el plazo de entrega a 30 ó 45 días hábiles.		
A raíz de la pandemia los tiempos de importación de los equipos se han visto alterados por los efectos de la pandemia misma en las fábricas y la falta de espacio de carga y transporte aéreo, para los productos importados.		
Nota: Es muy probable que el corto plazo de entrega exigido en el PBC limitará la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
Plazo de Entrega: hasta 45 días hábiles después de la Recepción de la Orden de Compra por el Proveedor.		

Consulta 4 - PARA EL ITEM : 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

- Ítem 1: Se podría ofertar equipo con velocidad máxima de 5000 RPM de acuerdo al rotor utilizado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 5 - PARA ITEM : 1 - Rotor fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

- Ítem 1: Se podría ofertar equipo con rotor fijo de 36 posiciones para tubos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 6 - ITEM:4 - Aclarar rango

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

- Ítem 4: Se solicita aclarar el rango de medición solicitado para el instrumento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

El rango de medición es de 10 a 1.000 gramos.

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem N° 1, se podrá cotizar el equipo con una velocidad máxima de 3500 RPM? Esto, a fin de brindar oportunidad de participación a oferentes que cuentan con dichas especificaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem N° 2, se podrá cotizar el equipo con Agitador de Encendido Manual? Esto, a fin de brindar oportunidad de participación a oferentes que cuentan con dichas especificaciones. Y en casi afirmativo, solicitamos a la convocante que incluya dentro de las EETT del ítem mencionado

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem N° 2, se podrá cotizar el equipo con Agitador de puerta simple? Esto, a fin de brindar oportunidad de participación a oferentes que cuentan con dichas especificaciones. Y en casi afirmativo, solicitamos a la convocante que amplie las EETT del ítem mencionado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al Pliego de Bases y condiciones.

Consulta 10 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas del ítem N° 2 – Agitador de Plaquetas a ENCENDIDO AUTOMATICO DESPUES DE 10 SEG o MANUAL. Vale aclarar que la misma no afectará la calidad ni funcionamiento del equipo, es más permitiría a la convocante a contar con mayor diversidad de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2021
-----------	--------------------	------------

Atenerse al Pliego de Bases y condiciones.

Consulta 11 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2021
----------	-------------------	------------

SUMINISTROS REQUERIDOS. Plan de Entrega de los Bienes. Fecha Final de entrega de los Bienes, dice: Dentro de los 10 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.
 Respetuosamente solicitamos a la convocante que el Plan de entrega quede de la Siguiete manera. Dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA 07.-

Consulta 12 - ITEM 1 - MACROCENTRIFUGADORA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2021
----------	-------------------	------------

SUMINISTROS REQUERIDOS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1
 Macrocentrifugadora dice: ROTOR OSCILANTE INTERCAMBIABLE CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS CAPACIDAD PARA 36 TUBOS (COMO MÍNIMO) DE 13 ML CADA UNO
 Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: ROTOR OSCILANTE INTERCAMBIABLE CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS CAPACIDAD PARA 12 TUBOS (como mínimo) DE 10 ML CADA UNO (como mínimo)

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.-

Consulta 13 - Ítem N° 1 Macrocentrifugadora

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2021
SUMINISTROS REQUERIDOS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1 Macrocentrifugadora dice: ROTOR OSCILANTE INTERCAMBIABLE CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS CAPACIDAD PARA 36 TUBOS (COMO MÍNIMO) DE 13 ML CADA UNO Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: ROTOR OSCILANTE INTERCAMBIABLE CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS CAPACIDAD PARA 12 TUBOS (como mínimo) DE 10 ML CADA UNO (como mínimo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2021
La consulta 13 fue respondida en la consulta 12 en fecha 28/06/2021. Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		