

Consultas Realizadas

Licitación 390932 - Adquisición de Equipos de Salud Ecógrafo para Policlínico dependiente de la Gobernación

Consulta 1 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
Donde dice "Sistema sonoline G-40 con software en español". Solicitamos a la Convocante modificar la descripción a "Ecografo modular multipropósito dedicado a aplicaciones y estudios de Abdomen, partes blandas, testiculares, cardiología, obstetricia, ginecología, tiroides, músculo-esquelético, eco FAST, eco Pulmonar, vascular." Esto debido a que la descripción actual se refiere a un modelo específico el cual ya no se encuentra disponible en el portafolio del fabricante y por ende tampoco se encuentran disponibles los repuestos originales, lo que impide asegurar su funcionamiento a largo plazo. Se trata de tecnología obsoleta que solo podría estar disponible en el mercado de equipos usados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-		

Consulta 2 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
Solicitamos a la Convocante aclarar si la estación de trabajo se refiere a la plataforma de trabajo incorporada en el ecógrafo con una "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB integrado" , que almacene estudios de pacientes incluyendo imágenes, informes, mediciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Se aclara que si debe contar con una "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB integrado" , que almacene estudios de pacientes incluyendo imágenes, informes, mediciones.		

Consulta 3 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
Donde dice "Monitor color de 15 pulgadas, de barrido progresivo (no entrelazado) y alta resolución" sugerimos a la Convocante modificar a "Monitor color LED de 21.5 pulgadas, de barrido progresivo (no entrelazado) y alta resolución" ya que este tamaño de monitor es el estándar para equipos modulares de tecnología actualizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-		

Consulta 4 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar donde dice "El procesamiento de señales en paralelo deberá contener velocidad de cuadros de hasta 469 F/seg." a "El procesamiento de señales en paralelo deberá contener velocidad de cuadros de al menos 2000 F/seg" ya este es el mínimo de velocidad con el que cuentan los equipos en la actualidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-

Consulta 5 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

Sugerimos a la convocante incluir en sus especificaciones "Posibilidad de adquirir a futuro software 3D/4D y transductor volumétrico" ya que se hace referencia a este tipo de estudio en el título del equipo solicitado, pero no así como requerimiento dentro de las especificaciones técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-

Consulta 6 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante incluir en sus especificaciones "Al menos 3 (tres) días de capacitación de uso y cuidados en el sitio de instalación para los usuarios, incluido en la oferta." con esto se asegura que los usuarios del equipo estén correctamente capacitados para utilizar correctamente el equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante ya ha establecido los requerimientos en el apartado de Capacidad Técnica, de manera a garantizar el funcionamiento y correcto uso de los equipos adquiridos.-

Consulta 7 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar si el equipo requiere de impresora térmica blanco y negro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el equipo no requiere impresora térmica blanco y negro.

Consulta 8 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
Solicitamos a la convocante aclarar si el equipo requiere de UPS con tecnología de onda senoidal con autonomía de al menos 30 minutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC. No se requiere UPS con tecnología senoidal debido a que el lugar donde será utilizado ya cuenta con dichos equipos.		

Consulta 9 - Ítem 1 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
Donde dice "Sistema sonoline G-40 con software en español". Solicitamos a la Convocante modificar la descripción a "Ecografo modular multipropósito dedicado a aplicaciones y estudios de Abdomen, partes blandas, testiculares, cardiología, obstetricia, ginecología, tiroides, músculo-esquelético, eco FAST, eco Pulmonar, vascular." Esto debido a que la descripción actual se refiere a un modelo específico el cual ya no se encuentra disponible en el portafolio del fabricante y por ende tampoco se encuentran disponibles los repuestos originales, lo que impide asegurar su funcionamiento a largo plazo. Se trata de tecnología obsoleta que solo podría estar disponible en el mercado de equipos usados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-		

Consulta 10 - Visita al Sitio

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones, página 7 se indica que las visitas al sitio "NO APLICAN"		
En base a las características del equipo, y la importancia de que el sitio de instalación cumpla con los requerimientos de espacio y condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante incluir la realización de una visita de verificación a la sala destinada para la instalación, contemplando un plazo razonable para la visita teniendo en cuenta las distancias del sitio de trabajo.-		
La importancia de lo consultado obedece a que los posibles oferentes puedan tener las garantías necesarias respecto a estas adecuaciones que podrían afectar el funcionamiento del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC.		

Consulta 11 - Visita al Sitio

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones, Página Número 07, se indica que las visitas al sitio "NO APLICAN"
En base a los requerimientos eléctricos del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra y edilicios como ser un piso firme y liso para el desplazamiento del equipo, solicitamos a la convocante aclarar si es necesario que el Oferente sea el responsable de las adecuaciones edilicias y eléctricas caso fuere necesario para la instalación y puesta en marcha del equipo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, reafirmamos la necesidad de realizar una visita de relevamiento de información al sitio de instalación y que la Convocante deberá detallar qué trabajos deber ser previstos de manera a garantizar la uniformidad de los servicios incluidos dentro de las propuestas de los distintos Oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones son bastante claras, teniendo en cuenta que la misma no incluye el servicio de instalación.-

Consulta 12 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece: "Autorización del Fabricante: NO APLICA".
Se solicita a la Convocante establecer cuanto sigue: "Se deberá presentar autorización del fabricante, Representante o Distribuidor de los Bienes ofertados conforme al FORMULARIO del presente PBC con fecha actualizada debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado por el Fabricante, Representante o Distribuidor o Carta de Distribución O Autorización O carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, consularizada e inscrita en el Registro Público de comercio, en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado.
Para fabricante presentar copia del Título de Marca."

Lo solicitado obedece a que en su mayoría los equipos de esta envergadura son importados, por lo que la presentación de Autorización del Fabricante le otorgará a la Convocante la certeza que el proveedor se encuentra autorizado para la comercialización del equipo, evitando con ello adquirir sin información de origen. o peor aun de procedencia ilegal.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC.

Consulta 13 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece: "Demostrar la experiencia en provisión de ecógrafos a Instituciones públicas o privadas, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 60 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2018; 2019 y 2020."
Documentos: "Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida."
Se solicita a la Convocante que la experiencia requerida sea en base a los últimos dos años (2019 y 2020) , ello en concordancia a lo establecido en lo requerido referente a Capacidad Financiera, permitiendo con ello una mayor participación de oferentes que pueden cumplir con el porcentaje requerido.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC.

Consulta 14 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>El PBC establece no establece requisitos legales que demuestran la capacidad técnica de los proveedores. Se solicita a la Convocante establecer la presentación de los siguientes documentos amparados en la Ley 4659/12 - Resolución -SG- Nº 669/16:</p> <p>a) Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. b) "Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos." c) Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. d) Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.</p> <p>Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Ante la consulta generada en este apartado, y con el objetivo de aumentar la posibilidad de competidores y no limitar a potenciales Oferentes, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC.-</p>		

Consulta 15 - Suministros requeridos- especificaciones técnicas:

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>En referencia al PBC "Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS", Página Número 23".</p> <p>Considerando los constantes cortes de energía eléctrica y las fluctuaciones de tensión que suelen presentarse en el sistema de abastecimiento eléctrico del país, recomendados a la convocante, incluir en las especificaciones técnicas un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o UPS por sus siglas en inglés, de acuerdo a los requerimientos de potencia del equipo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>la Convocante no cuenta con disponibilidad presupuestaria para incluir la adquisición del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), es mas, la Ciudad de Villarrica cuenta con una empresa proveedora de energía distinta a la ANDE y por lo general no existen fluctuaciones, ni cortes en el suministro de la energía eléctrica.</p>		

Consulta 16 - Plan de entrega de bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>El PBC establece: "5 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra. La orden de compra será remitida al correo electrónico declarado por el Oferente"</p> <p>Se solicita a la Convocante modificar dichos plazos estableciendo cuanto sigue:</p> <p>A los 60 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. Se tendrá por recibida la orden de compra a partir del siguiente día hábil a la remisión del correo conforme lo establece</p> <p>La extensión del plazo se debe a que los bienes son importados y los plazos deben ser estimados de contemplar los siguientes factores: fabricación, permisos administrativos del país de origen, trámites aduaneros de exportación, flete internacional y trámites aduaneros de importación. Así también es importante resaltar que, debido a las medidas sanitarias de trabajo por la pandemia, varios de estos procesos sufren demoras considerables.</p> <p>Se resalta que el plazo requerido por la Convocante es de cumplimiento imposible, inclusive para la modalidad de flete aéreo, lo cual resultaría en aumentos considerables en los costos de logística, a menos que la Convocante pretenda que los potenciales proveedores ya cuenten con un equipo con esas EEE.TT. en stock , lo cual es improbable teniendo en cuenta que los mismos son fabricados a necesidad.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC:</p> <p>5 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra. La orden de compra será remitida al correo electrónico declarado por el Oferente.-</p>		

Consulta 17 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>Página Número 12 y 13, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica que el plazo para la reparación o reemplazo de los bienes defectuosos es de 5 días.</p> <p>Solicitamos a la Convocante modificar en los siguientes términos: "El plazo para reparar o reemplazar repuestos será de 15 días hábiles a partir de la comunicación al proveedor en caso de que el bien ofertado sufra un desperfecto original del Fabricante"</p> <p>Lo solicitado obedece a que la reparación y la provisión de repuestos en caso de que no se encuentren en stock tienen que ser importados. Además, debe considerarse que para la prestación del servicio se debe contemplar la distancia del sitio del equipo.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Ante la consulta generada en este apartado, la Convocante se mantiene en lo que enuncia expresamente el PBC:</p>		

Consulta 18 - Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>En la página 12 del PBC sugerimos a la Convocante definir el periodo de garantía a 12 meses y aclarar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados.-</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las condiciones establecidas. En el punto "Plazo de reposición de bienes", se estipula el plazo de reposición y en que casos aplica dicha garantía (clausula estándar del PBC)</p>		

Consulta 19 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo. Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se mantiene en las condiciones establecidas. El Oferente debe contar con la solvencia económica de manera a proveer los equipos en tiempo y forma.-</p>		

Consulta 20 - Indicadores de Cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>Se menciona en el PBC al Acta de Recepción Definitiva como documento de cumplimiento no obstante la misma no se establece como documento para la solicitud de pago.- Solicitamos a la convocante modificar el indicador por la nota de remisión, en concordancia con las documentaciones requeridas para el pago, o en su defecto establecer quienes son los responsables de la emisión y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, además solicitamos que dicho documento sea emitido al momento de la entrega del bien. Lo solicitado obedece a la distancia del sitio de ejecución. -</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se aclara que el punto ya ha sido modificado. Remitirse a las adendas publicadas en el SICP</p>		

Consulta 21 - Formas y condiciones de pago:

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aclarar a quien debe dirigirse la solicitud de pago y el lugar físico en el que se debe presentar dicha solicitud acompañada de la documentación correspondiente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La presente clausula corresponde al pliego estándar de la DNCP. La Solicitud de pago deber ser dirigida a la Contratante (GOBERNACION DE GUAIRA) en la dirección que figura en los datos de la Convocante (Gral. Díaz y San Roque González)</p>		

Consulta 22 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>13. CONDICIONES CONTRACTUALES - Reajustes</p> <p>El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: El importe del precio ajustado de los bienes facturados debe corresponder a la siguiente fórmula: $Pr = P \times IPC1$ $IPC0$ Donde: Pr: Precio ajustado P: Precio adjudicado IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de pedido de reajuste. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de los sobres. 15 % = Mínimo necesario para el reajuste de precio.</p> <p>El reajuste solo será aplicado a solicitud del PROVEEDOR. El PROVEEDOR deberá solicitar reajuste contractual por escrito al CONTRATANTE. Con la solicitud el PROVEEDOR es quién deberá presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta. El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reajuste es hasta la presentación de la factura. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al contrato o a las órdenes de compra.</p> <p>El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P = Precio Reajustado a la Oferta Po = Precio Original de la Oferta Coe = Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao = Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe = Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao = Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se mantiene en las condiciones establecidas en el PBC.-		

Consulta 23 - Vigencia del contrato:

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2021
<p>Se establece: "La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2.021" Se solicita a la Convocante modificar lo mencionado estableciéndose: "La vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones" ello teniendo en cuenta las estipulaciones del PBC estándar aprobado por Resolución DNCP N° 2115/21 y lo establecido en el Resumen del Llamado, el cual contempla la vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones y evitar con ello un PBC contradictorio.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Remitirse a la ADENDA N°2		

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Sistema sonoline G-40 con software en español, solicitamos eliminar SONOLINE G-40 y diga Sistema con software en español ya que SONOLINE G-40 limita la participacion de oferentes al referirse a una marca específica

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes

Consulta 25 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Estación de trabajo DIMAQ IP disco rigido integrado de 40 GB: que almacene los estudios de pacientes, incluyendo imágenes, informes, mediciones. Capacidad de almacenamiento hasta 120.000 imágenes en blanco y negro y color.
 SOLICITAMOS eliminar DIMAQ IP ya corresponde a una marca específica, RECOMENDAMOS solicitar Disco duro de al menos 500Gb que almacene los estudios de pacientes, incluyendo imágenes, informes, mediciones. Capacidad de almacenamiento hasta 120.000 imágenes en blanco y negro y color.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes

Consulta 26 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Tecnología de abertura sintetica SynAps TM para lograr una mejor resolución en profundidad SOLICITAMOS DIGA Tecnología de abertura sintetica SynAps TM para lograr una mejor resolución en profundidad o imagen trapezoidal o tecnología similar ya que SynAps TM es una marca registrada por lo que se estaría limitando la participacion de los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes

Consulta 27 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Transductor lineal L105, ancho de banda de 10.0/4.0 Mhz., multihertz, modos mamas, musculo esqueléticos, pequeñas partes y superficiales. SOLICITAMOS MODIFICAR POR: Transductor lineal con ancho de banda de 10.0/4.0 Mhz., multihertz, modos mamas, musculo esqueléticos, pequeñas partes y superficiales o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes

Consulta 28 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
SOLICITAN: ECOGRAFO CON 4 TRADUCTORES, DOPLER COLOR, 4D		
Considerando que no solicitan adquisición 3D/4D, sugerimos modificar el requerimiento por lo siguiente: Ecógrafo multipropósito de aplicaciones avanzadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 29 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
DONDE DICE: Transductor Convex CH 5 2 , ancho de banda de 5.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color para estudios abdominales, renal, obstetricia y ginecología, pelvis. SOLICITAMOS DIGA: Transductor Convex con ancho de banda de 5.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color para estudios abdominales, renal, obstetricia y ginecología, pelvis o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 30 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
DONDE DICE: Transductor intracavitario EC 9 4, ancho de banda de 9.0/4.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color, para estudios intravaginales y transrectales. SOLICITAMOS DIGA: Transductor intracavitario con ancho de banda de 9.0/4.0 Mhz, multihertz, o mejor modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color, para estudios intravaginales y transrectales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 31 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
DONDE DICE: Transductor Phased Array P42, ancho de banda de 4.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color, para estudios cardiológicos en adultos, vasculares y abdominales. SOLICITAMOS DIGA: Transductor Phased Array con ancho de banda de 4.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado y Doppler Continuo, blanco y negro y color, para estudios cardiológicos en adultos, vasculares y abdominales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 32 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitan: Sistema sonoline G-40 con software en español		
<p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos eliminen este requerimiento, que direcciona a un único proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Se aclara que se ha excluido dicho requerimiento.-		

Consulta 33 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
DONDE DICE: Modos B, M, Doppler pulsado, Doppler color y Power Doppler, RECOMENDAMOS SOLICITAR Doppler Continuo, considerando que solicitan Transductor Cardiológico, la falta de CW limitaría la utilidad del transductor cardiológico imposibilitando la realización de estudios cardiológicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas solicitadas.-		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitan Ecografo con 4 transductores, doppler color, 4D, solicitamos diga Ecografo con 4 transductores, doppler color, y posibilidad a futuro de 4D considerando que esta opción incrementa el precio del equipo y no podrá utilizarse ya que no solicitan transductor Volumetrico para estudios 4d		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Considerando que solicitan un equipo con 4 transductores, solicitamos aclarar si el mismo debe ser nuevo, no remanufacturados o se aceptarán equipos usados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Todos los equipos deben ser nuevos		

Consulta 36 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar si los equipos deben ser NUEVOS o podrán ofertarse equipos usados o reacondicionados

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

todos los equipos deben ser nuevos

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: transductores, RECOMENDAMOS AGREGAR: No se podrán ofertar transductores que no alcancen los limites especificados

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas solicitadas, si algún Oferente no cumpla o presente equipos que no cumplan con las solicitadas, la Convocante rechazará dichas ofertas.-

Consulta 38 - ITEM N°1. ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Favor incluir las licencias que debe contar el equipo: Cardiológica,, General, Vascular y Gineco-Obstetricia de manera a asegurar que el equipo a ser adquirido cumpla los requerimientos que necesitan

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se ratifica en los requisitos solicitados y las especificaciones técnicas de los equipos requeridos

Consulta 39 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN: Estación de trabajo DIMAQ IP disco rigido integrado de 40 GB: que almacene los estudios de pacientes, incluyendo imágenes, informes, mediciones.</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO:</p> <p>Sistema beamforming digital de al menos 110.000 canales</p> <p>Al menos 260dB de rango dinámico</p> <p>2 puertos para transductores sectoriales, convexos, y lineales.</p> <p>8 focos simultáneos</p> <p>Ajuste de ganancia por profundidad de al menos 6 controles deslizables (TGC)</p> <p>Peso inferior a 38kg con manijas tanto delanteras como traseras para facilidad de traslado</p> <p>Presets configurables por aplicación y por transductor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Se aclara que, como lo establece la Adenda Publicada, se requiere tres puertos para los tres transductores, peso mayor a 50kgs. de 500 GB.</p>		

Consulta 40 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN; Capacidad de almacenamiento hasta 120.000 imágenes en blanco y negro y color.</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: Archivo digital de imágenes en disco duro de Estado Solido de al menos 128GB</p> <p>Archivo de imágenes en datos crudos, que permita MODIFICAR en las imágenes y videos archivados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes</p>		

Consulta 41 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
SOLICITAN; CD RW: compatible con discos CDR de lectura/escritura con capacidad de 650 o 700MB.		
Sugerimos modificar este requerimiento por: Lector grabador de CD/DVD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 42 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
SOLICITAN; Permite el almacenamiento y archivo de estudios completos de pacientes, incluidos imágenes estáticas, informes y mediciones.		
Sugerimos modificar este requerimiento por: Sistema de archivo de pacientes ordenados por número de documento, que almacene automáticamente las mediciones y compare el crecimiento fetal de hasta cuatrillizos en curvas de crecimiento individuales y grupales, sin reingresar las mediciones antiguas,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 43 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
SOLICITAN; Monitor color de 15 pulgadas, de barrido progresivo (no entrelazado) y alta resolución		
Sugerimos modificar este requerimiento por: Monitor color LED de alta resolución de al menos 15 pulgadas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 44 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
SOLICITAN; Modos B, M, Doppler pulsado, Doppler color y Power Doppler.		
Sugerimos modificar este requerimiento por: Modos de operacion: B, M, Color, Angio, angio bidireccional, Doppler Pulsado, Doppler Continuo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 45 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>Sugerimos soliciten adicionalmente los siguientes parámetros, de manera a obtener equipos que cuenten con todas las aplicaciones necesarias para un diagnóstico certero. Modo M anatómico, que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de cine de archivo.</p> <p>Modo M Color partiendo de una imagen 2D+Doppler Color Modo Triplex B+Color+PW en tiempo real, que NO desactive la tecnología de reducción de ecos especulares, ni la armónica en caso de estar activas, Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad, S/D, Velocidad Máxima, Velocidad Mínima, como mínimo Ajuste automático con un solo botón de: PRF, línea de base espectral Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor, disponible para todos los transductores. Posibilidad de incorporar un software que brinde imágenes y animaciones 3D clínicas de REFERENCIA DURANTE adquisición para protocolos abdominales, obstétricos, ginecológicos, carotídeos y cardíacos, como mínimo.</p> <p>Posibilidad de incorporar protocolos automáticos, que permita la activación de los diferentes modos de operación (Modo 2D, Dual, Color, PW, etc) además de textos. Deberá tener la posibilidad de incorporar una herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya mínimo Circunferencia Cefálica, Diámetro Biparietal, Circunferencia Abdominal, Longitud del Fémur. Posibilidad de incorporar Software de Análisis cuantitativo de velocidades tisulares de varios segmentos en simultáneo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes</p>		

Consulta 46 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN; Cineloop digital integrado.</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: Cineloop de velocidad de reproducción ajustable desde 15% hasta 400% en 10 o más pasos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes</p>		

Consulta 47 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN; El procesamiento de señales en paralelo deberá contener velocidad de cuadros de hasta 469 F/seg.</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: Velocidad de al menos 1200 cuadros por segundo y profundidad de imagen máxima de al menos hasta 33 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes</p>		

Consulta 48 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN; tecnología de abertura sintética SynAps TM para lograr una mejor resolución en Profundidad</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO: Modo B con angulación múltiple de haz de ultrasonido (Spatial Compounding), de al menos 4 niveles, Modo B con eliminación de Speckle de al menos 8 niveles diferentes en tiempo real, y aplicable a una imagen de archivo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Remitirse a la Adenda Publicada en la cual se modifican las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 49 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>Solicitan: Zoom Digital</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: Zoom postproceso de al menos 8x,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes</p>		

Consulta 50 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN: Armónicas Tisulares (THI). Deberá generar imágenes armónicas de los tejidos con diferentes opciones de frecuencias aumentando los resultados satisfactorios en los pacientes técnicamente difíciles de explorar.</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por: Imágenes armónicas codificadas, disponible para todos los transductores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>La Convocante se ratifica en las especificaciones técnicas publicadas en el PBC, dado que las mismas fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante.-</p>		

Consulta 51 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN: Transductor lineal L105, ancho de banda de 10.0/4.0 Mhz., multihertz, modos mamas, musculo esqueléticos, pequeñas partes y superficiales.</p> <p>.</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO: Transductor lineal de 4 a 13 MHz, con 4 frecuencias fundamentales y 4 armónicas, de al menos 128 elementos, para las siguientes aplicaciones: mamas, musculo esqueléticos, pequeñas partes y superficiales.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
<p>Remitirse a la Adenda Publicada en el SICP, en la cual se modifican algunos puntos de las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 52 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>Solicitan: Transductor Convex CH 5 2 , ancho de banda de 5.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y Doppler pulsado blanco y negro y color para estudios abdominales, renal, obstetricia y ginecología, pelvis.</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO:</p> <p>Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5 MHz, con 4 frecuencias fundamentales y 3 armónicas, de al menos 128 elementos, para las siguientes aplicaciones: abdominales, renal, obstetricia y ginecología, pelvis.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Remitirse a la Adenda Publicada en el SICP		

Consulta 53 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN: Transductor intracavitario EC 9 4, ancho de banda de 9.0/4.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color, para estudios intravaginales y transrectales.</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO: Transductor endocavitario con ancho de banda de 4.5 a 10MHz, con 3 frecuencias fundamentales y 3 armónicas, de al menos 128 elementos para las siguientes aplicaciones: gineco - obstétricas, urológicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Remitirse a la Adenda Publicada en el SICP.		

Consulta 54 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>SOLICITAN: Transductor Phased Array P42, ancho de banda de 4.0/2.0 Mhz, multihertz, modos B, M y doppler pulsado blanco y negro y color, para estudios cardiológicos en adultos, vasculares y abdominales.</p> <p>La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.</p> <p>Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO: Transductor Phased Array adulto con ancho de banda de 2 a 4 Mhz, para las siguientes aplicaciones: cardiología, abdominales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Remitirse a la Adenda Publicada.		

Consulta 55 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitan: Video impresora. Sugerimos especificar el enunciado de la siguiente manera: Video Impresora térmica B/N		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
La Convocante se ratifica en las especificaciones solicitadas, por las razones ya mencionadas en las respuestas de las Consultas 1, 2 y siguientes		

Consulta 56 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Por este medio dejamos en conocimiento a la convocante que los requerimientos de "ECOGRAFO CON 4 TRADUCTORES, DOPLER COLOR, 4D Sistema sonoline G-40 con software en español " menciona un modelo y una marca especifica por lo tanto los requisitos mínimos para su adquisición da interpretación o suposición que el llamado esta direccionado a una marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Los equipos y las especificaciones técnicas de las mismas, fueron solicitadas por el personal y equipo técnico del Policlínico, lugar donde se le dará uso al bien a adquirir, por tanto las especificaciones técnicas, han sido elaboradas conforme a la necesidad de la Convocante. Sin embargo se remite la Adenda de modificación de las EETT en base a las consultas y observaciones de los potenciales oferentes.-		