

Consultas Realizadas

Licitación 392630 - LPN SBE 44-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS

Consulta 1 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Consultamos la posibilidad de ampliar el Plazo de entrega a por lo menos 45 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 2 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Consultamos la posibilidad de ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días, desde la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 3 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Donde dice: Requiere instalación edilicia: SI. Creemos que hubo un error al poner SI en dicho requisito, considerando que los equipos solicitados no requieren ninguna instalación. Favor corregir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 4 - Ítem 3 Videolaringoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
4.12 Hojas de Videolaringoscopio Solicitamos revean el calculo del precio referencial establecido por los siguientes motivos: en la mayoría de los fabricantes, el procesador de imágenes y el chip distal que capta la imagen, se encuentran dentro de la pala de laringoscopia, por lo que lo convierte en la pieza más compleja del todo el producto y la que significa el 70 % por ciento de su costo. Solicitan 8 palas reutilizables para un Videolaringoscopio, lo que eleva el precio de forma muy considerable. Según presupuestos referenciales enviados a la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud en fecha 24.09.2020, se puede establecer que el costo referencial de un equipo con 1 Pala esta entre 90 a 150 millones dependiendo de los accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 5 - Ítem 3 Videolaringoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

4.12 Hojas de Videolaringoscopia
Solicitan Pala tipo DBLADE o hiperangulada, ¿podrían aclarar si precisan palas diseñadas especialmente para intubación difícil grado 1 a 4?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 6 - Ítem 3 Videolaringoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

4.12 Hojas de Videolaringoscopia
Consideramos excesivo contar con 8 palas para un solo videolaringoscopia (monitor), ya que no se podrán usar todas al mismo tiempo con el mismo monitor, y esto encarece innecesariamente el costo del equipo. Para cubrir todas las necesidades y tipos de pacientes, es suficiente que cada videolaringoscopia cuente con 3 palas, 1 pala dblade o hiperangulada para intubación difícil en adultos, 1 pala dblade o hiperangulada para intubación difícil pediátrica, y 1 pala tipo Miller para intubación difícil en neonatos. Recomendamos revisar las especificaciones técnicas y replantear este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 7 - Requisitos para Evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

No observamos entre los documentos la necesidad de presentar el Registro Sanitario expedido por DINAVISA, este es el documento habilitante para la importación de equipos médicos que sean seguros para su uso en pacientes. Consultamos si los equipos cotizados deben contar con Registro Sanitario vigente al momento de la presentación de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 8 - Requisitos para Evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

g) Certificado emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. El mismo será requerido legalizado por el Consulado del país de origen para la firma del contrato.

Debido a la pandemia del COVID-19 resulta casi imposible lograr que los documentos sean legalizados por el Consulado o estos tardan una eternidad, principalmente en algunos países de la Comunidad Europea, por lo que consultamos la posibilidad de presentar copia autenticada por Escribanía Pública

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - ITEM 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Solicitan en el punto 2.4.3. Diámetro exterior del canal de trabajo: 2.5 a 3.0mm. , creemos que hay un error de tipeo y que este se refiere al diámetro exterior del tubo de inserción ya que en el punto de abajo 4.4 nombran al diámetro interior del canal de trabajo. En caso de ser el Diámetro exterior del tubo de inserción solicitamos por favor que este sea de Diámetro exterior del tubo de inserción: 2.5 a 3.9 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Solicitan en el punto 4.12 Compatible con tubos endotraqueales partir de 3.5mm. solicitamos que se amplie el rango a Compatible con tubos endotraqueales partir de 3.5 a 4 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 11 - Item 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Solicitan en el punto 2.4.3. Diámetro exterior del canal de trabajo: 2.5 a 3.0mm. , creemos que hay un error de tipeo y que este se refiere al diámetro exterior del tubo de inserción ya que en el punto de abajo 4.4 nombran al diámetro interior del canal de trabajo. En caso de ser el Diámetro exterior del tubo de inserción solicitamos por favor que este sea de Diámetro exterior del tubo de inserción: 2.5 a 3.9 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 12 - Item 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Solicitan en el punto 4.20 Cepillo de limpieza, longitud 90cm, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades Solicitamos que se amplie el rango o se detalle: Cepillo de limpieza, longitud 90cm o con longitud compatible al fibroendoscopio ofertado, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 13 - Item 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Solicitan en el punto 4.24 Fuente de luz fría, portátil LED. Solicitamos si esta puede ser portátil o incorporada en el endoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 14 - Item 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.29 Peso: no mayor a 180gr . solicitamos que se aclare si se refiere al peso de la lámpara de luz led

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 15 - Item 2 Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.30 Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada. Solicitamos que sea : Debe incluir 10 pilas o baterias del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 16 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.3 Diámetro exterior del canal de trabajo: 5 a 5.5mm. , creemos que hay un error de tipeo y que este se refiere al diámetro exterior del tubo de inserción ya que en el punto de abajo 4.4 nombran al diámetro interior del canal de trabajo. Solicitamos que se aclare este punto .

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 17 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.20 Cepillo de limpieza, longitud 90cm, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades Solicitamos que se amplie el rango o se detalle: Cepillo de limpieza, longitud 90cm o con longitud compatible al fibroendoscopio ofertado, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 18 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.25 Fuente de luz fría, portátil LED. Solicitamos si esta puede ser portátil o incorporada en el endoscopio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 19 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el punto 4.26 Fuente de luz a pilas, para endoscopios. Sea opcional ya algunos endoscopios son a batería.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 20 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.30 Peso: no mayor a 180gr . solicitamos que se aclare si se refiere al peso de la lámpara de luz led

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 21 - Item 1 Fibroendoscopio de intubacion adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.31 Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada. Solicitamos que sea : Debe incluir 10 pilas o baterías del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 22 - Item 3 Videolarinoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan en el punto 4.14.Posibilidad de documentación de imágenes y secuencias de video, mediante boton en la hoja. Solicitamos que este sea Posibilidad de documentación de imágenes y secuencias de video, mediante boton en la hoja o mango. la hoja es la que queda dentro del paciente y que este el botón en la hoja es muy difícil sacar fotos o videos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 23 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

DICE: 1.4.1 Fibrovideoendoscopio flexible de intubación difícil.

CONUSLTA: Se podría ampliar el rango y ofertar Fibrovideoendoscopio o Videoendoscopio flexible de intubación difícil. Tienen la misma función, se usa de igual manera y es de mayor tecnología y duración

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 24 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.1 Fibrovideoendoscopio flexible de intubación difícil.		
CONSULTA: Se podría ampliar el rango y ofertar Fibrovideoendoscopio o Videoendoscopio flexible de intubación difícil. Tienen la misma función, se usa de igual manera y es de mayor tecnología y duración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 25 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.10 Longitud total: 90cm o mayor.		
CONSULTA: Se podría ofertar con longitud total de al menos 85 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 26 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.10 Longitud total: 90cm o mayor.		
CONSULTA: Se podría ofertar con longitud total de al menos 85 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 27 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.10 Longitud total: 90cm o mayor.		
CONSULTA: Se podría ofertar con longitud total de al menos 85 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 28 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.15 Tapón compensador de presión.		
CONSULTA: Se podría considerar opcional. solo si el equipo lo requiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 29 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.15 Tapón compensador de presión. CONSULTA: Se podría considerar opcional. solo si el equipo lo requiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 30 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.17 Porta tubos. CONSULTA: SE podría considerar opcional, ya que esto está dirigido a STORZ, modelo de accesorio 11301CF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 31 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.17 Porta tubos. CONSULTA: SE podría considerar opcional, ya que esto está dirigido a STORZ, modelo de accesorio 11301CF, que esta transcrita del catálogo de KARL STORZ		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 32 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.18 Tapa de cierre, esterilizable en autoclave, envase de 10 unidades. CONSULTA: Se podría ofertar con Tapa de cierre, esterilizable en autoclave o desechable, envase de 10 unidades. Ya que solo KARL STORZ fabrica esterilizable en Autoclave		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 33 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.18 Tapa de cierre, esterilizable en autoclave, envase de 10 unidades. CONSULTA: Se podría ofertar con Tapa de cierre, esterilizable en autoclave o desechable, envase de 10 unidades. Ya que solo KARL STORZ fabrica esterilizable en Autoclave		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 34 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.19 Intubador para broncoscopios, tamaño 2mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades. CONSULTA: SE podría considerar opcional? Ya que es un accesorio exclusivo de Karl Storz, y está transcrito desde su catálogo, el modelo de accesorio es 10310		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 35 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
Dice: Intubador para broncoscopios, tamaño 4mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades. CONSULTA: SE podría considerar opcional, ya que es un accesorio exclusivo de la marca KARL STORZ y está transcrito desde su catálogo, el modelo de accesorio de la marca es 10309		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 36 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.27 Rosca rápida. CONSULTA: Se podría ofertar de rosca rápida o fácil conexión? o luz led integrada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 37 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 2.4.26 Rosca rápida. CONSULTA: Se podría ofertar de rosca rápida o fácil conexión? o luz led integrada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 38 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
DICE: 1.4.31 Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada. CONSULTA: SE podría considerar opcional, solo si el equipo es a pilas, ya que algunos vienen con batería interna recargable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9		

Consulta 39 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
----------	-------------------	------------

DICE: 2.4.30 Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada.
 CONSULTA: SE podría considerar opcional, solo si el equipo es a pilas, ya que algunos vienen con batería interna recargable

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 9

Consulta 40 - ITEM 1 Fibroendoscopio Adulto - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante, amablemente actualizar los precios de referencia, que se encuentran totalmente desfazados en cuanto a precios del mercado, en al menos un 50% del precio actual, incluso los precios de referencia fueron recortados en la la ampliación del DICTAMEN U.O.C 450/21, dejando precios que no pueden ser cumplidos para los equipos solicitados

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

Consulta 41 - ITEM 2 Fibroendoscopio Pediátrico - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante, amablemente actualizar los precios de referencia, que se encuentran totalmente desfazados en cuanto a precios del mercado, en al menos un 50% del precio actual, incluso los precios de referencia fueron recortados en la la ampliación del DICTAMEN U.O.C 450/21, dejando precios que no pueden ser cumplidos para los equipos solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

Consulta 42 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

DICE: 4.7 Angulación arriba 130° o mayor
 CONSULTA: Recomendamos amablemente a la convocante solicitar la angulación arriba de al menos 180° o mayor, eso para poder acceder a cualquier punto de la via respiratoria aerea durante la intubación, ya que cuando mayor angulación más fácil acceso a lugares dificiles

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32

Consulta 43 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

DICE: 4.7 Angulación arriba 130° o mayor
 CONSULTA: Recomendamos amablemente a la convocante solicitar la angulación arriba de al menos 180° o mayor, eso para poder acceder a cualquier punto de la via respiratoria aerea durante la intubación, ya que cuando mayor angulación más fácil acceso a lugares dificiles

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32

Consulta 44 - Ítem 1 Fibroendoscopio de intubación adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.3 Diámetro exterior del tubo de inserción entre 5 y 5.3mm y diámetro interno del canal de trabajo de 2.6mm o superior. Creemos que hubo un error en la redacción de este requisito. El diámetro interior del canal de trabajo está descrito en el 4.4. La redacción correcta debería ser 4.3 Diámetro exterior del tubo de inserción entre 5 y 5.3mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 45 - Ítem 1 Fibroendoscopio de intubación adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.10 Longitud total: 85cm +/-5cm ¿Se podría cotizar longitud total: 85cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
La especificación refiere que puede cotizar con longitud total entre 80 cm a 90cm.		

Consulta 46 - Ítem 2 Fibroendoscopio de intubación pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.10 Longitud total: 85cm +/-5cm ¿Se podría cotizar longitud total: 85cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
La especificación refiere que puede cotizar con longitud total entre 80 cm a 90cm.		

Consulta 47 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.4 DIAMETRO INTERIOR DEL CANAL DE TRABAJO: 2 a 2.3 mm CONSULTA: hay una contradicción, ya que en el punto 4.3 se solicita diámetro interno del canal de trabajo de 2.6 mm o superior, lo recomendable para el diámetro del tubo de inserción solicitado, es que sea "DIAMETRO INTERIOR DEL CANAL DE TRABAJO: 2,6 mm o superior, como se solicita en el punto 4.4		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 48 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.3: DIAMETRO EXTERIOR DEL CANAL DE TRABAJO 2.5 a 3.0 mm CONSULTA: Creemos que hay un error, y solicitamos aclarar a la convocante, si se refiere al diámetro externo del tubo de inserción y no del canal de trabajo, además solicitamos poder ofertar con "Diámetro externo del tubo de inserción de 2.5 a 3.1 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 49 - Ítem 1 Fibroendoscopio de intubación adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.24 El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio ¿Se podría cotizar con luz led incorporado en el punta distal del endoscopio o fuente de luz led en caso de cotizar fibroendoscopios? De esta manera el requisito seria concordante con lo solicitado en el 4.26		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 50 - Ítem 2 Fibroendoscopio de intubación pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.24 El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio ¿Se podría cotizar con luz led incorporado en el punta distal del endoscopio o fuente de luz led en caso de cotizar fibroendoscopios? De esta manera el requisito seria concordante con lo solicitado en el 4.26		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 51 - Ítem 1 Fibroendoscopio de intubación adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
4.25 El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio ¿Se podría cotizar con luz led incorporado en el punta distal del endoscopio o fuente de luz led en caso de cotizar fibroendoscopios? De esta manera el requisito seria concordante con lo solicitado en el 4.26		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 52 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.8 ANGULACION ABAJO 120º o MAYOR CONSULTA: Recomendamos amablemente a la convocante solicitar la angulación abajo de al menos 130º o mayor, esto para poder acceder a cualquier punto de la via respiratoria aerea durante la intubación, ya que cuando mayor angulación más fácil acceso a lugares dificiles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 53 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.8 ANGULACION ABAJO 120° o MAYOR CONSULTA: Recomendamos amablemente a la convocante solicitar la angulación abajo de al menos 130° o mayor, esto para poder acceder a cualquier punto de la via respiratoria area durante la intubación, ya que cuando mayor angulación más fácil acceso a lugares difíciles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 54 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.23 TAPA DE CIERRE CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto ya que se encuentra repetido, también se solicita en el punto 4.18		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 55 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.23 TAPA DE CIERRE CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto ya que se encuentra repetido, también se solicita en el punto 4.18		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 56 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
DICE: 4.4 DIAMETRO INTERIOR DEL CANAL DE TRABAJO:1 a 1,5 mm CONSULTA: Solicitamos a la convocante que el canal de trabajo solicitado sea de 1.2 a 1.5 mm, esto teniendo en cuenta que los instrumentales, en su mayoría, son compatibles con canal de trabajo a partir de 1.2 mm y no canales de 1.0 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 57 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
CONSULTA: De cuántas pulgadas deberá ser la pantalla del equipo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32		

Consulta 58 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA: De cuántas pulgadas deberá ser la pantalla del equipo solicitado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32

Consulta 59 - EETT - ITEM 1 Fibroendoscopio de Intubación Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Cuántos botones deberá tener el equipo? Se recomienda al menos 3 botones, para zoom, captura de imagen, grabación y congelamiento de la imagen

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32

Consulta 60 - EETT - ITEM 2 Fibroendoscopio de Intubación Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Cuántos botones deberá tener el equipo? Se recomienda al menos 3 botones, para zoom, captura de imagen, grabación y congelamiento de la imagen

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N°32