

Consultas Realizadas

Licitación 392827 - ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS Y CAMAS ELÉCTRICAS CON BALANZA INCORPORADA

Consulta 1 - Adjudicacion por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2021
Solicitamos a la convocante considerar la adjudicacion por Item, para dar cumplimiento a lo que estable la ley para la libre competencia, y de esa manera dar oportunidad a mas oferentes y beneficiar a la convocante con mas ofertas para evaluar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2021
Considerando que lo solicitado corresponde a equipos importados, solicitamos a la convocante la posibilidad de ampliar el plazo a 30 días. llevando tambien en cuenta la situacion de la pandemia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		

Consulta 3 - Adjudicacion por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2021
Solicitamos a la convocante considerar la adjudicacion por item para dar cumplimiento a lo establecido en la DNCP , y de esa manera dar oportunidad a mas oferentes y beneficiar a la convocante con mas ofertas para evaluar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2021
Tratándose de equipos importados, solicitamos a la convocante considerar 30 días para el plazo de entrega. Llevar en cuenta también la situación de la pandemia para la importación de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		

Consulta 5 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
* En el Apartado relacionado a las Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, punto 2, Plan de Entregas en el cual se estipula: Una vez remitida la orden, la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados desde el día siguiente (sic). Solicitamos a la Convocante analice la posibilidad de establecer un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la orden de compra. Esto debido a que los equipos solicitados son importados, lo cual imposibilitaría entregar los mismos en el plazo solicitado, esto sumando a las sobre demoras existentes en tiempo de fabricación e importación debido a la pandemia mundial por el COVID-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		

Consulta 6 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
De manera a poder asegurar la complejidad, calidad y funcionalidad del equipo solicitado, recomendamos incluir las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medición de CO2 en corriente principal- Programa de oxigenación para aspiración endotraqueal.- Parámetros de ventilación preestablecidos en función del peso corporal ideal o de la categoría del paciente Las especificaciones recomendadas las cumplen los equipos de Alta complejidad y son de vital importancia durante su uso, además debido a la pandemia del COVID-19, son especificaciones que facilitan el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.		

Consulta 7 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>En el punto 5.2 de las Especificaciones Técnicas solicitan Ventilación Asistida/Controlada y SIMV, controlada por presión. Solicitamos amablemente a la Convocante a modificar este punto por Ventilación intermitente sincronizada controlada por presión y agregar a estas especificaciones técnicas Posibilidad de Crecimiento a futuro mediante software en los siguientes modos ventilatorios:</p> <ul style="list-style-type: none">-Respiración espontánea bajo presión positiva continua (PC-APRV)-Ventilación controlada por presión y por asistencia (PC-AC)-Ventilación controlada por volumen para garantizar un volumen minuto mandatorio (VC-MMV) <p>Esto permitirá el cumplimiento total de las especificaciones como así también el tiempo de entrega solicitado para estos equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 8 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>En el punto 6.11 de las Especificaciones Técnicas solicitan Concentración de CO₂. Solicitamos a la Convocante la modificación de este punto por Concentración de CO₂ espiratoria final EtCO₂ De 0 a 100 mmHg o mayor De manera que la Convocante asegure que el equipo adquirido será un equipo que cumpla con la condición de Alta Complejidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.</p>		

Consulta 9 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>En el punto 6.19 de las Especificaciones Técnicas solicitan Despliegue simultáneo de las siguientes curvas de Ventilación:. Solicitamos a la Convocante incluir dentro de estas curvas el parámetro CO₂-Tiempo. Ya que el CO₂ es un parámetro solicitado en estas especificaciones y esta curva brinda una herramienta mas al equipo para monitorizar los parámetros respiratorios del paciente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.</p>		

Consulta 10 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>Solicitamos amablemente a la Convocante eliminar los siguientes puntos:</p> <p>10.7 Al menos 1 accesorios completos para nebulización (compatibles con el equipo y los circuitos pacientes de este ítem)</p> <p>10.8 Nueve mascarillas reusables de tamaños grande, mediano y chico, tres de cada tamaño. Con arnés o sujetador.</p> <p>10.9 - Filtro exhalatorio de bacterias descartable. Cantidad: 25 (veinticinco)</p> <p>11.1 - Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem.</p> <p>11.2 Soporte al ventilador o la base rodante</p> <p>11.3 Cámara de humidificación reusable adulto</p> <p>De manera a poder cumplir en tiempo y forma con las demás EETT y también con el tiempo de entrega solicitado para este equipo. Estos accesorios encarecen de sobremanera el costo final del equipo, y teniendo en cuenta que varios de ellos no son de vital importancia y tampoco son utilizados, consideramos innecesaria la inclusión de todos ellos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
: El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 11 - ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>En el punto 10.10 de las Especificaciones Técnicas solicitan Se debe incluir 2 (dos) conjuntos de cartuchos exhalatorios o filtro o cassetes exhalatorio o válvula exhalatoria o sensor de flujo o cualquier componente a ser cambiados por cada paciente para su limpieza, desinfección o esterilización. Solicitamos a la convocante modificar este punto por Se deberán incluir 1 (una) válvula exhalatoria esterilizable. De manera a poder cumplir en tiempo y forma con las demás EETT y también con el tiempo de entrega solicitado para este equipo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 12 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
<p>* El apartado 9 del Pliego de Bases y Condiciones solicita en su punto g) que: Los bienes ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente (sic), se solicita la Convocante estudie la posibilidad de solicitar la presentación la constancia de mesa de entrada de que el Registro Sanitario se encuentra en trámite.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.		

Consulta 13 - Lote 2. CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA.

Consulta	Fecha de Consulta	19-03-2021
Item 1. CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA. Consulta 1. En el punto donde dice: Sección de rodilla que cubra el rango de 0-40° como mínimo Se pide a la convocante poder abrir este punto de modo que el rango solicitado sea de 0 30° , para así poder dar mayor oportunidad a oferentes de marcas con trayectoria reconocida mundialmente, ya que una diferencia de 10° en la elevación de la sección de rodilla no conlleva beneficios terapéuticos significativos en tratamientos cortos ni prolongados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. En el punto 6.7 de este mismo ítem ya se solicita VM espontáneo. El parámetro VTspon corresponde al Volumen Tidal o Volumen Corriente espontáneo, el cual es un parámetro monitorizado por varias marcas del mercado. No es exclusiva de una sola marca.		

Consulta 14 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Respecto al ítem 6.9 en donde solicitan Vtspon, pedimos considerar este parámetro como opcional y se incluya el parámetro VM espontaneo como posibilidad de medición ya que el termino Vtspon es exclusivo de la marca Draguer y por otro lado el parámetro VM es el indicador clínico mayormente utilizado por los médicos. De esta manera se daría apertura al ítem para participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a parámetros disponibles en varios equipos del mercado y no solo a un fabricante. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 15 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el ítem 6.20 de los gráficos de bucles donde dice Pr. Traqueal Volumen, Flujo - Pr. Traqueal y Despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal solicitamos amablemente a la convocante que indique los ítems como opcionales, y considere los gráficos de Presión Volumen y Flujo Presión solicitados en el punto 6.19, ya que es lo que usualmente se utiliza puesto que es una opción que solo un fabricante lo puede cumplir y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.		

Consulta 16 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>En el ítem 9.3 donde dice Sensor de flujo reusable. Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar una cantidad mínima de provisión con el equipo de sensores de flujo descartables; atendiendo que el uso de sensores y fungibles descartables es lo recomendado por OMS en cuanto a seguridad y prevención de contaminación entre pacientes y personal de blanco, todos los accesorios de conexión con el paciente deben ser descartables tales como sensores de flujo, circuitos pacientes, vías, etc. Por tal motivo sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Sensor de flujo reusable o descartable. Para el sensor de flujo reusable se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, y para el caso del sensor de flujo descartable se deberá entregar 10 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a tecnologías disponibles en varios equipos del mercado. La perilla selectora permite la utilización del equipo incluso en casos en que la pantalla táctil resulte averiada.</p>		

Consulta 17 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>En el ítem 9.9 donde dice Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control solicitamos amablemente a la convocante considere este ítem como opcional, puesto que limita la participación de mejores tecnologías ya que existen ventiladores que donde todo el control del equipo se realiza en una pantalla táctil.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 18 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>En el ítem 11.3 solicitan humidificador reusable adulto. Solicitamos a la convocante poder entregar 2 circuitos descartables con cámara humidificador, los motivos son que en tiempo de pandemia los accesorios reutilizables no están utilizando y la recomendación es utilizar todos los productos en forma descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 19 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>En el ítem 9.3 solicitan sensor de flujo reusable adulto. Solicitamos a la convocante que se pueda cotizar 5 sensores descartables en reemplazo de los sensores reusables porque en tiempo de pandemia no se está fabricando por el alto contenido viral que puede tener un sensor de flujo reusable y podría afectar directamente a los funcionarios que se encargan de la limpieza de dichos accesorios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca.</p>		

Consulta 20 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Subítem 4.4: Donde dice manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos con Manipuleo y control directamente mediante pantalla táctil de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca.</p>		

Consulta 21 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Subítem 4.10: Donde dice Capacidad de almacenamiento de 1000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar monitores con capacidad de almacenamiento de 1.200 mediciones de PANI o registro más reciente, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas, independientemente de la cantidad de registros realizados en esas horas, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 22 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Subítem 4.19: Donde dice Con batería de al menos 350 minutos de autonomía Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con al menos 120 minutos de duración, sin necesidad de baterías externas. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.</p>		

Consulta 23 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 4.20: Donde dice Disponibilidad de upgrade mediante módulos y accesorios en las mediciones y parámetros de etCO2 y gasto cardiaco Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Disponibilidad de actualización en las mediciones y parámetros (BIS, EEG, Transmisión Neuro Muscular, CO, O2, CO2, N2O y anestésicos volátiles) mediante la conexión de módulos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 24 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.1.2: Donde dice Posibilidad de despliegue de hasta 7 derivaciones Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Posibilidad de despliegue de hasta 12 derivaciones, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 25 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.1.4: Donde dice Detección de por lo menos 15 arritmias Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con detección de por lo menos 12 arritmias, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 26 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.1.5: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición 15 a 300 lpm, PED/NEO: de 15 a 350 lpm. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición de 20 a 300 lpm. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 27 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.2.2: Donde dice Pulso 30 a 250 rpm solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Pulso 30 a 300 rpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 28 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.2.3: Donde dice Despliegue numérico de saturación de oxígeno solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de saturación de oxígeno de 0 a 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 29 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.3.2: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia respiratoria Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 170 respiraciones por minuto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 30 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.4.3: Donde dice Rango de medición absoluta de 5° C a 50° C Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rango de medición Absoluta de -1° C a 45° C.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 31 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.5.2: Donde dice Modos para la toma de presión: manual, automático y continuo Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 240, 480 minutos y 24 horas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 32 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 5.6.1: Donde dice al menos tres canales Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rótulo para 8 presiones o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 33 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Subítem 6.12: Donde dice Con silenciador de alarmas temporizado Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos Con silenciador de alarmas. de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 34 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan Sección de espalda que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Solicitamos a la convocante que la sección de espalda sea 0 a 70 como mínimo para garantizar que dicha sección sea aprovechada para el levantamiento del paciente para su comodidad en el momento de realizar ejercicios respiratorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		

Consulta 35 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan colchón de 10 cm de espesor como mínimo. Solicitamos a la convocante que el espesor mínimo sea de 15cm esto ayudara a reducir la presión sobre el cuerpo del paciente en los puntos de contacto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 36 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan que la cama deberá estar recubierto y protegido con plástico ABS. Solicitamos a la convocante que esta opción sea opcional o permitir cubierta en acero o polímero similar de alta resistencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 37 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan Batería de respaldo no inferior a 50hs. Solicitamos a la convocante si se refiere a 50hs de uso o en standby los motivos son que la duración de la batería depende de la cantidad y condiciones de uso: peso del paciente y tipo de movimientos efectuados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.		

Consulta 38 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el punto 9 CAPACIDAD TECNICA, punto g) Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos, presentando la mesa de entrada o constancia de estar en trámite el registro sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.		

Consulta 39 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 45 días, teniendo en cuenta los escasos vuelos de fletes, por causa de la pandemia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		

Consulta 40 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Solicitamos amablemente a la convocante utilice el sistema de Adjudicación por Lote único, incluyendo los 3 ítems en un sólo lote, de manera a tener una mayor competitividad y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		

Consulta 41 - 9. Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
DICE: Los equipos ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente		
SOLICITAMOS: Amablemente a la convocante, permitir ofertar con Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente o bien Constancia de mesa de entrada, de que el Registro Sanitario se encuentra en trámite, ya que DINAVISA tiene solicitudes que se encuentran en trámite hace mas de 1 año, sin emitir el respectivo Certificado de Registro Sanitario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.		

Consulta 42 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Considerando que lo solicitado se debe importar, y por la pandemia los procesos de importación son mas burocráticos y lento de lo habitual, solicitamos ampliar el plazo de entrega, a 30 días hábiles a partir del cobro del anticipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		

Consulta 43 - LOTE 1 - Ventilador Pulmonar y Monitor

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Adjudicación por LOTE - Solicitamos a la convocante considerar la adjudicación por ITEM, para poder dar cumplimiento a lo que establece la ley de libre competencia, y de esa manera dar oportunidad a más oferentes de participar del llamado en curso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		

Consulta 44 - Lote 1 Item 2 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Punto 4.21 Solicitamos a la convocante aceptar batería de al menos 210 minutos sin autonomía. para dar oportunidad a más oferentes .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 45 - LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Punto 6.6 Donde dice, frecuencia respiratoria total y espontánea de 0 a 150 rpm. Solicitamos diga frecuencia respiratoria total y espontánea de 0 a 120 rpm, considerando que solicitan medición de Frecuencia respiratoria hasta 80rpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 46 - LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Punto 6.11 Donde dice concentración de CO2, solicitamos aclarar si se debe incluir el módulo de CO2 que permita la realización de capnografía o si se refiere a que tenga la posibilidad de monitoreo de CO2 en caso de que en el futuro se adquiera el módulo en el futuro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda. El equipo debe permitir la monitorización de CO2 de acuerdo a la tecnología con que cada marca cuenta.		

Consulta 47 - LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
PUNTO 6.20 Donde dice despliegue de los siguientes bucles: -Pr traqueal/Volumen, - Flujo/ Pr Traqueal, - Despliegue de curva de presión traqueal con medicion numérica de la presión traqueal, Solicitamos diga: despliegue de los siguientes bucles: -Pr traqueal/Volumen, - Flujo/ Pr Traqueal, o Despliegue de curva de presión traqueal con medicion numérica de la presión traqueal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 48 - Item1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Presión de apertura de la válvula de seguridad 120 mbar (o hPa o cmH2O) solicitamos permita ofertar ventiladores con Presión de apertura de la válvula de seguridad 100 mbar (o hPa o cmH2O)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 49 - Item1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Donde dice capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 10 días o 240 hs Solicitamos a fin de dar mayor participación a los oferentes diga: capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 3 días o 72 hs o hasta 1000 eventos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 50 - LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Donde dice Punto 10.3 Batería interna con autonomía para 45 min aproximadamente (ampliación opcional hasta 5hs o más). Solicitamos solicitar equipos con autonomía para 45 minutos o más y que la ampliación de la batería hasta 5 hs o más sea opcional y no excluyente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 51 - Item1 Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Punto 10.6 Donde dice 25 circuitos pacientes adulto descartables (Incluye adaptadores, conectores y trampas de agua. Debe ser compatible con el humidificador. Recomendamos solicitar que el ventilador ofertado sea compatible con circuitos pacientes genéricos y no solo exclusivos de una marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 52 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Solicitamos amablemente que la convocante modifique el sistema de adecuación, y que la misma sea por ITEM, ya que hay empresas que tienen la capacidad de proveer de manera inmediata los ventiladores Pulmonares y no así los monitores multiparametricos, por el hecho de no contar dentro de su portafolio de productos o simplemente que los plazos de entrega de los mismos son muy complicados por la alta demanda a nivel mundial a causa de la pandemia del COVID-19. Esta modificación permitirá al hospital tener a su disposición equipos de manera inmediata, además permitirá que más empresas puedan ofertar y no limitar la cantidad de participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		

Consulta 53 - 9 Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
En el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio, dice en el punto h) Normas de calidad específica FDA, CE o al menos alguna de ellas y normas de calidad generales ISO 13485. Todas las certificaciones deberán estar en idioma español		
Solicitamos a la convocante, amablemente que además de las normas específicas requeridas, también se permita ofertar con normas específicas del MERCOSUR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Estos certificados demuestran el cumplimiento de altos estándares de Calidad en los procesos de producción de los equipos, con la solicitud de estos certificados lo que se busca es contar con equipos de excelente calidad y con las mejores prestaciones.		

Consulta 54 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Solicitan: Que soporte un peso de 240 kg como mínimo Sugerimos consideren modificar este requerimiento por: Carga de trabajo segura de al menos 250 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.		

Consulta 55 - LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Punto 10.5 Se deberán incluir todos los accesorios no contemplados en estas especificaciones técnicas que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos favor aclarar si el equipo debe contar con el módulo para CO2 o solo debe contar con la posibilidad de CO2 ya que para poder monitorear la concentración de CO2 solicitado en el punto 6.11 y para obtener los bucles solicitados en el Punto 6.20 de Pr traqueal/ Volumen y Flujo/ Pr traqueal este módulo debe estar incluido. Solicitamos aclarar este punto ya que la inclusión de este modulo elevaría significativamente el costo del equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda. El equipo debe permitir la monitorización de CO2 de acuerdo a la tecnología con que cada marca cuenta.</p>		

Consulta 56 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan: Batería de respaldo no inferior a 50 hs. Considerando que la función de las baterías en una cama eléctrica es sólo de respaldo en caso de cortes de energía o para utilización durante el traslado, y que una batería con tantas horas de autonomía incrementaría innecesariamente el peso del equipo, y además es difícil cuantificar la duración de la misma, ya que el consumo de la misma depende de los movimientos realizados, solicitamos modificar el requerimiento por Batería de respaldo, que permita realizar todos los movimientos de la cama.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 57 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan: Medidas del sector paciente: Largo: 190 cm o más Ancho: 80 cm o más. Considerando la capacidad de carga solicitada sugerimos modificar estos requerimientos por: Medidas del sector paciente: Largo: 208 cm o más Ancho: 86 cm o más.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 58 - LOTE 1 PUNTO 3.1

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante que se incluya Normas de calidad Mercosur, teniendo en cuenta que por la pandemia del COVID-19 es mucho más fácil importar equipos y repuestos de los fabricantes localizados en el Mercosur. Esto permitirá al hospital contar con equipos de manera inmediata y así como tendrá la ventaja de contar con soporte de fabrica en tiempo real y sin demoras, así como también se podrá realizar consultas de manera directa en el mismo idioma, evitando el problema debido al idioma. Sin mencionar que cualquier envío de repuesto seria mucho más rápido a nivel Mercosur que otros fabricantes europeos, americanos y asiáticos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Estos certificados demuestran el cumplimiento de altos estándares de Calidad en los procesos de producción de los equipos, con la solicitud de estos certificados lo que se busca es contar con equipos de excelente calidad y con las mejores prestaciones.</p>		

Consulta 59 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan: Dimensiones totales: Longitud total: 235 cm o menos Ancho total: 115 cm o menos. Considerando las dimensiones del sector paciente solicitado y de manera a ahorrar espacio sugerimos modificar estos requerimientos por: Longitud total: 223 cm o menos Ancho total: 105 cm o menos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 60 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan:</p> <p>Que permita dar las siguientes posiciones eléctricamente:</p> <p>Sección de espalda que cubra el rango de 0º a 65º como mínimo.</p> <p>Sección de rodilla que cubra el rango de 0º a 40º como mínimo.</p> <p>Altura ajustable:</p> <p>Altura máxima: 70 cm o más.</p> <p>Altura mínima: 55 cm o menos.</p> <p>De manera a contar con un diseño ergonómico para preservar la salud del personal de blanco sugerimos soliciten que el equipo trabaje en los siguientes rangos:</p> <p>Que permita dar las siguientes posiciones eléctricamente:</p> <p>Sección de espalda que cubra el rango de 0º a 70º como mínimo.</p> <p>Sección de rodilla que cubra el rango de 0º a 30º como mínimo.</p> <p>Altura ajustable:</p> <p>Altura máxima: 78 cm o más.</p> <p>Altura mínima: 40 cm o menos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.</p>		

Consulta 61 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan: Función CPR con botón de reinicio</p> <p>Sugerimos modificar este requerimiento por:</p> <p>Función CPR eléctrica y Mecánica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.</p>		

Consulta 62 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan:</p> <p>Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.</p> <p>De manera a evitar lesiones de úlceras por presión sugerimos soliciten al menos Colchón de 14 cm de espesor, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la CAMA y dimensiones acorde al modelo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.</p>		

Consulta 63 - LOTE 2 ITEM 1 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitan: Batería de no menos de 50 hs de duración.</p> <p>Considerando que la función de las baterías en una cama eléctrica es sólo de respaldo en caso de cortes de energía o para utilización durante el traslado, y que una batería con tantas horas de autonomía incrementaría innecesariamente el peso del equipo, y además es difícil cuantificar la duración de la misma, ya que el consumo de la misma depende de los movimientos realizados, solicitamos modificar el requerimiento por Batería de respaldo, que permita realizar todos los movimientos de la cama.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.</p>		

Consulta 64 - Forma de adjudicación por lote

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Donde dice: Forma de adjudicación por Lote, Solicitamos a la convocante considerar la adjudicación del Lote 1 por Item, de manera a asegurar lo que estable la ley para la libre competencia, además de esta manera se daría mayor oportunidad a los oferentes y a la vez beneficiar a la convocante asegurando precios más ventajosos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.</p>		

Consulta 65 - LOTE 1 PUNTO 9.9

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante que la perilla selectora sea opcional, o que dicha solicitud sea eliminada, ya que no se justifica la existencia del mismo ya que la pantalla táctil es una solución más práctica y con menos posibilidades de fallas. Hay que tener en cuenta las perillas son tecnologías obsoletas. En honor a la transferencia y la igualdad de condiciones solicitamos que sea eliminado o en todo caso la perilla sea opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a tecnologías disponibles en varios equipos del mercado. La perilla selectora permite la utilización del equipo incluso en casos en que la pantalla táctil resulte averiada.</p>		

Consulta 66 - LOTE 1 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
<p>Donde dice capacidad de visualización via remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad médica, solicitamos aclarar si esta función debe estar activada y si se debe incluir en la oferta todos los softwares y equipos informáticos necesarios que permitan la visualización remota o si solo debe ser una opción a futuro</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. La función solicitada debe estar disponible en el equipo en caso se necesite implementar un monitoreo central.</p>		

Consulta 67 - Item 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Donde dice capacidad de visualización via remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad médica, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. La función solicitada debe estar disponible en el equipo en caso se necesite implementar un monitoreo central.		

Consulta 68 - LOTE 1 PUNTO 10.3

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2021
Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda presentar UPS externa para el caso de presentar equipos con compresor. Ya que por la naturaleza de los compresores estos no pueden tener fuentes de alimentación en común con los ventiladores Pulmonares, por la carga reactiva de los motores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-03-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.		

Consulta 69 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2021
DICE: Los equipos ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente CONSULTA: En el plazo anterior de consultas, ya realizamos esta misma consulta a la convocante, donde la respuesta fue ajustarse al pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente. LA CONSULTA y el pedido a la convocante es ampliar este requisito, permitiendo ofertar equipos con MESA DE ENTRADA o constancia de MESA DE ENTRADA DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO, entendemos la necesidad de contar con registro sanitario, pero si la entidad encargada de emitir dichos registros, demora en evaluar carpetas, con plazos que van mas allá de un año inclusive, siendo nosotros, las empresas del rubro, los que sufrimos las consecuencias. Asi como la entidad convocante, no es flexible en sus plazos de entrega, por la urgencia y necesidad que existe en este momento por pandemia. Nosotros, como empresa, también necesitamos poder participar, ya que damos empleos y mano de obra, y vivimos de las ventas de equipos médicos, no limitando el llamado, a solo algunas empresas que pudieran ya tener el registro sanitario definitivo de sus equipos, que por cierto, son muy pocas empresas y productos que aún poseen el registro sanitario definitivo, Expresando esto, esperamos la comprensión de la convocante y la buena voluntad de permitir ampliar lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.		

Consulta 70 - Especificaciones Técnicas / Cama Eléctrica para paciente con balanza integrada

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2021
DICE: ALTURA AJUSTABLE: ALTURA MAXIMA 70 cm o más, ALTURA MINIMA 55 cm o menos CONSULTA: Ya que estas camas, serán utilizadas en lugares críticos, solicitamos a la convocante considerar mejores prestaciones en las ALTURAS MAXIMAS y MINIMAS solicitadas, siendo la ALTURA MAXIMA 75 cm o mas y la ALTURA MINIMA: 40 cm o menos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.		

Consulta 71 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Nuevamente respecto al ítem 6.9 en donde solicitan Vtspn, pedimos considerar este parámetro como opcional y se incluya el parámetro VM espontaneo como posibilidad de medición ya que el termino Vtspn es exclusivo de la marca Dragger y por otro lado el parámetro VM es el indicador clínico mayormente utilizado por los médicos. De esta manera se daría apertura al ítem para participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. En el punto 6.7 de este mismo ítem ya se solicita VM espontáneo. El parámetro VTspon corresponde al Volumen Tidal o Volumen Corriente espontáneo, el cual es un parámetro monitorizado por varias marcas del mercado. No es exclusiva de una sola marca.		

Consulta 72 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
En el ítem 6.20 de los gráficos de bucles donde dice Pr. Traqueal Volumen, Flujo - Pr. Traqueal y Despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal solicitamos amablemente a la convocante que indique los ítems como opcionales, y considere los gráficos de Presión Volumen y Flujo Presión solicitados en el punto 6.19, ya que es lo que usualmente se utiliza puesto que es una opción que solo un fabricante lo puede cumplir y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a parámetros disponibles en varios equipos del mercado y no solo a un fabricante. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.		

Consulta 73 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>En el ítem 9.3 donde dice Sensor de flujo reusable. Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar una cantidad mínima de provisión con el equipo de sensores de flujo descartables; atendiendo que el uso de sensores y fungibles descartables es lo recomendado por OMS en cuanto a seguridad y prevención de contaminación entre pacientes y personal de blanco, todos los accesorios de conexión con el paciente deben ser descartables tales como sensores de flujo, circuitos pacientes, vías, etc. Por tal motivo sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Sensor de flujo reusable o descartable. Para el sensor de flujo reusable se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, y para el caso del sensor de flujo descartable se deberá entregar 10 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.</p>		

Consulta 74 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>El ítem 5.2 donde dice Ventilación intermitente sincronizada controlada por presión. Posibilidad de Crecimiento a futuro mediante software en los siguientes modos ventilatorios: - Respiración espontánea bajo presión positiva continua (PC-APRVC). - Ventilación controlada por presión y por asistencia (PC-AC), solicitamos amablemente a la convocante que todas las modalidades sean colocadas en el equipo y NO sean opcionales ni con posibilidad de instalar a futuro, ya que son modalidades de vital uso en estos momentos y además considerado el nivel de gama del equipo que solicitan en las especificaciones como capacidad de medición de CO2, terapia de alto flujo, mediciones avanzadas de mecánica ventilatoria no tiene sentido limitar las modalidades requeridas. Este cambio en las eett da a entender que la convocante ajusta los requerimientos a las características de Draguer (Casa Boller) para aquel equipo que cuenta en su deposito y no se ajusta a la verdadera necesidad del medico de terapia y de los pacientes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 75 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante aclara que significa el ítem 4.17 ¿Medición de CO2 en corriente principal, en la expresión en corriente principal?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 76 - Lote 1 - Item 1 Ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
En el punto 9.3 donde se solicita sensor de flujo reusable adulto. Solicitamos a la convocante que se pueda cotizar 5 sensores descartables en reemplazo de los sensores reusables porque en tiempo de pandemia no se están fabricando por el alto contenido viral que puede tener un sensor de flujo reusable y podría afectar directamente a los funcionarios que se encargan de la limpieza de dichos accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.		

Consulta 77 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan Sección de espalda que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Solicitamos a la convocante que la sección de espalda sea 0 a 70 como mínimo para garantizar que dicha sección sea aprovechada para el levantamiento del paciente para su comodidad en el momento de realizar ejercicios respiratorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.		

Consulta 78 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan colchón de 10 cm de espesor como mínimo. Solicitamos a la convocante que el espesor mínimo sea de 15cm esto ayudara a reducir la presión sobre el cuerpo del paciente en los puntos de contacto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.		

Consulta 79 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan que la cama deberá estar recubierto y protegido con plástico ABS. Solicitamos a la convocante que esta opción sea opcional o permitir cubierta en acero o polímero similar de alta resistencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.		

Consulta 80 - LOTE 2 - ÍTEM 1 CAMAS ELÉCTRICAS PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
----------	-------------------	------------

En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan Batería de respaldo no inferior a 50hs. Solicitamos a la convocante si se refiere a 50hs de uso o en standby los motivos son que la duración de la batería depende de la cantidad y condiciones de uso: peso del paciente y tipo de movimientos efectuados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, es necesario tener un estimado de las horas de la batería, además lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

Consulta 81 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
----------	-------------------	------------

Subítem 4.4: Donde dice manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos con Manipuleo y control directamente mediante pantalla táctil de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.

Consulta 82 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
----------	-------------------	------------

Subítem 4.10: Donde dice Capacidad de almacenamiento de 1000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar monitores con capacidad de almacenamiento de 1.200 mediciones de PANI o registro más reciente, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas, independientemente de la cantidad de registros realizados en esas horas, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.

Consulta 83 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 4.19: Donde dice Con batería de al menos 350 minutos de autonomía Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con al menos 120 minutos de duración, sin necesidad de baterías externas. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.</p>		

Consulta 84 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 4.20: Donde dice Disponibilidad de upgrade mediante módulos y accesorios en las mediciones y parámetros de etCO2 y gasto cardiaco Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Disponibilidad de actualización en las mediciones y parámetros (BIS, EEG, Transmisión Neuro Muscular, CO, O2, CO2, N2O y anestésicos volátiles) mediante la conexión de módulos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.</p>		

Consulta 85 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 5.1.2: Donde dice Posibilidad de despliegue de hasta 7 derivaciones Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Posibilidad de despliegue de hasta 12 derivaciones, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.</p>		

Consulta 86 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 5.1.4: Donde dice Detección de por lo menos 15 arritmias Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con detección de por lo menos 12 arritmias, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.</p>		

Consulta 87 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 5.1.5: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición 15 a 300 lpm, PED/NEO: de 15 a 350 lpm. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición de 20 a 300 lpm. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.</p>		

Consulta 88 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
<p>Subítem 5.2.2: Donde dice Pulso 30 a 250 rpm solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Pulso 30 a 300 rpm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.</p>		

Consulta 89 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
-----------------	--------------------------	------------

Subítem 5.2.3: Donde dice Despliegue numérico de saturación de oxígeno solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de saturación de oxígeno de 0 a 100%

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.

Consulta 90 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
-----------------	--------------------------	------------

Subítem 5.3.2: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia respiratoria Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 170 respiraciones por minuto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.

Consulta 91 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
-----------------	--------------------------	------------

Subítem 5.4.3: Donde dice Rango de medición absoluta de 5° C a 50° C Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rango de medición Absoluta de -1° C a 45° C.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.

Consulta 92 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
-----------------	--------------------------	------------

Subítem 5.5.2: Donde dice Modos para la toma de presión: manual, automático y continuo Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 240, 480 minutos y 24 horas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.

Consulta 93 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
----------	-------------------	------------

Subítem 5.6.1: Donde dice al menos tres canales Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rótulo para 8 presiones o más

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.

Consulta 94 - Lote 1 - Ítem 2 Monitores

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
----------	-------------------	------------

Subítem 6.12: Donde dice Con silenciador de alarmas temporizado Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos Con silenciador de alarmas. de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado, los cuales ya han participado en licitaciones anteriores. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.