

Consultas Realizadas

Licitación 392850 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL - PLURIANUAL

Consulta 1 - Consulta Sistema 1.5/1.6

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2021
En relación al sistema 1.5mm de microplacas; solicitamos que el mismo pueda ser ampliado a +- 1mm (quedando 1.5 y/o 1.6); pues otras fabricas tienen la presentación de sistema 1.6mm; el cual no altera su funcionalidad; además va a permitir a más empresas competir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-05-2021
Remitirse a la Adenda Nro 2		

Consulta 2 - Item 4, 16 y 17

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2021
Sugerimos separar en un lote aparte los items 4, 16 y 17 a fin de dar mayor oportunidad a otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2021
Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que, en una cirugía, se podría llegar a utilizar distintas medidas de materiales, por lo mismo es necesario que los materiales sean proveídos por una sola empresa, de manera a trabajar con un solo instrumentador por cada evento.		

Consulta 3 - Item 15 malla de reconstrucción craneo facial

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2021
Se solicita a la convocante que amplie el rango de medida a +0,2mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-05-2021
Remitirse a la Adenda Nro 2.		

Consulta 4 - DOCUMENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
¿Se puede presentar el SIPE en reemplazo de algunos de los documentos legales (poder; constitución) si los mismos están al día y activos? gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2021
Si podran presentar, teniendo en cuenta que los mismos se encuentre activos en la constancia emitida por el Sistema de Informacion de Proveedores del Estado (SIPE).		

Consulta 5 - Items 4, 16 y 17

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que los items 4, 16 y 17 se separen en un lote diferente a fin de ampliar la cantidad de oferentes y que la convocante pueda recibir mejores ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2021
------------------	---------------------------	------------

Se aclara nuevamente al potencial oferente que en una cirugía, se podría llegar a utilizar distintas medidas de materiales, por lo mismo es necesario que los materiales sean proveidos por una sola empresa, de manera a trabajar con un solo instrumentador por cada evento. Por lo expuesto, se solicita al oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.