

## Consultas Realizadas

### Licitación 393626 - Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la U.N.C.

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA , h.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2021
Documentos emitidos por la DNVS (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria): - Habilitación vigente como fabricante, importador, representante, o distribuidor etc. de dispositivos médicos. - Registro sanitario vigente o constancia para importar o comercializar dispositivos médicos. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE ESTE REQUISITO SEA ELMINADO, YA QUE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO NO REQUIEREN LA MENCIONADA HABILITACIÓN NI REGISTRO SANITARIO POR PARTE DE DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2021
La institución se mantendrá con los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, ya que fue una exigencia de la DNCP solicitar dicha documentación.		

#### Consulta 2 - ITEMS 1 Rayos Odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2021
a que se refiere posicionamiento smart .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2021
Posicionamiento smart o inteligente se refiere al sistema de programación en tiempo de exposición al paciente.		

## Consulta 3 - Bomba de Vacío

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2021
<p>Items 2 Bomba de Vacío</p> <p>Podríamos cotizar el destilador de agua con estas características:</p> <p>Motor:1 HP</p> <p>RPM: 3490</p> <p>Potencia Nominal: 1.760 VA</p> <p>Corriente Nominal: 8A (220 V~)</p> <p>Tensión de Comando: 24 V~</p> <p>Vacío Máximo: 550 mm/Hg</p> <p>Capacidad Máxima de la salida:400 l/min</p> <p>Bajo nivel de ruido</p> <p>Construido en aleación aluminio/bronce permite una resistencia al desgaste y garantiza la durabilidad. El agua es reciclada a través de una cámara interna proporcionando menor consumo y mayor succiónFiltro de detritos. Filtro separador de sólidos (detritos) de fácil remoción.</p> <p>Para operar hasta 4 consultorios simultáneamente</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2021
<p>La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.</p>		

## Consulta 4 - Destiladora

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2021
<p>Items 3 DESTILADORA</p> <p>Podríamos cotizar el destilador de agua con estas características:</p> <p>Capacidad del depósito de 4 litros.</p> <p>Cuba interno de acero inoxidable</p> <p>Velocidad de destilación de 1 litro por hora.</p> <p>Pulsador con apagado automático.</p> <p>El cuerpo externo podría ser de material termoplástico, lo que es duradero y fácil de limpiar.</p> <p>Potencia:750W</p> <p>Capacidad de la cámara de evaporación: 4L</p> <p>Capacidad do reservorio (galón plástico): 3,5L</p> <p>Material interno de la cámara de evaporación:Acero inoxidable</p> <p>Eficiencia del calor:&gt;95%</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2021
<p>La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.</p>		

## Consulta 5 - ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
<p>item 3 Destilador de agua : favor de aclarar donde dice : Tamaño de tanque 80180x 185mm., a que se refiere ya que la medida 80180 no es posible.</p>		