

Consultas Realizadas

Licitación 393642 - Adquisición de Equipos y Materiales de Laboratorio para la Facultad de Medicina de la U.N.C.

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-06-2021
Al final de las especificaciones técnicas, mencionan "Incluye: Programa para efectuar hemograma animal (equino; vacuno; porcino; etc.)", lo cual no es posible en el tipo de equipo requerido. Solicitamos respetuosamente, se aclare si el equipo es para uso humano o animal.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2021
En relación al ítem N° 3, Al solicitar inclusión de programa de Hemograma Animal, limita a un Equipo Veterinario, favor confirmar si ésta especificación se encuentra correcta. O modo contrario ampliar a fin de otras empresas interesadas puedan participar		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2021
Para el ítem N° 3, Solicitamos a la convocante ampliar el volumen de la muestra entre 20 ul y 25 UL a modo de brindar mayor participación a otros proveedores interesados en participar		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2021
Para el ítem N° 3, Se podrá cotizar pantallas táctiles de 600x800 pixeles? Casi afirmativo solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de modo a no limitar la participación a un solo modelo.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 3:

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2021
Para el ítem N° 3, Se podrá cotizar con la dilución de muestra 1:20? Casi afirmativo solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de modo a no limitar la participación a una sola medida.		