

Consultas Realizadas

Licitación 397052 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA XVI REGIÓN SANITARIA-BOQUERÓN

Consulta 1 - Año de Fabricación de Equipo.

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
Se podrían ofertar equipos con un máximo 7 años de fabricación.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Podría ofertar el equipo con esos años de antigüedad siempre que el proveedor presente una declaración jurada de que el equipo tendrá la asistencia técnica y mantenimiento requerido durante el tiempo que dure el contrato teniendo en cuenta la necesidad urgente de cubrir la demanda de las pruebas diagnosticas para las que se utilizaran los equipos y los equipos deben funcionar correctamente.		

Consulta 2 - DETERMINACION DE ESTUDIOS DE CRISIS SANGUINEAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
- Favor aclarar si entre los ítems a cotizar se encuentra el Reactivo de Fibrinógeno, ya que no se encuentra dentro de la planilla de Precio del PBC y en la Pagina de la DNCP de los ITEMS a cotizar. Siendo que menciona en Especificaciones Técnica a proveer dentro de las determinaciones de estudios de Crisis Sanguíneas. FAVOR ACLARAR SI DENTRO DE ESTAS DETERMINACIONES SE DEBE COTIZAR TAMBIEN REACTIVO DE FIBRINOGENO.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Se deben cotizar los reactivos que se puedan utilizar en el equipo ofertado, mínimamente para la crisis sanguínea se solicita que se pueda realizar TP, Ptta y fibrinógeno como pruebas diagnósticas. Los equipos ofertados deben estar configurados para esas pruebas.		

Consulta 3 - Reactivo para Determinaciones de Crisis

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Favor aclarar si entre los ítems a proveer se encuentra el Reactivo de Fibrinógeno ya que en el PBC menciona dentro de las Especificaciones Técnicas pero no así la Cantidad ni el precio unitario en la Planilla de Precios. ACLARAR SI SE DEBE COTIZAR TAMBIEN COMO DETERMINACION DENTRO DE LAS DETERMINACIONES DE CRISIS LA DETERMINACION DE FIBRINOGENO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Sí se debe cotizar porque forma parte de las determinaciones de la crisis.		

Consulta 4 - Reactivos para la determinacion de la crisis sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Solicita "Metodo de monitorizacion electromagnetica". Consulta: solicitamos la posibilidad de ofrecer equipos basados en Medición Fotométrica (secuencial continua)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Ajustarse al P.B.C.		

Consulta 5 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
favor reconsiderar el cronograma de entrega. Considerando que el Servicio afectado no cuenta con una gran capacidad de almacenamiento y los reactivos requieren correcto almacenamiento a temperatura adecuada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Ajustarse al P.B.C.		

Consulta 6 - item 26 y 27

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Permitira la convocante ofrecer 2 equipos semiautomatizado de 2 canales de medicion cada uno?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
Ajustarse al P.B.C.		

Consulta 7 - vencimiento del producto ofertado

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Considerando que los reactivos por su naturaleza podrian no alcanzar el vencimiento a 9 meses, solicitamos establecer una metodologia para la aceptacion y posterior recepcion de reactivos con vencimiento menor a lo requerido en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
La metodología de entrega de productos de vencimiento menor establecido en el P.B.C está protocolizado por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.		

Consulta 8 - contingencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Solicitamos amablemente establecer un sistema de contingencia en caso que los equipos necesiten una asistencia tecnica que tome mas de 24hs resolver.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
El proveedor deberá establecer su propio sistema de contingencia si la asistencia técnica no se puede realizar dentro de las 24 horas previstas teniendo en cuenta que la demanda de las pruebas diagnosticas es urgente y se debe entregar en tiempo y forma.		

Consulta 9 - embalajes y documentos

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
----------	-------------------	------------

en este punto la convocante hace mencion de "medicamentos" el objeto de la presente licitacion son "reactivos". en el punto 1 nos vemos en la obligacion de recordar a la convocante que los reactivos de ninguna manera pueden ser expuestos a la condiciones que menciona. Razon por la cual solicitamos se excluya o replantee el requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a ka Adenda N° 03.

Consulta 10 - requisitos para la entrega de los productos en los parques sanitarios

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
----------	-------------------	------------

este punto hace mencion a "medicamentos", recordamos que el objeto de la licitacion es "REACTIVOS"

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a ka Adenda N° 03.

Consulta 11 - elaboracion de Actas de recepcion

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
----------	-------------------	------------

favor aclarar cuales serian los: REACTIVOS (que no requieren equipos en comodato)

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
-----------	--------------------	------------

Todos los reactivos se solicitan para equipos en comodato.

Consulta 12 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
----------	-------------------	------------

No se observa si la convocante requiriera Autorizacion de Fabricante conveniente legalizada o apostillada inscripta en el registro publico de comercio. Sera suficiente en copia simple?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 03.

Consulta 13 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
----------	-------------------	------------

No se observa si la convocante requiriera Autorizacion de Fabricante conveniente legalizada o apostillada inscripta en el registro publico de comercio. Sera suficiente en copia simple?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 03.

Consulta 14 - Especificaciones tecnicas item 26 y 27

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
----------	-------------------	------------

Considerando que las Especificaciones tecnicas de los items 26 y 27 menciona el fibrinogeno . Este item esta faltando en la planilla de precios. No es posible "incluir" dentro del precio de la TP y la TTPA como responde al convocante a la consulta realizada. Pues es un analito independiente, no un reactivo ni material complementario que se entrega "segun necesidad"

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 04.

Consulta 15 - vencimiento del producto ofertado

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
----------	-------------------	------------

En relacion a la respuesta de la convocante que la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud ya tiene un protocolo establecido para la provision en caso que el producto no cuente con el vencimiento establecido en el PBC. Debemos poner en conocimiento a la convocante que el Dpto de Control de Contratos hace reparos al momento de procesar los pagos si el producto facturado no cumple con lo establecido en el PBC, pues los vencimientos quedan registrados en los remitos y sus correspondientes facturas. Por tanto el protocolo debe estar asentado en el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 04.

Consulta 16 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
----------	-------------------	------------

En fecha 25/05/2021 se realizo la siguiente consulta:No se observa si la convocante requiera Autorizacion de Fabricante conveniente legalizada o apostillada inscripta en el registro publico de comercio. Sera suficiente en copia simple? La convocante responde en fecha 17/06/2021:Ajustarse a la Adenda N° 03. En embargo en dicha Adenda no se observa "Autorizacion del Fabricante" si repetido el requisito en los numerales 5 y 8 Certificado de libre Venta

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 04.

Consulta 17 - REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRISIS SANGUÍNEA

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2021
----------	-------------------	------------

Favor indicar las cantidades mínimas y máximas que deben proveerse de la Determinación de Fibrinógeno y el costo unitario del mismo, ya que no figuran entre los ítems solicitados en el portal de la DNCP pero si en el Pliego de Bases y Condiciones indica que debe incluir dicho reactivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 04.